

Wymagania minimalne Zamawiającego		Parametry oferowane przez Wykonawcę
Element składowy	Ilość i cechy techniczne	W każdej pozycji wpisać oświadczenie dot. zaoferowanego sprzętu: TAK / NIE Jeśli dotyczy - należy wpisać nazwę producenta i model.
Oprogramowanie do analizy wyników badań	- analiza arytmii, analiza wielodobowa, automatyczna detekcja migotania przedsionków, - możliwość pracy na 2 monitorach, - możliwość rozbudowy o opcje ST, HRV, QT, OBS-APNEA, - licencja na 1 stanowisko.	
Oprogramowanie bazodanowe	- system bazodanowy, - połączenie badań z programów Pathfinder i Impresario, - licencja na połączenie istniejącego stanowiska opisowego Impresario, - licencja na połączenie nowego stanowiska oprogramowania do analizy wyników badań.	
Odczytywanie badań z urządzeń	- licencja na wczytywanie danych z holterów z 2 stanowisk, - kompatybilność z holterami firmy Reynolds.	
Wdrożenie	Instalacja i konfiguracja powyżej wymienionych elementów ze szczególnym wskazaniem na: - instalacja systemu bazodanowego na wskazanym serwerze, - instalacja aplikacji opisowych i do odczytu holterów na wskazanych stacjach roboczych, - połączenie istniejących badań z programu Impresario, - połączenie do bazy danych istniejącego stanowiska opisowego Impresario. - szkolenia dla grupy 8 osób minimum 4h/grupa	