



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II  
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of  
Health  
Promoting  
Hospitals & Health Services

Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 28.11.2016 r.

SPSSZ – V / 321 / 2016

**Wg. rozdzielnika**

***Dot. zapytania ofertowego na dostawę implantów stawu biodrowego.***

***(Nr sprawy 716/4 -8/2016)***

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie trzpienia samocentrującego, nie wymagającego użycia centralizera?

**Odpowiedź : TAK.**

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie głowy bipolarnej zewnętrznej w średnicach stopniowanych co 1 mm w zakresie 42 – 60 mm?

**Odpowiedź : TAK.**

.....  
podpis