



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II  
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of  
Health  
Promoting  
Hospitals & Health Services

Dział Zamówień Publicznych  
SPSSZ - V/ 353 /2016

Grodzisk Maz., dn. 07.12.2016 r.

### Wg rozdzielnika

Dot. postępowania na **Dostawę kardiomonitorów Nr sprawy 727/4-8/2016**

Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów zapytania ofertowego powyższego postępowania. Zamawiający przesyła treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono zapytanie ofertowe.

#### Pakiet I

1. W związku z tym, że Zamawiający wymaga do kardiomonitorów kabli IBP oraz jednorazowych przetworników ciśnienia, prosimy o doprecyzowanie, czy monitory te mają posiadać możliwość wykonywania pomiarów IBP (nie jest to określone w specyfikacji)?

**Odpowiedź:** Tak.

2. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor w których czas pracy na zasilaniu akumulatorowym, przy podstawowych pomiarach (EKG, Resp., SpO2, NIBP, temp.) wynosi 4 h (kardiomonitor kompaktowy, moduł transportowy) oraz 5 h (kardiomonitor modułowy)?

**Odpowiedź:** Tak.

3. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor modułowy i moduł transportowy nie posiadający własnego printera? Z uwagi na niewielkie rozmiary i przenośny charakter modułu transportowego, nie ma możliwości zamontowania w nim printera.

**Odpowiedź:** Tak.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmieniony zostaje termin składania ofert na dzień 12.12.2016 r. godziny pozostają bez zmian.

.....