

Grodzisk Mazowiecki, dn. 02.08.2016 r.

SPSSZ – V / 185 / 2016

Wg rozdzielnika

Dot. postępowania na: **Dostawę i uruchomienie systemu monitorowania temperatury w urządzeniach chłodzących z powiadamianiem e-mail. Nr sprawy 420/4-8/2016**

Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów zapytania ofertowego powyższego postępowania.

1. Dotyczy:

4) Rejestrator temperatury z czujnikami do zamrażarek niskotemperaturowych – 2 komplety
12 Interfejsy i protokoły sieciowe Min. 1 port RJ45 100BaseTx min. 1xUSB Protokół http.
Czy Zamawiający dopuści rejestrator wyposażony w kartę sieciową WI-Fi?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

2. Dotyczy:

15

Rozbudowa tras kablowych w pomieszczeniach Apteki oraz w pomieszczeniach Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładzie Mikrobiologii wraz z instalacją punktów dostępowych sieci bezprzewodowej WiFi w budynku E na poziomie -1 i parterze oraz w bud.F2 na 1 i 2 piętrze.

Prosimy o przedstawienie planów rozbudowy tras kablowych oraz informacji na temat istniejących oraz niezbędnych do wykonania przepustów.

Odpowiedź: Dokumentacja sieci komputerowej znajduje się do wglądu w Dziale IT szpitala w godzinach 8.30 - 15.30 w dni robocze. Istnieją przepusty z Punktów dystrybucyjnych sieci. Należy wykonać 2 przepusty z punktów dystrybucyjnych sieci, 9 przepustów do pomieszczeń oraz 2 przepusty przez stropy (włącznie z zabezpieczeniem p.poż. wykonanych przepustów).”

3. Czy dopuszcza się użycie wyłącznie urządzeń bezprzewodowych pracujących w sieci WiFi zamiast Ethernet np (Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie rejestratora temperatury z czujnikami z interfejsem RJ45 100Base-TX)? Jeśli dopuści się dostawy wyłącznie rejestratorów bezprzewodowych czy potrzebne będzie dostarczenie dodatkowych AP w miejsca przewidziane dla pracy w sieci przewodowej?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

.....