



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
Health
Promoting
Hospitals & Health Services

Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 04.12.2017 r.

SPS – V.262.53.2017

Wg rozdzielnika

Dot. postępowania na dostawę myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej.

(Nr sprawy 814/4 -8/2017)

Pyt.1 ad. p-t 6

Prosimy o doprecyzowanie interpretacji opisu zawartego w punkcie 6.

Czy Zamawiający oczekuje myjni jednostanowiskowej , w której możliwe jest reprocessowanie dwóch endoskopów czy myjni z dwoma niezależnymi komorami.

Odpowiedź : Zamawiający oczekuje myjni w której jest możliwe re processowanie dwóch endoskopów.

Pyt.2 ad.p-t 9,11.

Czy Zamawiający oczekuje środków zwalidowanych w oferowanym urządzenie ,czy też na własne ryzyko zamierza stosować dowolne środki bez potwierdzenia spełnienia przez myjnię normy 15883 1,4 lub 5 co niesie ze sobą ryzyko zakażeń.

Odpowiedź : Środki walidowane.

Pyt.3 ad p-t 10

Prosimy o doprecyzowanie co rozumie Zamawiający pod pojęciem możliwości jedno i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego w tej samej myjni. Wiedza ,którą posiadamy pozwala stwierdzić ,ze na rynku funkcjonują myjnie przeznaczone do dezynfekcji środkami jednorazowego lub wielorazowego użytku Prosimy podanie o którą myjnię chodzi. Nie znajdujemy urządzenia jednocześnie posiadającego możliwości zamiany preparatów wielodniowych i jednodniowych na przykład co tydzień.

Odpowiedź : Środki wielorazowego użytku.

Pyt.4 ad p-t 13

Prosimy o dopuszczenie dozownika na detergent o pojemności mniejszej niż 1l.

Odpowiedź : Nie dopuszczamy.

Pyt.5 ad p-t 14

Prosimy o dopuszczenie zbiornika na płyn dezynfekcyjny z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych .

Odpowiedź : TAK zgoda.

Pyt.6 ad.p-t 16

Prosimy o dopuszczenie myjni z panelem w języku angielskim .Dostarczamy wraz z urządzeniem instrukcje w języku polskim.

Odpowiedź : Nie dopuszczamy.

Pyt.7 ad.p-t 21

Prosimy o dopuszczenie myjni niskotemperaturowej ,w której nie powstają opary i nie jest wymagany filtr węglowy.

Odpowiedź : Nie dopuszczamy.

Pyt.8 ad.p-t 24

Prosimy o dopuszczenie myjni posiadającej inny od opisanego system filtracji wody spełniający normy jakości zgodne z EN15883 1,4. Zdecydowana większość myjni na rynku oczyszcza mikrobiologicznie wodę za pomocą systemu filtrów.

Odpowiedź : Nie dopuszczamy.

Pyt.9 ad p-t 26.

Czy Zamawiający oczekuje myjni monitorującej szczelność endoskopu przez cały czas trwania cyklu mycia i dezynfekcji czy też jedynie przeprowadzającej test szczelności przed rozpoczęciem cyklu.

Odpowiedź : Nie ma wymogu monitoring testu szczelności przez cały cykl.

Pyt.10 ad p-t 27.

Czy Zamawiający wymaga myjni pracującej w temperaturze pokojowej ,zdecydowanie wydłużającej trwałość endoskopów ,zmniejszając w ten sposób koszty ich napraw.

Odpowiedź : Nie wymaga.

Pyt.11 ad p-t 28.

Prosimy o dopuszczenie myjni ,w której pokrywy komór otwierane są manualnie, a przypadkowe otwarcie sygnalizowane jest alarmem.

Odpowiedź : Nie dopuszczamy.

Pyt.12 ad p-t 32

Prosimy o dopuszczenie myjni z wydrukiem w języku angielskim .Dostarczamy wraz z urządzeniem instrukcje w języku polskim.

Odpowiedź : Nie dopuszczamy.

Pyt.13 ad p-t 33

Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego możliwość każdorazowego zapisu numeru reprocessowanego endoskopu , odzwierciedlonego po zakończeniu cyklu na wydruku z drukarki.

Odpowiedź : Nie dopuszczamy.

Pyt.14 ad p-t 36

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z 7 do 21 dni od podpisania umowy.

Odpowiedź : Nie wyrażamy zgody.

.....
podpis