



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
Health
Promoting
Hospitals & Health Services

Grodzisk Mazowiecki 15.11.2017

SPS - V.262.50.2017

Wg rozdzielnika

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę zestawów do przezskórnego zamykania PFO/ASD do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury 775/4-8/2017).

1. Czy zamawiający zgodzi się na w zakresie zestawów do zamykania ASD:

- Zakres średnic 4-40 mm (średnica talii łączącej)
- Dysk lewoprzedSIONKOWY w zakresie średnic 16 do 56 mm
- Dysk prawoprzedSIONKOWY w zakresie średnic 12 do 50 mm
- Okludery kompatybilne z koszulkami: 6F (średnice 4-10mm); 7F (średnice 11-17mm); 8F (średnice 18-19mm); 9F (średnice 20-24mm); 10F (średnice 26-30mm), 12F (średnice 32-40mm)
- System wprowadzający składający się z urządzenia do załadowania okludera długiej koszulki, drutu doprowadzającego i urządzenia ładującego
 - a) Urządzenie do załadowania okludera o średnicach wewnętrznych 6-13F, długości koszulki 80 i 60 cm, kąty 45 i 180 stopni
 - b) Drut doprowadzający o długościach 110 i 120 cm

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody .

3. Czy zamawiający zgodzi się na w zakresie zestawów do zamykania PFO:

- Urządzenie wykonane ze siatki nitinolowej pokryte materiałem PTFE, składające się z dwóch dysków połączonych talią łączącą
- Średnica talii łączącej 3mm
- Dysk lewoprzedSIONKOWY w zakresie średnic 18 do 30 mm (rozmiary 18, 18, 30,25 mm)
- Dysk prawoprzedSIONKOWY w zakresie średnic 18 do 35 mm (wymiary 18, 25, 30, 35 mm)
- Okludery kompatybilne z koszulkami: 8F (średnice dysk prawoprzedSIONKOWY 18,25,30 mm); 9F (średnice dysk prawoprzedSIONKOWY 35 mm);

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody .

4. Czy zamawiający zgodzi się w zakresie balonów wymiarujących:

- dostępne średnice 18,24,34 mm
- dostępne długości 3,5 cm ,4,5cm ,5,5cm
- długość użytkowa 70cm

Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody .

.....
Podpis