



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
Health
Promoting
Hospitals & Health Services

Dział Zamówień Publicznych
SPS – V.262.18.2017

Grodzisk Maz., dn. 12.06. 2017 r.

Wg rozdzielnika

Dot. postępowania na dostawę **kolonoskopu** dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.
(Nr procedury 425/4-8/2017)

Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów zapytania ofertowego powyższego postępowania.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przesłał treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono zapytanie ofertowe.

1. dot. załącznika nr 3 do zapytania, lp. 5.

Czy Zamawiający dopuści aby czas usunięcia uszkodzenia endoskopu liczony był od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia odesłania naprawionego urządzenia do klienta – w ciągu max. 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, oraz do max. 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską?

Odpowiedź: Tak

2. dot. załącznika nr 3 do zapytania, lp. 9

Czy Zamawiający dopuści ofertę ze sprzętem zastępczym na czas naprawy gwarancyjnej przekraczającej 5 dni roboczych..

Odpowiedź: Tak

3. dot. załącznika nr 3 do zapytania, lp. 13

Ze względu na to, że endoskopy dostarczane są tylko z instrukcją obsługi i instrukcją dekontaminacji prosimy o wykreślenie „oraz pełna dokumentacja techniczna”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. dot. załącznika nr 3 do zapytania - serwis pogwarancyjny lp. 5.

Oferowane endoskopy nie posiadają platformy serwisowej prosimy o wykreślenie punktu nr 5 ponieważ nie dotyczy wymaganych urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

5. dot. załącznika nr 3 do zapytania

Prosimy o potwierdzenie, że punkty 1-15 dotyczą serwisu gwarancyjnego i napraw gwarancyjnych powstałych na skutek wad fabrycznych oferowanego endoskopu, a wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi.

Odpowiedź: Punkty 1-15 dotyczą serwisu gwarancyjnego i napraw gwarancyjnych. W pkt. 12. Należy wpisać przyczyny utraty prawa do gwarancji.

6. dot. załącznika nr 3 do zapytania - serwis pogwarancyjny lp. 6.

Prosimy o dopuszczenie oferty z następującym warunkiem: Zamawiający ma prawo do swobodnego wyboru firmy serwisującej i dostarczającej części wymienne i eksploatacyjne pod warunkiem, że wybrana firma posiada autoryzacje producenta endoskopu. W przypadku wykonywania napraw w nieautoryzowanych serwisach oraz stosowania nieoryginalnych części Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za oferowany produkt oraz wszystkie zdarzenia będące następstwem wykonanych napraw i użytych części.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

7. dot. wzoru umowy, §2 ust. 2 – załącznik nr 6 do zapytania

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za serwis i naprawy uszkodzeń powstałych z winy użytkownika w skutek nie prawidłowej obsługi niezgodnie z instrukcją obsługi.

Odpowiedź: w załączniku nr 3 w pkt. 12. Należy wpisać przyczyny utraty prawa do gwarancji.

8. dot. wzoru umowy, §2 ust. 2 – załącznik nr 6 do zapytania

Ze względu na to, że endoskopy produkowane są na zamówienie, prosimy o wydłużenie terminu załatwienia reklamacji do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

Odpowiedź: W umowie zostanie wpisany termin zgodny z załącznikiem nr 3 Wykaz oferowanych okresów gwarancji.

.....