



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
Health
Promoting
Hospitals & Health Services

Dział Zamówień Publicznych
SPS – V.262.35.2017

Grodzisk Maz., dn. 23.08.2017 r.

Wg rozdzielnika

Dot. Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, zgodnie z Art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. **Nr sprawy 592/4-8/2017**

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, ul. Daleka 11; 05-825 Grodzisk Mazowiecki zaprasza do złożenia oferty cenowej na: **Dostawę odczynników do elektroforezy wraz z dzierżawą analizatora** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
4. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę na całość zamówienia, sam lub jako reprezentant Wykonawcy. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
5. Oferta winna być sporządzona na „Formularzu Ofertowym” stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego, bądź w takiej samej formie merytorycznej.
6. Ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 – w kancelarii (pok. Nr 50) nie później niż do dnia **29.08.2017 r. do godz. 10.00**
7. Oferta winna być opisana:
Oferta na: **Dostawa odczynników do elektroforezy wraz z dzierżawą analizatora**
nie otwierać przed **29.08.2017 r. godz. 10.30**
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- **Cena brutto z VAT** - **100 %**,

$$K_1 = \frac{\text{cena najniższa oferowana}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt}$$

- a) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
- b) Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (do dwóch miejsc po przecinku) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

- c) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- d) Nie dopuszcza się podawania ceny w walutach obcych.

I. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Termin wykonania zamówienia : 36 miesięcy od daty podpisania umowy .
2. Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11.

II. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

1. Wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy” i cenowy stanowiący Załącznik nr 1 i 2 do Zapytania Ofertowego.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).
3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z zał. Nr 3
4. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany sprzęt posiada dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz, że przedstawi je na żądanie Zamawiającego.
5. Dane do kontaktu (Tel. E-mail itp.)

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem kierując je na piśmie.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, - pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.",

Wyjaśnienia zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować faksem lub drogą elektroniczną, nr faksu, adres e-mail Zamawiającego:

Grażyna Bębenek tel: 22 755 91 15 fax: 22 755 91 10
adres e-mail: zp.bebenek@szpitalzachodni.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Informacja o wynikach postępowania zostanie przesłana do wszystkich Wykonawców i umieszczona na stronie internetowej.

Spis załączników do Zapytania Ofertowego stanowiących jego integralną część:

- Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
- Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy
- Załącznik Nr 3 – Oświadczenie
- Załącznik Nr 4 – Wzór Umowy
- Załącznik Nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia



Pieczętka firmowa Wykonawcy

OFERTA

Nazwa i siedziba
Wykonawcy.

Do: nazwa i siedziba Zamawiającego
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na **dostawę odczynników do elektroforezy wraz z dzierżawą analizatora dla Szpitala Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim**

A. Oferuję wykonanie zamówienia

- za cenę (netto) zł.
- podatek VAT zł.
- cena brutto zł.

Słownie brutto:
.....złotych,

zgodnie z załączonym formularzem cenowym

B. termin realizacji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

C. przy warunkach płatności dni. / wymagany termin płatności min 60 dni , pożądany termin płatności 90 dni /

D. Wydanie aparatu i jego instalacja nastąpi w ciągu dni roboczych od dnia zawarcia umowy

2. Oświadczam, że uważam się za związanym(a) niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

3. Oświadczam, że ogólne i szczegółowe warunki umowy zastały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w tej umowie i mojej ofercie określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania umowy :

.....

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację zamówień :

.....

4. Załączniki do oferty:

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy



Pieczętka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa odczynnika	Numer katalogowy	J.m.	Ilość oznaczeń na 36 m-c	Zawartość opakowania	Ilość opakowań w okresie umowy 36 m-ce	Cena op. netto	Cena op. brutto	Wartość netto	VAT%		Wartość brutto
										%	zł	
1	żele do elektroforezy nie mniejsze niż 7		op.	1190	70	17						
2	żele do elektroforezy nie mniejsze niż 15		op.	1350	150	9						
3	Control Serum Normalna		op.		5 x 1 ml	1						
4	Control Serum Patologiczna		op.		5 x 1 ml	1						
5	żele do immunofiksacji dla 1 pacjenta		op.	60	10	6						
6	żele do immunofiksacji dla 2 pacjentów		op.	200	20	10						
7	żele do immunofiksacji dla 4 pacjentów		op.	120	40	3						
8	antysurowica do immunofiksacji		op.		6x1 ml	6						
9	Control do immunofiksacji		op.	140	1x1 ml	2						
10	żele do CSF dla 3 pacjentów		op.	540	30	18						
11	antysurowica		op.		1 x 0,7 ml	3						
12	CSF Control		op.		1 x 0,5 ml	3						
13	H2O2		butelka		zestaw	1						
14	Żele do wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda		op.	40	10	4						
15	Przeciwciała (Fix GAM K L)		op.		4 x 1 ml	1						
16	Przeciwciała anty lambda free, kappa free		op.		2 x 1 ml	2						
17	płyn barwiący		op.		10 x 100 ml	1						
18	płyn myjący		op.		10 x 80 ml	1						
19	Fluidil		op.		1 x 5 ml	1						
	system do elektroforezy	czynsz	m-ce		-	36						
	materiały zużywalne		op.		zestaw	3						
	SUMA:											

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

I PARAMETRY GRANICZNE DLA SYSTEMU DO ELEKTROFEREZY

Warunki wymagane (graniczne)

**Potwierdzenie spełnienia
wymagań (wpisać TAK/
NIE / wartość) inne uwagi**

System do elektroforezy działający automatycznie: - aplikacja próbki na żel - rozdział - utrwalenie - barwienie - odbarwienie - suszenie płytki.	
Aparat wykonuje następujące oznaczenia: - proteinogram - immunofiksacja, białko Bence Jones - klasyfikacja białek w moczu (klasyfikacja uszkodzenia kłębuszka / kanalika)(rozdział białek pod względem m.cz.) - prążki oligoklonalne, - izoenzymy LDH, CH, ALP - Hb (C/D, S/E)	
Oznaczanie białka monoklonalnego w klasach; IgG, IgA, IgM, kappa, lambda, IgD, IgE, kappa wolne, lambda wolne.	
Odczynniki przeznaczone do systemu powinny być dedykowane do jednego typu oznaczenia.	
Pasma oligoklonalne w PMR wykonywane metodą bez immunoblotingu.	
Wszystkie odczynniki podstawowe (zestawy odczynnikowe i kontrole) i niezbędne ale nie dostarczone w zestawie (odczynniki dodatkowe) nie są i nie zawierają takich substancji jak: Kwas octowy, metanol.	
Całkowita objętość próbki pierwotnej, którą aparat potrzebuje do rozpoczęcia pracy nie większa niż 10 uL.	
Aparat wykonuje rozdziały na niezagęszczonym, materiale.	
Czas całkowity wykonania 25 elektroforez: maksimum 50 minut.	
Oferowany aparat prowadzi utrwalenie metodą termiczną.	
Odczynniki do proteinogramu na 7 próbek / 1 żelu i na 15 próbek/1 żel	
Odczynniki do immunofiksacji żele na 1 ,2 i 4 pacjentów	

Instrukcja obsługi systemu w języku polskim.	
Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE.	
System do elektroforezy nie starszy niż 5 letni	
WARUNKI GRANICZNE SYSTEMU DO SKANOWANIA I OBRÓBK	
ELEKTROFORETYCZNYCH OBRAZÓW ŻELI	
Warunki wymagane (graniczne)	Potwierdzenie spełnienia wymagań (wpisać TAK / NIE / wartość) inne uwagi
Jednostka sterująca urządzeniem skanującym: komputer zewnętrzny PC. - nowy	
Automatyczne skanowanie całej płytki (proteinogram i immunofiksacja) i tworzenie bazy danych pacjentów (wykresy i rozdziały)	
Czas skanowania 1 żelu - poniżej 2 minut.	
Prezentacja wyników za pomocą: wykresu, obrazu zeskanowanego, stężenia TP, frakcji (wartości procentowe, stosunek albumin / globulin, zeskanowany rozdział elektroforetyczny.) Informacje zawarte w liście roboczej obejmują: dane demograficzne pacjenta.	
Aparat oblicza w sposób półilościowy ilość białka z zaznaczonego fragmentu krzywej (białko monoklonalne).	
Aparat posiada funkcję porównania rozdziałów tego samego pacjenta	
Kontrola jakości w oparciu o surowice kontrolne N i P - (kontrola na 2 poziomach).	
System operacyjny komputera - Windows XP.	
Zewnętrzna drukarka - wydruk czarno-biały A5. UPS	
Podłączenie do systemu Marcel na koszt oferenta	
Aparat posiada możliwość przesyłania do sieci laboratoryjnej krzywej - proteinogram.	
III. WYMOGI DLA SERWISU	

Warunki wymagane (graniczne)	Potwierdzenie spełnienia wymagań (wpisać TAK / NIE / wartość) inne uwagi
Gwarancja techniczna przez czas trwania umowy.	
Dostępność serwisu przez czas trwania umowy - możliwość zgłaszania awarii za pomocą fax-u 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.	
Instalacja i szkolenie personelu na koszt oferenta. minimum 3 szkolenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	
Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godzin. Bezpłatny przegląd raz na rok .	
W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu /podzespołu/ systemu w okresie obowiązywania umowy - wymiana systemu na nowy o parametrach nie mniejszych niż oferowany, na koszt Wykonawcy.	
Wymagane dokumenty dostarczone wraz z aparatem do użytkownika	

1 CE aparatu

2 CE odczynników

3 karta gwarancyjna aparatu

4 specyfikację techniczną aparatu

5 instrukcja użytkownika w języku polskim

6 paszport techniczny

**OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU
WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA**

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Numer telefonu / faxu

Adres e-mail

Numer NIP i Regon

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się :

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”,
- wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

**OŚWIADCZAM, ŻE NIE PODLEGAM WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY.**

Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu roku w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Dalekiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS 0000055047, oznaczony numerami NIP 529-10-04-702, REGON 000311639, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. Dyrektora Szpitala Zachodniego - p.

a

Firmą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS, Nr NIP, Nr Regon, zwaną w dalszej części Umowy **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:

1. - p.

Zgodnie z Art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników do elektroforezy wraz z dzierżawą analizatora.
2. Szczegółowo przedmiot umowy określony jest w zał. nr 1 do niniejszej umowy będącym jej integralną częścią.
3. Przewidziana wartość umowy jest maksymalna, a Zamawiający może zakupić mniej i Wykonawcy nie służą żadne roszczenia z tego tytułu .
4. Zamawiający zastrzega możliwość zamiany ilości asortymentu w ramach wartości umowy .
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji umowy w przypadku gdy ilości określone w załączniku nr 1 do umowy nie zostaną wykorzystane w trakcie obowiązywania umowy .
6. Zmiany określone w pkt. 4,5 muszą być potwierdzone stosownym aneksem .

§ 2

1. Cena umowy wynosi zł. brutto (słownie: złotych)
2. W cenie określonej w ust.1 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, m.in.: zakupu, transportu, ubezpieczenia, pakowania i znakowania, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i Kodeksu Celnego.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę , gdzie zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, wartość netto pozostanie niezmienna. Zmiany te jako obowiązujące z mocy prawa nie wymagają aneksu do umowy .
4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zapłacenia przez Zamawiającego podatku VAT wynikłego z faktu, iż Wykonawca nie poinformował Zamawiającego, iż obowiązek podatkowy go nie dotyczy, Wykonawca zwróci równowartość zapłaconej kwoty podatku Zamawiającemu.

§ 3

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 36 m – cy od daty podpisania umowy. Dostawa będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zamówień jednostkowych realizowanych w ciągu 5 dni od otrzymania zamówienia drogą elektroniczną .
2. Wydanie Zamawiającemu aparatu i instalacja nastąpi w ciągu 5 dni od dnia zawarcia

niniejszej Umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisanym przez obie strony protokołem przekazania.

§ 4

1. Należność za przedmiot umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony umowy dokumentu dostawy przedmiotu umowy.
2. Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie do dni od złożenia faktury u Zamawiającego wraz z dokumentem dostawy .
3. Czynsz dzierżawny będzie płatny na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę raz w miesiącu .
4. Należność za przedmiot umowy będzie przekazana na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 5

Przez cały czas trwania umowy analizator pozostaje własnością Wykonawcy. Zamawiający jest zobowiązany używać sprzęt wyłącznie w miejscu ich instalacji dokonanej przez Wykonawcę, w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu i właściwościom, zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji obsługi, a także utrzymywać go w należyтым stanie technicznym. O jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu sprzętu bądź jego uszkodzeniu, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej.

§ 6

Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć analizator przed kradzieżą oraz wszelkimi innymi działaniami osób trzecich, które mogłyby zagrozić ich stanowi lub jego prawidłowemu funkcjonowaniu.

§ 7

1. W ramach czynszu dzierżawnego, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnego przeglądu raz w roku .
2. Produkty uszkodzone przez personel z powodu niewłaściwej eksploatacji będą wymieniane na koszt Zamawiającego.

§ 8

W ciągu 14 dni od rozwiązania niniejszej umowy, Zamawiający wyda Wykonawcy aparat w stanie nie pogorszonym, co zostanie stwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony. Zamawiający nie jest odpowiedzialny za zużycie aparatu, będące następstwem zwykłego jego używania.

§ 9

1. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego za potwierdzenie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy jest pracownik diagnostyki laboratoryjnej.
2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i podpisanie dokumentu dostawy jest p.

§ 10

Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy będzie posiadał termin ważności minimum 6 miesięcy.

§ 11

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - w wysokości 10% wartości netto nie zrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy
 - w wysokości 0,1% wartości netto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy określony w § 3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości towarów nie dostarczonych w terminie.
2. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę zwłoki w realizacji przedmiotu umowy ustalone ceny nie tracą ważności.

3. Za przekroczenie terminu płatności określonego § 4 ust.2 umowy za zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca może naliczyć odsetki w ustawowej wysokości.

§ 12

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny a także wolny od wad materiałowych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

§ 13

1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym przedmiocie umowy Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o powyższym fakcie przesyłając pisemną reklamację.
2. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy i
- odstąpienia od umowy w przypadku:
- dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości i z wadami,
- dostarczenia towaru niezgodnego z przedmiotem umowy.

§ 14

1. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem zapisów niniejszej umowy.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności wynikające z umowy nie będą przekazywane osobie trzeciej bez jego zgody.

§ 15

1. Koszty finansowej obsługi umowy w Banku Zamawiającego ponosi Zamawiający a w Banku Wykonawcy ponosi Wykonawca.
2. Odprawa celna leży po stronie Wykonawcy.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy - Kodeks Cywilny oraz zapytania ofertowego i oferty.

§ 17

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników.
2. Jeżeli strony umowy nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach spornych obowiązują przepisy prawa polskiego.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: