



SAMODZIELNY PUBLICZNY|SPECJALISTYCZNY  
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II  
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of  
**H**Health  
**P**romoting  
**H**ospitals & Health Services

Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 06.12.2018 r.

**SPS – V. 262.83.2018**

**Wg rozdzielnika**

*Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę siatek przepuklinowych do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim .*

**Dotyczy: Załącznik nr 5, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści narzędzie do mocowania siatek : ładunki niewchłaniające. Narzędzie do mocowania siatek. Zawiera trwałe ładunki, zbudowane ze stali nierdzewnej 316L oraz nasadki z polieteroketonu (PEEK). Długość elementu mocującego (nasadka + cewka) wynosi 4,2 mm. Średnica zewnętrzna trzonów przyrządów mocujących wynosi 5mm. Trzon systemu o długości 37cm. Urządzenie posiada wskaźnik zużycia ładunków (na rękojeści), jest jednorazowe i sterylne, zawiera 30 ładunków w każdym narzędziu. Boxy pakowane po 5 szt./30 ładunków .

**Odpowiedź : Tak.**

.....  
Podpis