



Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 04.09.2020 r.

SPS – V. 262.62.2020

### Wg rozdzielnika

*Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę sprzętu jednorazowego do zabiegów kardiologii inwazyjnej dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim , nr sprawy 685/4-8/2020*

#### **Pytanie 1 – Pakiet 1, zestaw do koronarografii**

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z zestawu do koronarografii pozycji :

- dren do oszczędności kontrastu o długości 180 cm, z końcówką M/M, z dużym światłem pozwalającym na kontrolowanie przepływu kontrastu kompatybilny z kolcem do oszczędności kontrastu

- aplikator do długotrwałego pobierania leków z opakowań zbiorczych typu mini spike

- łącznik z 2-ma końcówkami żeńskimi luer lock, do zastosowania przy podawaniu leku z jednej do drugiej strzykawki

i utworzenie z nich osobnego pakietu.

**Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody .**

#### **Pytanie 2 – Pakiet 2 introduktor naczyniowy , promieniowy**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie introducerów radialnych, z mini-prowadnikiem do wyboru: 0.018", 0.021" o długości 45 cm, dostępna końcówka „J” oraz prosta – stalowa – zwężana na końcu w celu łatwego wprowadzenia do naczynia = dodatkowa korzyść wyboru, długość 7 i 11 cm, średnica 4-7 Fr, igła 20G oraz 21G, ścięta pod kątem, bez wskazanego kierunku. Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem, szczelna zastawka hemostatyczna, ramię boczne zakończone kranikiem, dylator z zatraskiem, rozmiary kodowane kolorem.



**Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody .**

**Pytanie 3 – Pakiet 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 introduktorów promieniowych o długości 7cm, 10cm, 16cm, 25cm dostępnych z przewodnikiem 45cm i 80cm (dla koszulki 16cm i 25cm) z jedną końcówką roboczą prostą typu mini spring oraz sztywną częścią proksymalną dla ułatwienia wprowadzania?

**Odpowiedź : Tak.**

.....