



Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 15.06.2020 r.

**SPS – V. 262.33.2020**

### **Wg rozdzielnika**

*Dotyczy zapytania ofertowego na Dostawę sprzętu medyczo – gospodarczego dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim , nr sprawy 428/4-8/2020*

#### **1. Pakiet I, pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści kieliszki na leki o pojemności 30 ml, pakowane po a'90 sztuk oraz wycenę tychże opakowań z odpowiednim przeliczeniem ilości w „górze” do 2223 opakowań?

**Odpowiedź : Tak.**

#### **2. Pakiet IV, pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści basen plastikowy, którego dezynfekcja i sterylizacja odbywa się w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Można go myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami?

**Odpowiedź : Tak.**

#### **3. Pakiet IV, pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści basen sanitarny bez widocznej podziałki?

**Odpowiedź : Tak.**

#### **4. Pakiet IV, pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści kaczkę plastikową, której dezynfekcja i sterylizacja odbywa się w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Można go myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami?

**Odpowiedź : Tak.**

#### **5. Pakiet IV, pozycja 3**

Czy zamawiający dopuści pojemnik do dobowej zbiórki moczu „Tulipan”, którego dezynfekcja i sterylizacja odbywa się w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Można go myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami?

**Odpowiedź : Tak.**

#### **6. Pakiet IV, pozycja 4**

Czy zamawiający dopuści nerkę medyczną, której dezynfekcja i sterylizacja odbywa się w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Można go myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami?

**Odpowiedź : Tak.**

**7. Pakiet IV, pozycja 4**

Czy zamawiający dopuści nerkę medyczną bez widocznej podziałki?

**Odpowiedź : Tak.**

**8. Pakiet IV, pozycja 5**

Czy zamawiający dopuści nerkę medyczną, której dezynfekcja i sterylizacja odbywa się w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Można go myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami?

**Odpowiedź : Tak.**

**9. Pakiet IV, pozycja 5**

Czy zamawiający dopuści nerkę medyczną bez widocznej podziałki?

**Odpowiedź : Tak.**

**10. Pakiet V, pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści stazy na rolce pakowane po a'25 sztuk?

**Odpowiedź : Tak, z przeliczeniem ilości .**

**11. Pakiet V, pozycja 2**

Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający w formularzu asortymentowo-cenowym ma na myśli ilość opakowań 500 (opakowanie zawierające 30 sztuk staz) czy pojedyncze stazy. Jeżeli opakowania to zwracamy się zapytaniem czy zamawiający dopuści stazy na rolce pakowane po a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 600?

**Odpowiedź : Zamawiający ma na myśli ilość opakowań 500 zawierających po 30 szt. staz. Zamawiający dopuszcza stazy na rolce po 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**12. Pakiet VIII, pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymiarów zamawianego papieru.

**Odpowiedź : Szerokość papieru 11 cm, średnica rolki 4 cm, średnica samego papieru nawiniętego na rolkę 13 mm**

**13. Pakiet XI, pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści miskę z celulozy o pojemności 3000 lub 4000 ml?

**Odpowiedź : Tak.**

**14. Pakiet XI, pozycja 2,3**

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o doprecyzowanie czy wkłady plastikowe do kaczek oraz basenów mają mieć formę plastikowych podstawek czy worków?

**Odpowiedź : Wkłady plastikowe mają mieć formę worków .**

.....