SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

ZSJZ
PN-EN ISO 9001:2009
AQAP 2120:2006
PN-EN ISO 14001:2005

CERTYFIKAT 2012/4
CMJ

Health Promoting Hospitals

Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, 14.11.2014 r.

SPSSZ – V / 187 / 2014

Wg rozdzielnika

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (Nr sprawy SPSSZ/44/D/14) .

Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia powyższego postępowania.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przesyła treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz umieszcza na stronie internetowej .

1. Dot. pakietu 65. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody bierne, jednorazowe, owalne, dwudzielne z pierścieniem okalającym każdą z dwóch części, umożliwiające niekierunkową aplikację, hydrożelowe, bez lateksu, uniwersalne dla dzieci i dorosłych, wymiary 176 x 122mm, o powierzchni całkowitej 170cm2, o powierzchni aktywnej 110cm2, grubości 1mm, podłoże z pianki polietylenowej, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, pakowane po pięć sztuk, opakowanie handlowe 50szt.?
   Odpowiedź : Tak.
2. Dot. pakietu 65. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel do neutralnych elektrod jednorazowych , długość 3 lub 5 m z wtykiem współosiowym?
   Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
3. Dotyczy pakietu 49. Prosimy o dopuszczenie wkładów jednorazowych o pojemności 1000ml i 2000ml, wkłady posiadają filtr przeciwbakteryjny pełniący, zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem i zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu. Wkłady są bez zawartości PCV oraz posiadają jeden króciec schodkowy na pokrywie umożliwiający podłączenie drenów od różnych producentów. Wkłady posiadają wygodna pętlę do demontażu oraz szeroki otwór o średnicy do wsypywania proszku żelującego. Wkłady posiadają uniwersalny port o średnicy 7/2 - 12mm, które mogą być zastosowane również do zabiegów ortopedycznych - opisane wkłady są obecnie używane w szpitalu.
   Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
4. Dotyczy pakietu 49. Czy Zamawiający oczekuje, żeby każdy wkład posiadał łącznik kątowy o zakończeniu schodkowym który znajduje się na porcie pacjenta służący do podłączenia drenu do odsysania, czy raczej przewiduje zakup łączników umożliwiających podłączenie drenu?
   Odpowiedź : Opis zgodnie z SIWZ .
5. Dotyczy pakietu 49. Czy Zamawiający oczekuje wkładów wyposażonych w zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem (ssak elektryczny, próżnia), posiadających skuteczny filtr przeciwbakteryjny oraz mający port o średnicy wewnętrznej 25mm służący do wsypywania proszku żelującego w saszetkach lub pobrania wydzieliny do badań .
   Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ww. sprzęt .

6. Dotyczy pakietu 87 poz. 1,2. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 87 poz. 1,2 zestawu z drenem o długości 300cm lub 380cm
   Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza długość drenu 380 cm .
7. Dotyczy pakietu 87 poz. 1,2**.** Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 87 poz. 1**,** kanek w dostępnych rozmiarach od CH10 do CH32.
   Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .
8. Dotyczy pakietu 49. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający uzna za wystarczające podanie naniesionej daty ważności na wkładzie , którą jest fabrycznie nadrukowana data produkcji , a termin ważności wyrobu wynosi 5 lat.
   Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ale pod warunkiem, że na wkładzie będzie nadruk - termin ważności wynosi 5 lat.
9. Dotyczy: terminu dostawy. Wnosimy o wydłużenie terminu dostawy z 3 dni na 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka.
   Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
10. W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
    Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ i obowiązującym prawem .
11. Dotyczy: wzoru umowy § 9 ust. 3. Wnosimy o modyfikację ww. ustępu poprzez dodanie do niego zapisu [.... po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego dostarczenia materiałów wolnych od wad oraz zgodnych z przedmiotem umowy.
    Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz.1, 3, i 9 z pakietu nr 22 jako pozycji sterylnych z pakietu niesterylnego w większości asortymentu, co zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi siwz?
    Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 22 poz.5 fartucha o długości 122cm lub 125cm?
    Odpowiedź : Tak.
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 22 poz.6 prześcieradło przekładane po 10szt?
    Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 22 poz.9 serwety o wymiarowaniu 50x50cm?
    Odpowiedź : Tak
16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 22 poz.11 prześcieradła dwuwarstwowego?
    Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.
17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 22 poz.11 prześcieradła z nawojem 50m?
    Odpowiedź : Tak
18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by na opakowaniu jednostkowym wyrobów niesterylnych był umieszczony nr serii bez daty ważności?
    Odpowiedź : Nie.
19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by z próbkami były dostarczone kserokopie etykiet?
    Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.
20. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z próbkami oryginalnych opakowań, co jest niemożliwe w sytuacji gdy do oferty powinna być dostarczona próbka asortymentu pakowanego w opakowania jednostkowe po 10, 50 lub 100szt?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by dostawy zamówień cząstkowych były realizowane w ciągu 5 dni roboczych?

    Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §9 pkt 2 umowy na zapis o następującej treści: "Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji?

    Odpowiedź : § 9 ust 2 zostaje zmieniony w sposób określony w pkt 202 niniejszego pisma .

23. Czy Zamawiający w ramach poz. 1 i 2 pakietu 16 będzie wymagać od wykonawców zaoferowania materiałów eksploatacyjnych autoryzowanych przez organizację serwisową producenta urządzenia STELLANT CT D, które to materiały, jako w pełni kompatybilne z eksploatowanym wstrzykiwaczem kontrastu (w sposób potwierdzony przez jeden z ww/podmiotów) nie spowodują usterek w działaniu tego aparatu, ani nie będą powodem wyłączenia udzielonych przez jego producenta/serwis praw gwarancji/rękojmi?

    Odpowiedź : Nie, zgodnie z SIWZ

24. Czy zamawiający w ramach poz. 1 pakietu 16 będzie wymagać od wykonawców zaoferowania niżej opisanych materiałów eksploatacyjnych, które jako produktu autoryzowane przez producenta urządzenia lub/i jego organizację serwisową – nie spowodują usterek w działaniu danego aparatu STELLANT CT , ani nie będą powodem wyłączenia praw gwarancji/rękojmi udzielonych przez producent/serwis urządzenia?

    Zestawy jednorazowego użytku do wstrzykiwaczy Stellant CT, każdy zestaw składający się z :

    - dwóch wkładów, każdy pojemność 200 ml
    - złącza niskiego ciśnienia o długości 152 cm z trójnikiem „T" i wytrzymałości ciśnieniowej 400 PSI z pojemniczkiem do odpowietrzania
    - złącza szybkiego napełnienia (łącznik rurkowy w kształcie litery „J") ?

    Odpowiedź : Nie, zgodnie z SIWZ

25. Czy zamawiający w ramach poz. 2 pakietu 16 w/w postępowania przetargowego, będzie wymagać od wykonawców zaoferowania niżej wyszczególnionych materiałów eksploatacyjnych , które jako produkty autoryzowane przez producenta urządzenia lub/i jego organizację serwisową – nie spowodują wyłączenia praw gwarancji/rękojmi udzielonych przez producenta/serwis urządzenia i będzie wymagał zaoferowania złącza niskiego ciśnienia, każde o długości 150-152 cm, każde doposażone w jedną zastawkę antyzwrotną i w trójnik Y, którego długość ramion jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu 10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl 25 cm?

    Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

26. Dot. pakietu 14 poz. 5 . Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do kaniulacji żył centralnych z jednoskładnikową powłoką antybakteryjną – chlorhexydyną spełniający pozostałe wymagania SIWZ .

    Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

27. Dot. pakietu 92. Czy zamawiający dopuści łyżki wykonane z poliacetalu (poliamid) kompatybilne z laryngoskopem o zielonej rękojeści, w rozmiarach 3, 4 .

    Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

28. Dot. pakietu 103. Czy ze względu, iż maski chirurgiczne są wyrobem medycznym klasy I i ich produkcja nie podlega ocenie jednostki notyfikowanej, Zamawiający będzie wymagał , aby parametry zapisane w SIWZ z Normy PN-EN 14683 „skuteczność filtracji bakterii ≥ 98 %, ciśnienie różnicowe < 20 Pa/cm^2" były potwierdzone przez dostawcę w formie badań z niezależnego od producenta laboratorium lub jednostkę notyfikowaną?

    Odpowiedź : Tak, zamawiający wymaga

29. Dot. pakietu 103. Czy zamawiający będzie wymagał, aby opakowanie jednostkowe masek chirurgicznych było oznakowane zgodnie z Normą PN-EN 14683

    Odpowiedź : Tak, zamawiający wymaga .

30. Dot. pakietu 104. Czy ze względu, iż zamawiający wymaga, aby bluza oraz spodnie spełniały funkcje ochronną będzie wymagał od zaoferowanego asortymentu przez dostawców parametrów:

    a) ciśnienie hydrostatyczne penetracji dla wody, co najmniej na poziomie powyżej 40 cm H2O- metoda AATCC 127:2003 lub równoważna w przeliczeniu na jednostki porównywalne

b) palność materiału na poziomie powyżej 25 sekund – metoda badania ASTM 3403 lub równoważna w przeliczeniu na jednostki porównywalne.

Odpowiedź : Tak, zamawiający wymaga.

31. Pakiet 1:Poz. 1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania filtra cechującego się przestrzenią martwą 26ml. Pragniemy podkreślić, że chcemy zaoferować filtr cechujący się mniejszą przestrzenią martwa, a lepszym parametrem niż opisany w siwz.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

32. Pakiet 1 Poz. 2: Prosimy Zamawiającego dopuszczenie filtra o przestrzeni martwej 35 ml. Pragniemy podkreślić, że chcemy zaoferować filtr cechujący się mniejszą przestrzenią martwa, a lepszym parametrem niż opisany w siwz.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

33. Pakiet 1 Poz.3: Prosimy o sprecyzowanie czy filtr ma się cechować przestrzenią martwą 26ml?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

34. Pakiet 1 Poz.1-3.Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy na obwodzie filtra ma być nadrukowana wartość minimalna i maksymalna objętości oddechowej Vt? Takie rozwiązanie pozwala szybko określić wagę należną pacjenta, u którego może być stosowany filtr.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

35. Pakiet 1 Poz 4: Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci o konstrukcji dwumembranowej zapewniającej także nawilżenie dopływającego tlenu, opór przepływu 0,25 cm H2O przy 30 l/min, powierzchnia wymiany wilgoci 545cm2, pozostałe paramerty jak w siwz.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

36. Pakiet 1 poz. 4 . Prosimy o sprecyzowanie czy wymiennik ciepła i wilgoci ma posiadać wkład wykonany z celulozy?

Odpowiedź : Nie określamy .

Pakiet 2

37. Poz.2: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na łączniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

38. Poz.3: Prosimy o sprecyzowanie czy sondy do karmienia mają być pakowane prosto, nie zwijane, co zapobiega zamknięciu ich światła?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

39. Poz. 3 Prosimy o sprecyzowanie czy sondy do karmienia mają być przeznaczone do bezpiecznego stosowania do 4 tygodni z w/w informacją oryginalnie nadrukowaną przez producenta na etykiecie produktu?

Odpowiedź : Nie wymagamy.

Pakiet 3

40. Poz.5: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki silikonowe z podłużnie rowkowaną powierzchnią zewnętrzną ma posiadać balon o pojemności 15ml, dwa oczka drenujące nad balonem oraz długość 40cm, tak jak obecnie stosowane?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

41. Poz. 5. Prosimy o sprecyzowanie czy cewnik Foley 100% silikon, tak jak obecnie stosowany, ma pozwalać na pełną wizualizację wydzieliny, w celu wczesnego wykrycia zmian – krwawienia, cech infekcji układu moczowego oraz zakażeń poprzez pełną przeźroczystość cewnika?

Odpowiedź : Tak.

pakiet 6

42. Poz. 3: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do jejunostomii z cewnikiem o dł 70cm, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

43. Poz.4: Prosimy o sprecyzowanie czy sonda ma posiadać balony pilotowe wykonane z mieszaniny silikonu i lateksu?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

44. Poz. 4 i 5: Prosimy o sprecyzowanie czy sonda ma cechować się długością min.100cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

pakiet 7

45. Poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igły do znieczuleń podpajęczynówkowych j.u. sterylnej, tak jak obecnie stosowane, z ostrzem Quincke w rozmiarach: 25Gx90mm, 26Gx90mm, 27Gx90mm, 29Gx90mm z prowadnicą oznaczoną kolorem do identyfikacji rozmiaru, nasadka z półprzeźroczystym oknem umożliwiającym wizualizację płynu mózgowo – rdzeniowego oraz 22Gx130mm i 20G x 150mm z prowadnicą pakowaną osobno.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
46. Poz.1 i 2: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy igły do wkłuć podpajęczynówkowych, tak jak obecnie stosowane, mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .
47. Pakiet 8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł MCA do pistoletu Promag-Ultra rozmiar 18G dł. 20 lub 25 cm do wyboru przez Zamawiającego , długość wycinka 20mm.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
48. Pakiet 9:Poz. 1 i 2: Prosimy o dopuszczenie zestawu do konikotomii jednorazowego, sterylnego, gotowego do natychmiastowego użycia do wykonania konikotomii metodą bezpośredniego wkłucia z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy lub przedniej ściany przełyku dzięki usuwalnemu ogranicznikowi głębokości wsunięcia kaniuli. W zestawie, tak jak obecnie stosowane: kaniula oddechowa (rurka) do wentylacji bez mankietu z anatomicznie ukształtowaną ramką mocującą, atraumatyczna igła – introduktor, rozszerzalna silikonowa przestrzeń martwa, skalpel, strzykawka do identyfikacji światła tchawicy, opaska mocująca z zapięciem na rzepy w rozm.2 i 4.
Odpowiedź : zamawiający dopuszcza.
Pakiet 10
49. Poz.1: Prosimy o sprecyzowanie czy mieszek w zestawie do drenażu ran po operacji tarczycy ma wytwarzać podciśnienie początkowe140mmHg, tak jak w obecnie stosowanym zestawie?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
50. Poz.4: Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do lewatywy ma posiadać dren z klamrą zaciskową zakończony plastyczną kanką bez otworów bocznych, tak jak obecnie stosowane?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
51. Poz.5: Prosimy o sprecyzowanie czy dreny Pezzera mają być sterylizowane radiacyjnie, tak jak obecnie stosowane?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
52. Poz. 5 . Prosimy o sprecyzowanie czy dreny Pezzera, tak jak obecnie stosowane, mają posiadać 4 otwory boczne drenujące zapewniające prawidłowy drenaż?
Odpowiedź : Tak.
53. Pakiet 12: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do ZO bez grotu do nacinania skóry oraz dostawowych igieł iniekcyjnych.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale przy dołączeniu grotu w oddzielnym opakowaniu .
54. Pakiet 13: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do ZO bez zatrzaskowego systemu mocowania cewnika do skóry typu lockit z przezroczystą, sztywną częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
55. Pakiet 19: Poz.1-3: Prosimy o dopuszczenie pakowania w op. 25szt.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
Jednocześnie Zamawiający w poz. 1 niniejszego pakietu wykreśla zapis „1 op. 96 szt. , natomiast w poz. 3 z należy zaoferować 100 szt. (czyli 1 op. a'100 szt. lub 4 op. a' 25 szt.) .
Pakiet 23
56. Poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igieł do nakłuć, tak jak obecnie stosowane, w rzom.25Gx25mm (zamiast 0,6x19mm) oraz 0,7 x 64-65mm, jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
57. Poz. 1 . Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy igły do wkłuć podpajęczynówkowych, tak jak obecnie stosowane, mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

58. Poz.2: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje kaniuli posiadającej, tak jak obecnie stosowane, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary)?
Odpowiedź : Tak.
59. Poz. 2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy kaniule, tak jak obecnie stosowane, mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
60. Poz.4: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania koreczków uniwersalnych pakowanych po 100szt, spełniających pozostałe wymogi siwz.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
61. Poz. 4. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania koreczków pakowanych pojedynczo (indywidualnie), po 4 sztuki na jednym blistrze. Koreczki te pakowane są w blistrze w pozycji pionowej, w pojedynczych komorach dostosowanych precyzyjnie do kształtu koreczka, co gwarantuje, iż uchwyt koreczka trafia bezpośrednio w palce użytkownika, a trzpień jednoznacznie wskazuje kierunek aplikacji.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
62. Poz.5 i 6: Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli kranik wyposażony, tak jak obecnie stosowane, w trójramienne białe pokrętło, przezroczystą obudowę umożliwiająca wizualizację przepływu oraz ułatwiającą użytkowanie ww. produktu ?
Odpowiedź : Tak.
63. Poz. 5 i 6 . Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki trójdrożne, tak jak obecnie stosowane, mają posiadać obudowę wykonaną z poliwęglanu czyli materiału pozwalającego na bezpieczną podaż tłuszczy i chemioterapeutyków?
Odpowiedź : Tak.
64. Poz.5: Prosimy o doprecyzowanie czy objętość wypełnienia w kranikach, tak jak w obecnie stosowanych, ma posiadać max.objętość wypełnienia 0,22 czy 0,23ml?
Odpowiedź : Tak.
65. Poz.6:
Czy przedłużacz w kranikach,tak jak obecnie stosowane, ma być wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów di(2-etyloheksylowych) DEHP? Jest on najczęściej stosowanym w PVC ftalanem, który zaburza rozwój komórek, wywołuje zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz jest podejrzewany o działanie rakotwórcze.
Odpowiedź : Tak.

Pakiet 27

66. Poz.1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki do intubacji ze znacznikiem głębokości w postaci jednego grubego ringu dookoła trzonu rurki, pozostałe parametry jak w siwz
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
67. Poz.2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki do intubacji ze znacznikiem głębokości w postaci czarnej końcówki rurki, pozostałe parametry jak w siwz.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
68. Poz 3. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z mankietem, zbrojonej, ze znacznikiem głębokości w postaci jednego grubego ringu dookoła trzonu rurki, pozostałe parametry jak w siwz.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 28

69. Poz.1: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy maska ma posiadać języczek ogranicznika nagłośni chroniący przed możliwością wklinowania nagłośni i jednocześnie umożliwiającym dokonanie intubacji?
Odpowiedź : Tak.
70. Poz. 1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w zestawie powinien znajdować się lubrykant (żel) i strzykawka luer-lock 30 ml.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

71. Pakiet 29:Poz.1: Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej, tak jak obecnie stosowane, j.u. z mankietem powietrznym dającą możliwość wentylacji w czasie zabiegu wyższymi ciśnieniami dodatnimi w drogach oddechowych o wartości do 30cm H20 z luźnym niewbudowanym drenem do napełnienia mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, posiadająca dodatkowy wbudowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenei sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski, rozmiary sond 6-14fr w tym minimum 14fr dla rozm.3,4,5.Maska o wyprofilowanej anatomicznie 90stopni krzywiźnie rurki oddechowej z wbudowaną blokadą zgryzu. Maska posiadająca uchwyt pomocniczy pełniący rolę wskaźnika położenia, ułatwiający wprowadzenie maski oraz ułatwiający jej zamocowanie po założeniu, rozmiary (1-5) w zakresy wagowe : <5kg; 20-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 30

72. Poz. 2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek do insuliny U40 ze skalą co 0,1.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

73. Poz.3: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek dwuczęściowych o pojemności 20ml pakowanych w opakowania po 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości (czyli zaoferowania 7000op po 80szt).
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości . Należy podać w formularzu cenowym ile szt. w opakowaniu oraz przeliczona ilość.

74. Poz.4: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek Janetta 100ml z jednostronną skalą pomiarową, która pozwala na precyzyjne dawkowanie. Pragniemy podkreślić, iż zapisy norm dotyczących strzykawek nie nakazują, a jedynie zezwalają na stosowanie opisanych w siwz rozwiązań czyli dwustronnej skali, gdyż stosowanie w/w rozwiązań nie ma żadnych przesłanek klinicznych.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 31

75. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy na cylindrze strzykawki ma się znajdować logo producenta, dla łatwego zweryfikowania czy pompa jest ustawiona na odpowiednią strzykawkę? Obecnie stosowane strzykawki posiadają takie rozwiązanie.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

76. Poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek pakowanych, tak jak obecnie stosowane, max po 120szt, spełniających pozostałe wymogi siwz.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet 34

77. Poz.1 i 2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek spełniających pozostałe wymogi siwz w opakowaniach po 230szt, tak jak obecnie stosowane.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet 43

78. Poz.13: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii wyłącznie w rozmiarach CH 10 i ch 12 (w związku z zaprzestaniem przez producenta produkcji zestawów w rozm.14 i 16ch), spełniających pozostałe parametry siwz.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

79. Poz. 20: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje zaoferowania rozszerzadeł kompatybilnych z cewnikami z pozycji powyżej – a nie poniżej?
Odpowiedź : Nie doszło do pomyłki, zapis zgodnie z SIWZ .

80. Poz. 31: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do ekstrakcji kamieni z moczowodu wykonanych z nitinolu , z rozbieralną rączką , długość 90 cm 4 helikalne druty , rozmiary 2,5F , 3F, 4F.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 48

81. Poz. 1 i 2: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i 2, co pozwoli na złożenie oferty większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

82. Poz. 1 i 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki wykonanej z PCV, niesilikonowanej, nie zawierającej lateksu. Pozostałe parametry zgonie z SIWZ.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 58

83. Poz.3: Prosimy o sprecyzowanie czy worek na mocz ma posiadać kranik spustowy mocowany w otwartej zakładce ku górze, co zapobiega przed ewentualną kontaminacją kranika/worka poprzez większy odstęp od podloża i brak ewentualnego kontaktu z nim?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

84. Poz. 4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma być wyposażony w dren dwuświatłowy, tak jak obecnie stosowany? Takie rozwiązanie pozwala usunąć zalegający w drenie mocz, bez rozłączania układu.
Odpowiedź : Tak.

85. Poz. 4. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy worek do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowane, ma zabezpieczać przed cofaniem się moczu z drenu do cewnika foley.
Odpowiedź : Tak.

Pakiet 62

86. Poz.1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika o przepływie 525 ml/min ± 25, 100 aktywacji do łączenia na 7 dni u Pacjenta. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

87. Poz. 1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy łącznik ma być wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 bara=250 psi oraz wytrzymały na ciśnienie zwrotne 6,7 bara=97 psi,
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

88. Poz. 1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy silikonowa membrana ma być wywinięta zewnętrznie na konektorze, aby tworzyła gładką powierzchnię dla łatwiejszej dezynfekcji?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

89. Poz.2 i 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 3 łączników o przepływie 525 ml/min ± 25, 100 aktywacji do łączenia na 7 dni u Pacjenta. Połączone z drenem o długości 15 cm, z 3 klamrami w kolorze białym. Średnica wew. 2,1 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

90. Pakiet 66: Poz.1:Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy port do napełniania balonika retencyjnego ma posiadać systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika? Właściwe wypełnienie balonika minimalizuje ryzyko uszkodzenia bańki odbytniczej oraz wycieku.
Odpowiedź : Tak.

Pakiet 72

91. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej firmy Becton Dickinson, wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji. Kaniula posiada dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, posiada zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja chroni personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika.
Rozmiar - 0,9mm - 22G(niebieski) dł. 25 mm , przepływ 42 ml/min
Rozmiar - 1,1mm - 20G(różowy) dł. 32 mm , przepływ 67 ml/min
Rozmiar - 1,3mm - 18G(zielony) dł. 32-45 mm , przepływ 103 ml/min
Rozmiar - 1,5mm - 17G(biały) dł. 45 mm , przepływ 133 ml/min
Rozmiar - 1,8mm - 16G(szary) dł. 45 mm , przepływ 236 ml/min
Rozmiar - 2,0mm - 14G(pomarańczowy) dł. 45 mm , przepływ 270 ml/min
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

92. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy kaniule mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

93. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy automatyczne zabezpieczenie ma zatykać w pełni światło i ostrze igły?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

94. Pakiet 88: Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem „opakowanie typu Tyvec" Zamawiający ma na myśli, tak jak obecnie stosowane, opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?
Odpowiedź : Tak.

95. Pakiet 98: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania przyrządu do przetoczeń płynów infuzyjnych o wydłużonej komorze zaopatrzonej na dolnej powierzchni komory w filtr 15 mikronmetrów, spełniającego pozostałe wymogi siwz.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ **.**

pakiet 105

96. Poz.1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do nefrostomii cewnik silikonowy ze zintegrowanym balonem , rozmiary 10,12,14F prowadnica Schullera dł. 100cm, igła punkcyjna , zestaw rozszerzadeł ostatnie z rozrywalną koszulką .
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza **.**

97. Poz.2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów z cewnikiem pigtail jednostronnie zamknięty z poliuretanu dł. 26cm z prowadnicą i popychaczem zapewniającym sterowalność zestawu. Rozmiary 4,8F, 6F, 7F ,8 F.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

98. Poz.3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów z cewnikiem pigtail jednostronnie zamknięty z poliuretanu dł. 28cm z prowadnicą i popychaczem zapewniającym sterowalność zestawu. Rozmiary 4,8F, 6F, 7F ,8 F.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

99. Poz. 2 i 3: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pozycji 2 i 3 Zamawiający oczekuje aby cewnik był połączony zamkiem DD z popychaczem – połączenie rozłącza się przez usunięcie prowadnicy?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

100. Dotyczy wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT wraz z dopuszczeniem zmiany wartości brutto umowy. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) -podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc to pod uwagę, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.
Odpowiedź : w paragrafie 2 pkt 3 wzoru umowy jest napisane w jaki sposób będzie liczony VAT w razie zmiany stawki .

101. Dotyczy pakietu 14, pozycja 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycja 1, cewników centralnych 1 - światłowych 18G o długościach 15 cm i 20 cm z zestawem do kaniulacji żył centralnych wyposażonym w igłę punkcyjną 18G x 7 cm, prowadnik, strzykawkę 5 ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

102. Dotyczy pakietu 14, pozycja 2**.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycja 2, cewników centralnych 2 - światłowych 7F o długościach 15 cm i 20 cm o światłach wewnętrznych 18, 14Ga, oraz cewnika 13Ga o światłach wewnętrznych 18, 14Ga i długości 20 cm z zestawem do

kaniulacji żył centralnych wyposażonym w igłę punkcyjną 18G x 7 cm, prowadnik, strzykawkę 5 ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

103. Dotyczy pakietu 14, pozycja 4, Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycja 4, cewników centralnych 3 - światłowych 7F o długościach 15 cm i 20 cm o światłach wewnętrznych 18, 18, 16Ga, oraz cewnika 7,5F o światłach wewnętrznych 18, 18, 16Ga i długości 15 cm z zestawem do kaniulacji żył centralnych wyposażonym w igłę punkcyjną 18G x 7 cm, prowadnik, strzykawkę 5 ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
104. Dotyczy pakietu 14, pozycja 5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycja 5 cewników centralnych 3 - światłowych 7F o długościach 20 cm i 30 cm o światłach wewnętrznych 18, 18, 16Ga, pokrytych powłoką antybakteryjną w skład której wchodzi Benzalkonium Chloride (BZC), który jest preparatem antybakteryjnym działającym na szerokie spektrum mikroorganizmów kolonizujących na cewnikach z zestawem do kaniulacji żył centralnych wyposażonym w igłę punkcyjną 17G x 7 cm, prowadnik, strzykawkę 5 z otworem w tłoku, rozszerzadło, skrzydełka mocujące.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
105. Dotyczy pakietu 18, pozycja 1**.** Zwracamy się z prośbą wyłączenie z pakietu 18 –„ zestawy do przetoczeń", pozycji 2 „ Linie do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego…" i utworzenie z niej odrębnego pakietu co umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty na produkty wysokiej jakości.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
106. Dotyczy pakietu 40, pozycja 1 i 2**.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 40 pozycja 1, opasek identyfikacyjnych dla dorosłych o długości 25 cm , oraz w pozycji 2 opasek identyfikacyjnych dla dzieci o długości 17 cm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na opaski dla dorosłych o dł. 25 cm, natomiast wyraża zgodę na opaski dla dzieci o dł. 17 cm .
107. Dot. Pakietu 28. Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku renomowanej firmy Ambu o następujących parametrach:
   - maska krtaniowa wykonana z PCV
   - delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet
   - wzmocnienie koniuszka mankietu zabezpieczające przed jego zagięciem i niewłaściwym ułożeniem
   - rurka maski wygiętą zgodnie z budową anatomiczną gardła (kąt 70-90º) i usztywniona
   - „bloker zgryzu" - element zabezpieczający przed zwężeniem światła rurki w wyniku jej zaciśnięcia zębami
   - znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych umieszczone na rurce
   - możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki intubacyjnej z użyciem broncho-fiberoskopu
   - znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawiczej poprzez maskę umieszczone na kopule maski
   - informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym
   - bezpieczeństwo stosowania w środowisku MR
   - rozmiary 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
   - opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru

   Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza **.**
108. Pakietu 29, pozycja 1
   Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku renomowanej firmy Ambu o następujących parametrach:
   - maska krtaniowa z nadmuchiwanym mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi
   - ciśnienie uszczelnienia o wartości do 40 cm H_2O
   - zintegrowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej 14 Fr
   - rurka maski wygiętą zgodnie z budową anatomiczną gardła (kąt 70-90º)

- zintegrowane usztywnienie zabezpieczające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki
- możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki intubacyjnej z użyciem broncho-fiberoskopu
- znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawiczej poprzez maskę umieszczone na kopule maski
- znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych umieszczone na rurce
- informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym
-bezpieczeństwo stosowania w środowisku MR
- rozmiary 3; 4; 5
- opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

109. Dot. Pakietu 64, pozycja 1a. Prosimy o dopuszczenie koca grzewczego na górną część ciała kompatybilnego z ogrzewaczem Mistral Air o wymiarach 201x76 cm. Zamieszczony w opisie Przedmiotu Zamówienia wymiar w/w kocyka nie istnieje.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .
110. Pakietu 64, pozycja 1b. Prosimy o dopuszczenie koca grzewczego wkładanego pod pacjenta kompatybilnego z ogrzewaczem Mistral Air o wymiarach 220x90 cm. Zamieszczony w opisie Przedmiotu Zamówienia wymiar w/w kocyka nie istnieje.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .
111. Pakiet nr 2, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga, aby zgłębniki posiadały powierzchnię „zmrożoną" (aksamitną), ułatwiającej wprowadzanie zgłębnika?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
112. Pakiet 2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby zgłębniki posiadały zatyczkę?
Odpowiedź: Nie.
113. pakiet 2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby zgłębniki posiadały oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na zgłębniku?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
114. Pakiet nr 2, poz. 2: Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały dwa otwory boczne naprzeciwległe?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ
115. Pakiet 2 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga, aby na cewniku tuż pod konektorem była nadrukowana skrócona nazwa producenta oraz rozmiar cewnika, co ułatwia proces identyfikacji cewnika nawet po wyjęciu go z opakowania jednostkowego?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
116. Pakiet 2 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na cewniku?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
117. Pakiet nr 2, poz. 3: Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki do karmienia rozmiary: 6,8,10 były pakowane na prosto, były pozbawione ftalanów, skalowane i posiadały powierzchnię „zmrożoną"?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
118. Pakiet nr 2, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści woreczki uniwersalne?
Odpowiedź : Tak.
119. Pakiet nr 3, poz. 2,4: Czy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia cewnika była aksamitna, co ułatwia proces zakładania cewnika bez użycia dodatkowego żelu?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
120. Pakiet nr 3, poz. 2,4: Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na cewniku?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .
121. Pakiet nr 4, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści rozmiar 8,5 w zamian za 9,0?
Odpowiedź : Nie.
122. Pakiet nr 21, poz. 1-8: Czy Zamawiający wymaga, produktów sterylnych?
Odpowiedź : Nie.

123. Czy Zamawiający wymaga, aby dren posiadał 4 wtopione podłużne paski, powodujące, że dren nie załamuje się i nie zamyka „światła” przepływu tlenu?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
124. Pakiet nr 21, poz. 3: Czy Zamawiający wymaga, aby nebulizator rozbijał cząsteczki leku od 1 do 3 mikronów (średnia 2,7 mikrona)?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
125. Pakiet nr 23, poz. 5-6: Czy Zamawiający wymaga, aby kraniki pozbawione były ftalanów?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
126. Pakiet nr 25, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga, aby igły posiadały ostrze długo ścięte LB/BL, które zapewnia niską siłę wkłucia oraz przesuwu?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
127. Pakiet 25 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu handlowym s'100 sztuk znajdowało się oznaczenie kolorystyczne rozmiaru zgodne z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
128. Pakiet 25 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .
129. Pakiet 25 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu pojedynczym znajdowała się nazwa producenta i importera?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
130. Pakiet nr 27, poz. 1-3: Czy Zamawiający wymaga, aby rurki były silikonowane?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
131. Pakiet 27 poz. 1 – 3.Czy Zamawiający wymaga, aby na korpusie rurki znajdowały się minimum trzy oznaczenia rozmiaru rurki?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
132. Pakiet 27 poz. 1 – 3. Czy Zamawiający wymaga, aby rurki pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości?
Odpowiedź : Nie.
133. Pakiet nr 27, poz. 1,3: Czy Zamawiający wymaga, aby na baloniku kontrolnym byłą umieszczona skrócona nazwa producenta oraz rozmiar rurki w celu szybkiej i łatwej identyfikacji nawet po wyjęciu z opakowania jednostkowego?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
134. Pakiet 27 poz. 1 i 3. Czy Zamawiający wymaga, aby na korpusie rurki tuż pod łącznikiem znajdowała się skrócona nazwa producenta?
Odpowiedź : Nie.
135. Pakiet nr 27, poz. 5: Czy Zamawiający wymaga, aby blokada przeciw zgryzieniu wykonana była z nylonu oraz czy blokada ta ma być kodowana kolorystycznie zgodnie z poszczególnym rozmiarem rurki?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
136. Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z termoplastycznego PE (polietylenu) nie zawierającego ftalanów (DEHP)?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
137. Pakiet nr 30, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka do insuliny posiadała tłok zakończony wydłużoną końcówką z gumy posiadający 3 ORINGI, które zapewniają płynny przesuw tłoka i bardzo dobrą szczelność?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
138. Pakiet 30 poz. 1.Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki były bez tzw. przestrzeni martwej?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
139. Pakiet 30 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga opakowania jednostkowego papier-folia (blister)?
Odpowiedź : asortyment musi być zapakowany sterylnie**.**
140. Pakiet 30 poz. 1 . Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki były sterylne?
Odpowiedź : Tak.
141. Pakiet nr 40, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych w kolorze białym pozbawione ftalanów?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

142. Pakiet nr 40, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne różowe dla dziewczynek i niebieskie dla chłopców bez zawartości ftalanów?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
143. Pakiet nr 58, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zastawkę lateksową?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
144. Pakiet nr 58, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści pojemność worka 2600 ml?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
145. Pakiet nr 101: Czy Zamawiający wymaga, aby wziernik posiadał boczną śrubę, która bardzo płynnie pozwala ustawić rozszerzenie wziernika w najbardziej optymalny sposób do badania?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
146. Dot. pakietu 101. Czy Zamawiający wymaga, aby śruba posiadała oznaczenie kolorystyczne rozmiaru zgodne z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga.
147. Dot. pakietu 101. Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu jednostkowym znajdowała się widoczna data sterylizacji i ważności oraz rozmiar wziernika?
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .
148. Pakiet nr 1, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła o wydajności nawilżania 24 mg/l przy Vt 500 oraz oporze przepływu < 1,4 cm H_2O, spełniający Pozostał wymagania SWIZ ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
149. Pakiet nr 2, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe dostępne w rozmiarach CH 8 – CH 30, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
150. Pakiet nr 2, pozycja 2. Czy Zamawiający oczekuje cewników do odsysania pozbawionych ftalanów?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
151. Pakiet nr 2, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści cewniki rektalne dostępne w rozmiarach CH 18 – CH 30, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
152. Pakiet nr 3, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemann dostępne w rozmiarach CH 8 – CH 24, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
153. Pakiet nr 3, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton dostępne w rozmiarach CH 6 – CH 24, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
154. Pakiet nr 3, pozycja 5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewnik Foley'a posiadał podłużnie rowkowaną powierzchnię zewnętrzną ?W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
155. Pakiet nr 10, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran, składający się z mieszka o pojemności 50ml oraz drenu Redona CH 8 z trokarem, spełniający pozostałe wymagania SIWZ lub zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się z mieszka o pojemności 250ml z drenem łączącym z klamrą zaciskową oraz drenem Redona w rozm. Od CH 8 do CH 18 z trokarem, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
156. Pakiet nr 19, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści licznik igieł – pudełko z zamknięciem z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem, 2 –częściowy: lewa komora – podkładka magnetyczna na 30 szt. oraz wyciągana podkładka piankowa (przylepna) na 40 szt., prawa komora – podkładka magnetyczna na 30 szt., z możliwością rozłączenia, z systemem bezdotykowego zdejmowania ostrzy, możliwość przyklejenia do podłoża, jak na poniższym zdjęciu ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

157. Pakiet nr 30, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności: 2ml ze skalą rozszerzoną do 2,5ml, 5ml ze skalą rozszerzoną do 5,5ml, 10ml ze skalą rozszerzoną do 11ml oraz 20ml ze skalą rozszerzoną do 22ml (pakowane a'50 szt. z przeliczeniem ilości), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
158. Pakiet nr 30, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane jednostronnie, z lateksowym uszczelnieniem tłoka, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
159. Pakiet nr 33, pozycje 1 – 2. Czy Zamawiający dopuści strzykawki z lateksowym uszczelnieniem tłoka, jak dotychczas stosowane, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
160. Pakiet nr 40, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści opaski o długości 25cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ
161. Pakiet nr 40, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści opaski o długości 17cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
162. Pakiet nr 58, pozycja 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź : Nie.
163. Pakiet nr 60, pozycja 1. Czy Zamawiający oczekuje 18 szt. elektrod (9 kompletów), czy 18 kompletów a'2 szt. ?
Odpowiedź : 18 kpl a' 2 szt.
164. Pakiet nr 61, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Marquette w rozmiarze 210 x 280 x 300, jak dotychczas stosowany, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź : Nie.
165. Pakiet nr 63, pozycje 2, 3. Czy Zamawiający oczekuje 8 szt. elektrod (4 komplety), czy 8 kompletów a'2 szt. ?
Odpowiedź : 8 kpl a' 2 szt.
166. Pakiet nr 72, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści kaniule z 3 paskami radiocieniującymi, w rozmiarach 24G 0,7x19mm, 22G 0,9x25mm, 20G 1,1x32mm, 18G 1,3x45mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
167. Pakiet nr 86, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody w rozmiarze 14 x 250cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

168. Pakiet nr 86, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze ok. 120cm x 230cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ
169. Pakiet nr 97, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z medycznego PCV, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ
170. Pakiet nr 102, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 7cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
171. Pakiet nr 102, pozycja 2. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje przylepnej serwety w rozmiarze 90cm x 120cm z otworem o średnicy 10cm ?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
172. Dotyczy Pakietu nr 96**:** Czy Zamawiający - w przypadku elektrod pętlowych (pozycja 1,5,9) - wymaga trwałego oznaczenia elektrod - na tulejce stabilizującej elektrodę na optyce - informacjami pozwalającymi na szybką identyfikację elektrody, tj. informacją o kompatybilnej optyce (12 lub 30 stopni) i płaszczu wewnętrznym (24 lub 26 Fr), numerem katalogowym oraz dodatkowo w przypadku elektrod do resekcji bipolarnej (w środowisku soli fizjologicznej) w pozycji nr 1 również informacją o środowisku pracy tj. 0,9%NaCl?
Odpowiedź : Tak.
173. Dotyczy Pakietu nr 96: Czy Zamawiający - z uwagi na zaawansowany system resekcji bipolarnej resektoskopami firmy Olympus polegający na bezpiecznym procesie wzbudzania plazmy sodowej na powierzchni pętlowych oraz igłowych elektrod resekcyjnych - wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia producenta elektroresektora bipolarnego Olympus potwierdzającego kompatybilność oferowanych elektrod resekcyjnych z systemem do resekcji bipolarnej składającego się z resektoskopu bipolarnego Olympus 26Fr i dedykowanej diatermii Olympus? Mając na uwadze bezpieczeństwo przeprowadzanych zabiegów i specyfikę procesu wzbudzania plazmy sodowej uprzejmie prosimy o przychylenie się do naszej prośby.
Odpowiedź : Tak.
174. **Dotyczy Rozdziału nr 3 pkt. 17 SIWZ:**
Biorąc pod uwagę, że sprzęt oferowany w Pakiecie nr 96 jest produkowany w Niemczech, czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia oświadczenia dotyczącego posiadania opakowań jednostkowych z opisem w języku polskim (nazwa, rozmiar, data ważności)? Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych art. 14 pkt. 1 „wyroby przeznaczone do używania na terytorium RP mają oznakowania i instrukcję używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów" oraz pkt. 2 „dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów."Czy zatem Zamawiający dopuści, aby oferowane w Pakiecie 96 wyroby posiadały etykiety zarówno na opakowaniu zbiorczym jak i indywidualnym w języku angielskim oraz symbole zharmonizowane - "Symbole graficzne do oznaczania wyrobów medycznych", które pozwalają na dokładną identyfikację produktu, numer jego serii, datę ważności, rozmiar, sterylność, metodę sterylizacji oraz wytwórcę?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w pakiecie 96 .
175. W nawiązaniu do pytania nr 3 zwracamy się z prośbą o odstąpienie dla Pakietu nr 96 od zapisu §9 ust. 3 tiret trzeci Ogólnych i szczegółowych warunków umowy: „Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy i odstąpienia od umowy w przypadku dostarczenia towaru nie opisanego w j. polskim."
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę w pakiecie 96 .
176. Dotyczy §9 ust. 2 Ogólnych i szczegółowych warunków umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin, o którym mowa ww. paragrafie był liczony w dniach roboczych?
Odpowiedź : § 9 ust 2 zostaje zmieniony w sposób określony w pkt 202 niniejszego pisma .
177. Dotyczy §3 ust. 1 Ogólnych i szczegółowych warunków umowy: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostaw do 5 dni roboczych.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

178. Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.
Odpowiedź : Nie.
179. Dotyczy Pakietu 2 poz. 3. Prosimy o dopuszczenie sondy do karmienia Ch 6, 8 o długości 40cm oraz Ch 10,12,14 o długości 80cm?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
180. Dotyczy Pakietu 2 poz. 4. Prosimy o dopuszczenie kanki doodbytniczej Ch 16,18,20,22,24 o długości 200mm i Ch 30 o długości 300mm?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
181. Dotyczy Pakietu 20 poz. 2, 4. Czy Zamawiający wymaga, aby papiery do USG były wysokiej rozdzielczości pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producenta Videoprinterów?
Odpowiedź : Tak.
182. Dotyczy Pakietu 20 poz. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o śr. 55mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
183. Dotyczy Pakietu 20 poz. 8. Prosimy o dopuszczenie żelu do EKG 260g.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
184. Dotyczy Pakietu 22 poz. 6. Prosimy o dopuszczenie prześcieradła niesterylnego z fizeliny w rozmiarze 210x160cm?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
185. Dotyczy Pakietu 22 poz. 11. Czy Zamawiający pisząc 1010 sztuk ma na myśli 1010rolek 50m, czy 1010rolek o innej długości?
Odpowiedź : Zamawiający ma na myśli rolki, długości nie określa.
186. Dotyczy Pakietu 47 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający wymaga oryginalnych papierów producenta do defibrylatorów Lifepack, zgodnie z zaleceniami producenta defibrylatorów Lifepack?
Odpowiedź : Papier musi pasować do drukarki defibrylatora LIFEPACK **.**
187. Dotyczy Pakietu 47 poz. 2.Prosimy o dopuszczenie oryginalnego papieru do Lifepack 12 o szerokości 10cm?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza
188. Dotyczy Pakietu 60 poz. 1.Czy Zamawiający wymaga oryginalnych elektrod do defibrylatora Lifepak12 zgodnie z zaleceniami producenta defibrylatorów?
Odpowiedź : Tak.
189. Dotyczy Pakietu 60 poz. 1 Czy Zamawiający ma na myśli 16 niepodzielnych opakowań elektrod a'2 szt?
Odpowiedź: 18 kpl a'2 szt.
190. Dotyczy Pakietu 63 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający wymaga oryginalnych elektrod do defibrylatora Zoll zgodnie z zaleceniami producenta defibrylatorów?
Odpowiedź : Tak.
191. Dotyczy Pakietu 63 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający ma na myśli 8 niepodzielnych opakowań elektrod a'2 szt?
Odpowiedź : 8 kpl a'2 szt.
192. Dotyczy Pakietu 63 poz. 1 i 2. Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek z uwagi na ich bardzo wysoki koszt, a niewielką ilość przetargową.
Odpowiedź : Nie.
193. Dotyczy Pakietu 63 poz. 1 i 2. Do jakiego devibrylatora mają być przeznaczone elektrody, czy do półautomatu (AED) czy do defibrylatora w pełni manualnego
Odpowiedź : Do defibrylatora manualnego .
194. Dotyczy Pakietu 66 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawów do kontrolowanej zbiórki stolca półpłynnego i płynnego bez badań klinicznych? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
195. Dotyczy Pakietu 74 poz. 1.Czy Zamawiający wymaga oryginalnych golarek medycznych typu Gallant z otrzem szerokości min. 4,3cm o długości golarki wraz z tekturową osłonką: 6cm i szerokością golarki wraz z tekturową osłonką: 5cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

196. Dotyczy Pakietu 85 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego pokrycia higienicznego na stół operacyjny , 5-cio warstwowego , z powierzchnią pikowaną, wykonaną z włókniny polipropylenowej, z absorpcyjną , trzywarstwową warstwą środkową, wysokochłonną , zamkniętą w powłoce celulozowej o wymiarze 49 x 197cm . Warstwa spodnia pełnobarierowa, wykonana z folii polietylenowej. Wymiar całkowity podkładu to 230 X 101 (tolerancja +/- 2 cm). Dodatkowo w zestawie miękka serweta chłonna do przykrycia pacjenta w rozmiarze 165 x 85cm .
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
197. Dotyczy Pakietu 89 poz. 1. Prosimy o dopuszczenie jednoczęściowej osłony na ramię C w rozmiarze 265x156cm?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
198. Dotyczy Pakietu 92 poz. 1. Prosimy o dopuszczenie łyżek do laryngoskopu wykonanych z polikarbonu, kompatybilnych z laryngoskopem o zielonej rękojeści w rozmiarach 3, 4?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .
199. Dotyczy Pakietu 102 poz. 2. Prosimy o dopuszczenie serwety 100x150cm z otworem przylepnym 6x8cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ **.**
200. Dotyczy Pakietu 104 poz. 1, 2. Prosimy o połączenie obu pozycji w całość i dopuszczenie 2000 sztuk kompletów chirurgicznych niebieskich, wykonanych z włókniny SMMS składającycho się ze spodni ściąganych w pasie, bez kieszeni, ze szwami szytymi nicią i bluzy z 3 kieszeniami, ze szwami szytymi nicią w rozmiarach M, L, XL, XXL?Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
201. Dot. paragrafu 3. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 zapisu następującej treści: „:Zamówienie jest ważne jeżeli posiada nr klienta i kody produktów". prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ
202. Dot. paragrafu 9 ust 2. prosimy o uregulowanie kwestii reklamacji w następujący sposób: „ W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 48 godzin
- wad jakościowych w ciągu 14 dni
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.
203. Czy w § 4 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?
Odpowiedź : Nie.
204. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji .
Odpowiedź : § 9 ust 2 zostaje zmieniony w sposób określony w pkt 202 niniejszego pisma.
205. Dot. pakietu 8. czy Zamawiający dopuści igły biopsyjne do aparatu PRO-MAG ULTRA umożliwiające pobranie wycinka o długości 24 mm (2,4 cm) ?
Odpowiedź : Nie.
206. Dot. pakietu nr 8. Zwracamy się z prośbą do doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli pisząc" zintegrowany separator igły zapewniający jej stabilność podczas wystrzału
Odpowiedź : Separator musi być zintegrowany z aparatem do biopsji określonym w SIWZ .
207. Dot. pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści igły biopsyjne do aparatu PRO-MAG ULTRA jak na poniższej ilustracji
Odpowiedź : Nie.
208. Dot. pakietu 65 poz. 1 . Czy zamawiający dopuści elektrodę powrotną dla pacjentów dorosłych z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 4 cm, wyposażoną w system kontroli jakości styku oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, powierzchnia min. 150 cm^2 (sprzedaż w opakowaniach po 50 szt.)
Odpowiedź : Tak.

209. Dot. pakietu 65 poz. 2 . Czy zamawiający dopuści przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,6 m z wtykiem współosiowym, kompatybilny z generatorem Erbe i Martin Maximum?
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.
210. Dot. pakietu 65 poz. 3 . Czy Zamawiający dopuści przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,6 m , z wtykiem płaskim, kompatybilny z generatorem Valleylab i Martin
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.
211. Dotyczy pakietu 53. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 53, w miejsce pierwotnych parametrów, jednorazowych zestawów do opaskowania żylaków przełyku: zawierających nakładkę na endoskop z 6-cioma lateksowymi opaskami oraz głowicę do zrzucania opasek. Nakładką z nicią o dł. 122 cm, do podłączenia do głowicy, współpracująca z endoskopami o średnicy 8,6 – 9,2 mm lub 9,5– 13,0 mm (do wyboru), opaski czarne, przedostatnia w innym kolorze, głowica z pokrętłem działającym w dwóch położeniach, w zestawie cewnik z zaczepami z obu stron do przeprowadzania nici i igła z tępym końcem do przepłukiwania kanału endoskopowego.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
212. Dotyczy pakietu 55. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 55, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do przezskórnej gastrostomii (PEG) :
- o średnicy 20 i 24 Fr,
- w wersji typu „Pull”,
- wykonany z wysokiej jakości silikonu,
- dający możliwość usunięcia przez powłoki brzuszne (bez konieczności wykonywania endoskopii),
- w skład zestawu wchodzą:

ZAWARTOŚĆ ZESTAWÓW GASTROSTOMIJNYCH
- 1 silikonowy cewnik
- 1 tacka preparacyjna
- 5 gazików
- 1 instrukcja użytkowania
- 1 zimna pętla
- 1 drut wprowadzający
- 1 zestaw akcesoriów
- 1 obłożenie
- 1 przewodnik dla pacjenta

ZAWARTOŚĆ TACKI PREPARACYJNEJ
- 1 strzykawka
- 1 igła o średnicy 25 Gage o długości 5/8 cal
- 1 kaniula
- 1 igła o średnicy 22 Gage i długości 1,5 cala
- jedno ostrze nr 11

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU AKCESORIÓW
- 1 plastikowy pierścień
- 1 taśma plastikowa
- 1 adapter uniwersalny
- 1 adapter do żywienia – męski
- 2 zamknięcia typu „twist lock"
- 1 para nożyczek
- 1 adapter do bolusów

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
213. Dotyczy pak. 9. Czy Zamawiający w pakiecie 9 w pozycji 2 dopuści zestaw PCK do ratunkowej konikotomii dla dzieci od 12 roku życia?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

214. Dotyczy pak. 56. Czy Zamawiający dopuści do przetargu igły z przedłużeniem wykonanym z PCV "non-DEHP", w którym ftalany (DEHP) zostały zastąpione tworzywem TOTM bezpiecznym do podaży wszelkiego typu płynów, w tym cytostatyków?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

215. Dotyczy pak. 71. Czy Zamawiający w pakiecie 71 wymaga, aby wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji z wygiętym końcem typu Bougie w rozmiarze 15Ch/60 cm wykonana była z plecionki włókien poliestrowych pokrytej powłoką żywiczną?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

216. Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuści :
- w pozycji 1 obwód oddechowy do znieczulenia dla dorosłych wykonany z medycznego PCV , składający się z 2 rur karbowanych rozciągalnych (po rozciągnięciu długość rur okł. 200cm , dodatkowa gałąź okł. 150 cm) kolanko z portem do kapno, trójnik Y z korkiem zabezpieczającym , średnica rur 22 mm, złącza do połączenia aparatu 22F , złączka prosta 22 M , worek oddechowy bezlateksowy 2 l, czysty mikrobiologicznie .
- w pozycji 2 obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych , dwie rury karbowane o dł. 150-160 cm , kolanko z portem , łącznik Y , średnica rur 22mm, złącza 22F, czyste mikrobiologicznie ,
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

217. Czy Zamawiający w pakiecie 21 tlenoterapia , wymaga aby maski tlenowe w poz. 4 i 5 pozbawione były szkodliwych falaanów i PCV oraz nie posiadały żadnych części metalowych przystosowanych do środowiska MRI.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

218. Ad załącznik nr 5 do SIWZ. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d) Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Ustawa nie nakłada obowiązku podawania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, wymaga jedynie złożenia listy takich podmiotów.
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

219. **Dotyczy: par. 1 ust. 3**. Prosimy o zmianę treści ww. zapisu na następujący: *Przewidziane ilości asortymentu są maksymalne, a Zamawiający może zakupić do 20% mniej i Wykonawcy nie służą żadne roszczenia z tego tytułu.*
Odpowiedź : : Pozostają zapisy SIWZ . Ze względu na specyfikę pracy szpitala zamawiający nie może określić minimalnej ilości asortymentu umowy, jaka zostanie zrealizowana . Zgodnie z § 1 pkt 5 umowy zamawiający może przedłużyć termin realizacji umowy.

220. **Dotyczy: par. 7 ust. 3**. Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na: *„Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”*. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

221. **Dotyczy: wzór umowy, par. 10 ust. 4**. Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: *Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przekazywane osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.*
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

222. **Dot. Rozdział II-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby opakowania jednostkowe towaru dostarczanego do magazynu posiadały nazwę oraz nr katalogowy produktu? W przypadku produktów biologicznie czystych producent nie określa terminu przydatności do użytku, produkty biologicznie czyste należy zużyć w ciągu 5 lat od daty produkcji.
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

223. **§ 3 ust. 2-** Prosimy Zamawiającego aby dopuścił możliwość dostarczenia towaru wyszczególnionego w zamówieniu jednostkowym maksymalnie w dwóch dostawach.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
224. **§ 6 ust. 1-** W związku z faktem, iż producent w przypadku produktów biologicznie czystych nie określa daty przydatności do użytku, a produkty biologicznie czyste należy zużyć w ciągu 5 lat od daty produkcji prosimy zamawiającego o rezygnację z § 6 ust. 1 w przypadku produktów biologicznie czystych.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
225. **§ 9 ust. 2-** Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu „5 dni" na „5 dni roboczych".
Odpowiedź : § 9 ust 2 zostaje zmieniony w sposób określony w pkt 202 niniejszego pisma.
226. **§ 9 ust. 3-** W przypadku pozytywnej odpowiedzi na nasze pytanie dot. Rozdziału II prosimy Zamawiającego o rezygnację z podpunktu 3 ust. 3
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
227. Pakiet 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, wydajność 24H, z portem kapno, biologiczznieczysty o parametrach: Waga 17 g,Zakres objętości oddechowej 120 - 750 ml,Martwa przestrzeń 34 ml,Skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999,Skuteczność filtracji wirusowej 99,998,Koniec pacjenta 15 f / 22 m Koniec maszyny 15 m / 22 f
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
228. Pakiet 1 poz. 2 . Czy Zamawiający dopuści filtr do aparatu do znieczulania bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, wydajność 24H, z portem kapno, biologiczznieczysty o parametrach: Waga 24 g, Zakres objętośći oddechowej 300 - 1000 ml, Martwa przestrzeń 77 ml, Skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999, Skuteczność filtracji wirusowej 99,99, Koniec pacjenta 15 f / 22 m Koniec maszyny 15 m / 22 f
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
229. Pakiet 1 poz. 3 . Czy Zamawiający dopuści filtr do aparatu do znieczulania bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, z portem kapno, biologiczznieczysty o parametrach: Waga 16 g, Min. objętość oddechowa 120 ml, Martwa przestrzeń 35 ml, Wydajność filtracji bakteryjnej 99,9999, Wydajność filtracji wirusowj 99,999, Koniec pacjenta 15 f / 22 m Koniec maszyny 15 m / 22 f
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
230. Pakiet 1 poz. 4 . Czy Zamawiający dopuści biologiczznieczysty wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i inkubacyjnych tzw. „sztuczny nos" z jedną membraną o następujących parametrach: Waga 6 g, Zakres objętośći przepływu 60 - 1000 ml, Martwa przestrzeń 16 ml, Opór przepływu(spadek ciśnienia) 60 L/min = 0,2 cmH2O, Wydajność nawilżania mgH2O/L dla TV 500 ml = 24 mg,
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
231. Pakiet 27 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek inkubacyjnych – jałowe, jednorazowego użytku, materiał pokryty tworzywem medycznym:
   - dla dorosłych stosowana do rurek inkubacyjnych od 6,5mm do 10mm
   - dla dzieci średnich stosowana do rurek inkubacyjnych od 4,0mm do 6,5 mm
   - dla dzieci stosowana do rurek inkubacyjnych od 2,5mm do 4,0mm

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
232. Pakiet 27 poz. 4 . Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie poz. 4 z pakietu nr 27 i utworzenie dla niej odrębnego pakietu np. 27a. Prośbę swoją uzasadniam, iż firma nasza posiada wysokiej jakości sterylne prowadnice do rurek intubacyjnych producenta General Electric, które mogłaby zaoferować w poz. nr 4 tego pakietu. Poprzez rozdzielenie tych pozycji Zamawiający stworzy sobie warunki do uzyskania większej ilości ofert na poszczególne pozycje, a co za tym idzie bardziej konkurencyjną cenę.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
233. Pakiet 92 poz. 1 . Czy Zamawiający dopuści plastikowe łyżki jednorazowe światłowodowe, dające mocne światło (światłowód z jednej strony nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło) kompatybilne z laryngoskopem o zielonej rękojeści w rozmiarach 3, 4?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

234. Pakiet 97 poz. 1. Czy Zamawiający oczekuje masek anestetycznych z pompowanym mankietem, który pozwala na lepsze dopasowanie maski do anatomicznego kształtu każdego pacjenta?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
235. Pakiet 97 poz. 1 . Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie masek anestetycznych, twarzowych, wolnych od DEHP i ftalanów (maski zawierają szczelny, silikonowy zawór) wyposażonych w przeźroczysty korpus ułatwiający obserwację pacjenta, oznaczone kolorami kodowymi ułatwiającymi identyfikację rozmiaru, wyposażone w miękkie pompowane mankiety do łatwego dopasowania anatomicznego bez zawartości lateksu, w rozmiarach: 1, 2, 3, 4, 5 do wyboru. Produkt mikrobiologicznie czysty.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .
236. Dotyczy pakietu nr 57 oraz 59. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 10 dni roboczych od otrzymania zamówienia droga faksową? Akcesoria objęte pakietami 57 i 59 służą do diagnostyki i zużycie ich można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
237. Dotyczy pakietu nr 59, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę który zaoferuje w poz. 1 „cewnik dwukanałowy do cystometrii, jednorazowy, sterylny, wykonany z PVC, dł. 470 mm rozmiar 7 Fr kanadyjskiej firmy Laborie Medical Technologies?
Odpowiedź : Tak.
238. Dotyczy pakietu nr 59 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę który zaoferuje w poz. 2 „Cewnik dwukanałowy doodbytniczy z balonem o rozmiarze balonu : śr. 1 cm dł. 3 cm, cewnik wykonany z PVC, rozmiar cewnika Fr 9 dł 470 mm?
Odpowiedź : Tak.
239. Dotyczy pakietu nr 59, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę który zaoferuje w poz. 2 „Cewnik dwukanałowy doodbytniczy z balonem o rozmiarze balonu : śr. 1 cm dł. 3 cm, cewnik wykonany z PVC, rozmiar cewnika Fr 9 dł 260 mm?
Odpowiedź : Tak.
240. Pakiet 4 pozycja 1. Czy Zamawiający wymaga rozmiaru rurki na baloniku kontrolnym celem lepszej identyfikacji?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
241. Pakiet 27 pozycja 3. Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej z prowadnicą w środku?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
242. Pakiet 27 pozycja 3. Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej wstępnie ukształtowanej w łuk?
Odpowiedź : Zamawiający nie określa .
243. Pakiet 27 pozycja 3. Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej silikonowanej?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
244. ~~Pakiet 27 pozycja 5.~~ Pakiet 71. Czy Zamawiający wymaga prowadnicy w futerale?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
245. Pakiet 87 pozycja 1. Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczy podany rozmiar 8 – 30CH?
Odpowiedź : Rozmiar drenu.
246. Dot. Pak. 27 poz. 3. Czy w pakiecie 27 poz. 3 zbrojona rurka intubacyjna ma posiadać mankiet uszczelniający typu Hi-Lo, Soft Seal o potwierdzonej badaniami klinicznymi grubości ścianki (jak obecnie stosowany w Państwa szpitalu)?
Odpowiedź : Tak.
Jakiego rodzaju badania kliniczne na grubość ścianki należy przedstawić?
Odpowiedź : Badania kliniczne niezależnych laboratoriów **.**
247. Pakiet 81**.** Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje zaoferowania protez kości czaszki (protez do kranioplastyki): dzianych polipropylenowo-poliestrowych?
Odpowiedź : Tak.
248. Pakiet 81, poz.1 Czy Zamawiający dopuści protezę kości czaszki o krzywiźnie 24mm, reszta parametrów zgodna z SIWZ
Odpowiedź : Nie.

249. Pakiet 81, poz.2 Czy Zamawiający dopuści protezę kości czaszki o krzywiźnie 22mm, reszta parametrów zgodna z SIWZ?
Odpowiedź : Tak.
250. Pakiet 81, poz.3. Czy Zamawiający dopuści protezę kości czaszki o krzywiźnie 11,5mm, reszta parametrów zgodna z SIWZ?
Odpowiedź : Tak.
251. Pakiet 81, poz.4. Czy Zamawiający dopuści protezę kości czaszki o krzywiźnie 10,3mm, reszta parametrów zgodna z SIWZ?
Odpowiedź : Tak.
252. Pakiet 81, poz.5. Czy Zamawiający dopuści protezę kości czaszki o krzywiźnie 8,6mm, reszta parametrów zgodna z SIWZ?
Odpowiedź : Tak.
253. Pakiet 102 poz. 1**.** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozm. 90cm x 75cm z otworem o średnicy 8cm i przylepcem wokół otworu, reszta parametrów zgodna z SIWZ?
Odpowiedź : Pozostaja zapisy SIWZ .
254. Pakiet 102 poz. 2**.** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozm. 130cm x 90cm z otworem o średnicy 8cm i przylepcem wokół otworu, reszta parametrów zgodna z SIWZ?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
255. Pakiet 103. Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne o ciśnieniu różnicowym <29,4 Pa/cm3 zgodnym z normą PN EN 14683, reszta parametrów zgodna z SIWZ?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
256. Pakiet 103. Czy Zamawiający oczekuje maski chirurgicznej z trokami czy z gumką?
Odpowiedź : Należy zaoferować maski z trokami.

Pytania dot. umowy:

257. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź : Tak.
258. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „opóźnienia" słowem „zwłoki"?
Odpowiedź : Tak.
259. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odpowiedź : Nie.
260. Zważywszy na treść § 1 ust.3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający zamówi na pewno?
Odpowiedź : Ze względu na specyfikę pracy szpitala zamawiający nie może określić minimalnej ilości asortymentu umowy, jaka zostanie zrealizowana . Zgodnie z § 1 pkt 5 umowy zamawiający może przedłużyć termin realizacji umowy.
261. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Odpowiedź : Nie .
262. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy zostało dopisane w terminie 5 dni „roboczych" od daty zgłoszenia reklamacji?
Odpowiedź : § 9 ust 2 zostaje zmieniony w sposób określony w pkt 202 niniejszego pisma.
263. Czy zamawiający w pakiecie nr 24 poz. 11 dopuści aparat do wielokrotnego pobierania płynu/leku z opakowania typu worek i butelka, który skutecznie działa w systemie zamkniętym, bez odpowietrzenia z możliwością użytkowania do 96 h? Przyrząd posiada zawór samozamykający oraz bezigłowy port typu Luer/Luer-Lock z płaską powierzchnią – do wielokrotnej dezynfekcji. Wyposażony jest w ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania) o długości 6 cm; objętości napełnienia 0,38 ml; bez PCV.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 16 zestawy do kontrastu w TK

dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

264. Dot. pkt. 5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA – Prosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia dostawy sukcesywnej do 5 dni roboczych i modyfikację SIWZ w następujący sposób:„5.1. Termin wykonania zamówienia : 24 miesiące od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne realizowane w ciągu ~~3~~ **5** dni roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego”
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

265. Dot. pkt. 17 SIWZ: „17. Oświadczenie, że opakowanie jednostkowe towaru dostarczonego do magazynu będzie posiadać opis w języku polskim (nazwę, rozmiar, datę ważności).” Oraz zapisu na str. 25 SIWZ: „ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ODDZIELNYM ZAŁĄCZNIKU, Zamawiający wymaga, aby opakowanie jednostkowe towaru dostarczanego do magazynu posiadało opis w języku polskim : nazwa, rozmiar, data ważności.”
Prosimy o dopuszczenie na opakowaniu jednostkowym nazwy handlowej w języku angielskim. Jest to nazwa zgodna z dokumentami certyfikującymi oferowane wkłady i złącza.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w pakiecie 16 .

266. Dot. § 1 ust. 3 – Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:
„3. Przewidziane ilości asortymentu są maksymalne, a Zamawiający może zakupić mniej i Wykonawcy nie służą żadne roszczenia z tego tytułu. Strony ustalają, że zmniejszenie wartości umowy nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto dla danej pozycji.”
Odpowiedź : W pkt 260 niniejszego pisma.

267. Dot. § 4 ust. 2 - Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:„2. Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie do .... dni od złożenia faktury u Zamawiającego wraz z dokumentem dostawy. Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury wraz z dokumentem dostawy na adres e-mail: …….”
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody .

268. Dot. § 7 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

„1. Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
- w wysokości 10% ceny niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy;
- w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki** ~~opóźnienia~~ w realizacji przedmiotu umowy określony w § 3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej dostawy.
- w wysokości 10 % ceny niezrealizowanej części umowy gdy zamawiający odstąpi od umowy w przypadku określonym w § 9 ust 3 niniejszej umowy .

Odpowiedź : Zamawiający wraża zgodę.

2. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę zwłoki w realizacji przedmiotu umowy ustalone ceny nie tracą ważności.
3. Za przekroczenie terminu płatności określonego § 4 ust.2 umowy za zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca może naliczyć ~~odsetki w wysokości ustawowej~~. **karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki**.”
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

oraz o dodanie kolejnych ustępów o następującej treści:
4. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,
5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,

6. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy."

Odpowiedź : pkt 4, 5, 6 – Pozostają zapisy SIWZ .

269. **Dot. § 9 ust. 3 – Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:**3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy i odstąpienia od umowy w przypadku:
- dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości i z wadami,
- dostarczenia sprzętu niezgodnego z przedmiotem umowy.
- ~~dostarczenia towaru nie opisanego w j. polskim~~" – prosimy o wykreślenie tego podpunktu i dopuszczenie, aby opakowania zbiorcze i jednostkowe mogły być w jęz. angielskim. Towar można zidentyfikować po numerze katalogowym, który jest w formularzu i na opakowaniu.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę w pakiecie 16 .

270. Dot. pakietu 8 . Uprzejmie prosimy o dopuszczenie igieł do aparatu Promag Ultra z echogeniczną końcówką widoczną pod kontrolą USG, znacznikami cm umożliwiającymi określenie głębokości wkłucia, długość pobieranego wycinka 20 mm z szerokim uchwytem zapewniającym sterylne założenie igły w aparacie .

Odpowiedź : Nie.

271. Pakiet 6. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu poz. 4 Sonda sengstaken i poz. 5 Sonda Linton-Nachlas i utworzenie z tych pozycji oddzielnego pakietu?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

272. Pakiet 24. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 przyrządów do pomiaru OCŻ z łącznikiem luer-Lock, ponieważ na rynku nie ma przyrządów z końcówką Luer.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

273. Pakiet 24. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 aparatu do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu z możliwością regulacji w zakresie 5-250 ml, ponieważ nie są już do Polski importowane aparaty z regulacja w zakresie 2 – 350 ml/h

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

274. Pakiet 24 . Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 6 przedłużaczy pakowanych w opakowania po 300 szt.

Odpowiedź : Tak, pod warunkiem, że ostatnie opakowanie będzie rozpakowane i ilość dostarczona do zamawiającego będzie zgodna z ilością w SIWZ . W ofercie należy wycenić sztuki.

275. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 6 przedłużaczy pakowanych w opakowania po 300 szt.

Odpowiedź : Tak, pod warunkiem, że ostatnie opakowanie będzie rozpakowane i ilość dostarczona do zamawiającego będzie zgodna z ilością w SIWZ . W ofercie należy wycenić sztuki.

276. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 1 i 2 strzykawki insulinówki na zmianę jednostki miary ze szt. na op. a 100 szt. i podanie ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości .

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuszcza.

W opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie 47 poz. 2 Zamawiający pomyłkowo wpisał szerokość papieru 10,5 **powinno być 10 cm** .

W SIWZ w pkt 3.1.Rozdziału I zostaje dopisany pkt 18 o brzmieniu : „Dokumenty określone w opisie przedmiotu zamówienia"

Zamawiający informuje , że zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania :
Termin składania ofert: 08.12.2014 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : 08.12.2014 r. godz. 10:30

.....
podpis