



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II  
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of  
**H**Health  
**P**Promoting  
**H**Hospitals & Health Services



CMJ



AQAP 2120:2009  
ISO/IEC 27001:2005  
PN-N 18001:2004  
ISO 9001:2008, 14001:2004

---

Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki, dn. 21.09.2015

SPSSZ – V / 230 / 2015

### Wg rozdzielnika

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę USG serca z kolorowym Dopplerem (Nr sprawy SPSSZ/39/D/15).*

1. Dotyczy rozdział II punkt 2 pkt. 2.1

Pragniemy zauważyć iż w opisie parametrów technicznych Zamawiający określił wymogi w sposób utrudniający uczciwą konkurencję wpisując symbol i parametry głowicy kardiologicznej do aparatu CX 50 należącego wyłącznie do jednego producenta firmy Philips, mając na względzie PZP i dobro Zamawiającego prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy ultrasonograf u wyposażonego w głowicę stworzoną w technologii SINGLE CRYSTAL pracującą w zakresie częstotliwości 1,1 do 5MHz ?

**Odpowiedź :** Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem możliwości rozbudowy w przyszłości o głowicę przezprzełykową 4 D .

2. Dotyczy rozdział II punkt 4

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy w przyszłości o głowicę przezprzełykową 4D, ponieważ powyższy wymóg wraz z pozostałymi zapisami SIWZ uniemożliwia udział w postępowaniu jakimkolwiek innym oferentom niż producentowi aparatu Philips CX 50 lub jego autoryzowanym dostawcom?

**Odpowiedź : Nie.**

3. Dotyczy rozdział II punkt 1

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat renomowanego producenta bez menu i instrukcji w języku polskim?

**Odpowiedź : Nie.**

.....  
podpis