



Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki, dn. 07.10.2015

SPSSZ – V / 242 / 2015

### Wg rozdzielnika

***Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych (Nr sprawy SPSSZ/37/D/15).***

#### **Pytanie do pakietu nr 18 - Zestaw do szycia łąkotec**

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1A sterylne zestawy do szycia łąkotec typu Sequent złożony z 3 podłużnych implantów wykonanych z materiału PEEK pozwalający założyć 1 lub 2 szwy z jednego aplikatora. Aplikatory dostępne w zagięciu 15 stopni. System zaopatrzone w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw fabrycznie wyposażony w jednorazową kaniulę prowadzącą mocowaną na igłę aplikatora, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły aplikatora do stawu i służącą do pomiaru wielkości uszkodzenia ( bez potrzeby użycia dodatkowego aplikatora do wprowadzania implantu ) ?

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

#### **Pakiet nr 10, część 1A: Proteza połowicza stawu biodrowego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trzpienia cementowego ze zmiennym kątem CCD wraz ze wzrostem długości trzpienia, który wynosi 137,5° dla 3 rozmiarów i 140° dla 3 kolejnych rozmiarów.

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie głowy zewnętrznej w rozmiarach od 40mm do 60mm w średnicach stopniowanych co 1mm.

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie głowy Bi-polarnej w rozmiarach 43 – 64mm średnicy zewnętrznej przy czym od 60mm jest stopniowanie co 2mm.

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

#### **Dotyczy projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrażą zgodę na dodanie w §3 ustęp 6 zapisu: „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że

zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- a) Istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
- b) Istotnej zmiany cen przez producenta

**Odpowiedź : NIE, pozostają zapisy SIWZ.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w §6 ustęp 1 zapisu „od otrzymania faktury...” na „ od wystawienia faktury”

**Odpowiedź : NIE, pozostają zapisy SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §10 ustęp 1 b): „10% umownej wartości brutto niezrealizowanej części umowy” na „2% wartości niedostarczonego zamówienia”

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §10 ustęp 1 c): „10% umownej wartości brutto niezrealizowanej części umowy” na „5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

**Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w §12 ustęp 3.

**Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie §17

**Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ.**

Czy Zamawiający w §1 ust. 7 zmieni postawiony wymóg przesyłania raportów z rozliczenia comiesięcznego pakietu na raport z realizacji umowy?

Proponowana zmiana może w znacznym stopniu ułatwić przygotowywanie i przesyłanie raportów.

**Odpowiedź : TAK.**

Czy Zamawiający zmieni zapis §3 ust. 4 umowy (oraz załącznik nr 2 w UWAGA), zamiast nazwy do identyfikacji zamawianych produktów będzie posługiwał się numerem katalogowym? W formularzu cenowym są pełne nazwy produktów, natomiast na fakturze z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc mogą być stosowane skrócone nazwy, wystarczającym jest, aby zamawiane i dostarczane produkty miały potwierdzenie w numerach katalogowych?

Numer katalogowy jest przypisany do danego produktu w formularzu cenowym i później na fakturze.

Bez znaczenia do prawidłowej realizacji umowy jest to czy nazwa produktu jest w formie pełnej czy też skróconej, aby zamówienie zostało zrealizowane we właściwy sposób. Prawidłową identyfikację produktów można bezproblemowo przeprowadzić po wskazanych numerach katalogowych.

**Odpowiedź : TAK.**

**Pakiet nr 1 poz. 6C, Pakiet nr 4 poz. 3C, Pakiet nr 5 poz. 4C, 5C, pakiet nr 6 poz. 1C, 2C**

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wymaganych wkrętów gąbczastych blokowanych samogwintujących w zakresie długości 30-80mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry.**

**Pakiet nr 2 poz. 7B**

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wymaganych wkrętów w zakresie długości 30-90mm zamiast 30-120mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry.**

**Pakiet nr 2 poz. 7D**

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wymaganego zestawu montowanego poprzecznie międzykłykciowo w zakresie długości 60-105mm zamiast 60-120mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry.**

**Pakiet nr 2 poz. 7E**

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania litej śruby zaślepiającej koniec bliższy gwoźdźcia zamiast kaniulowanej pozwalającej na wydłużenie części bliższej gwoźdźcia w zakresie 0-15mm stopniowanej co 5mm?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry.**

**Pakiet nr 4 poz. 2C**

Czy Zamawiający dopuści zakres śrub zaślepiających 0-5mm stopniowane co 2,5mm zamiast 0-15mm stopniowane co 5mm?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry.**

**Pakiet nr 4 poz. 3A**

Czy Zamawiający dopuści w części trzonowej płytki 3 do 6 rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego zamiast 3 do 8? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry.**

**Pakiet nr 5 poz. 1B**

Czy Zamawiający dopuści wkręt/pin z gniazdem śrubokręta torx lub sześciokąt zamiast tylko torx? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry.**

**Dot. Pakietu nr 10 - proteza połowicza bipolarna stawu biodrowego**

a) Czy Zamawiający dopuści rozmiary głowy zewnętrznej w zakresie od 42 do 62mm?

b) Czy do wyceny kompletu należy dodać cenę korka syntetycznego do kanału szpikowego?

**Odpowiedź : a) Zamawiający dopuści zaproponowane rozmiary.**

**b) jeżeli koszt trzpienia cementowego + korek jamy szpikowej przewyższa koszt trzpienia bezcementowego to należy doliczyć cenę, jeżeli nie to tylko zgłosić w ofercie z trzpieniem cementowym.**

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie trzpienia cementowanego mocowanego na cienkiej warstwie cementu, niewymagającego centralizera?

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza zaferowany trzpień.**

**Dot Pakietu nr 12 - proteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego**

Czy zamawiający dopuści panewkę wkręcaną w rozmiarach 46-68mm?

**Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ.**

**Dot Pakietu 13 - Proteza całkowita bezcementowa anatomiczna stawu biodrowego**

Czy zamawiający dopuści panewkę bezcementową press-fit w rozmiarach 46-68mm?

**Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ.**

**Dotyczy § 1 ust. 6 Umowy stanowiącej rozdział III treści SIWZ:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowienia w następujący sposób:  
„Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełniania i serwisowania instrumentarium dostarczonego Zamawiającemu w ramach przedmiotowej umowy. Koszty związane z eksploatacją instrumentarium obciążać będą Zamawiającego”.

**Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 2** – dotyczy § 3 ust. 6 Umowy stanowiącej rozdział III treści SIWZ:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiana wartości brutto umowy nastąpi automatycznie tj. bez konieczności podpisywania aneksu do umowy czy wykazywania i oceny przez Zamawiającego jej wpływu na koszt wykonania zamówienia.

**Odpowiedź : TAK, zmiana stawki podatku od towarów i usług, zmiana wartości brutto nastąpi automatycznie tz. bez konieczności podpisywania aneksu do umowy.**

**Pytanie nr 3** – dotyczy § 17 Umowy stanowiącej rozdział III treści SIWZ:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia zakazu cesji wierzytelności przez Wykonawcę bez poinformowania Zamawiającego z 3-miesięcznym wyprzedzeniem, a w konsekwencji dopuści zgodę na cesję wierzytelności przez Wykonawcę bez obowiązku zachowania przedmiotowego terminu?

**Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ.**

.....  
podpis