



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



PN-EN ISO 9001:2009
AQAP 2120:2006
PN-EN ISO 14001:2005



CMJ



Health
Promoting
Hospitals

Dział Zamówień Publicznych i Umów
SPSSZ - V/ 163 /2015

Grodzisk Mazowiecki, dn. 11.06.2015 r.

Wg rozdzielnika

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/ 21 /D /15

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim niniejszym informuje, że Komisja Przetargowa wybrała najkorzystniejsze oferty na dostawę odczynników diagnostycznych dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

Pakiet 1

Argenta Sp. z o.o. Sp. K ul. Polska 114, 60-401 Poznań

Cena wybranej oferty wynosi: **41.081,56 zł**, słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych 56/100.

Wpłynęła jedna oferta.

Pakiet 2

Graso Zenon Sobiecki 83-200 Starogard Gd. – Krąg 4A

Cena wybranej oferty wynosi: **16.260,48 zł**, słownie: szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 48/100.

Wpłynęła jedna oferta.

Pakiet 3

Medan ul. Ks.A. Korczaka 32, 44-103 Gliwice

Cena wybranej oferty wynosi: **32.454,00 zł**, słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote.

Wpłynęły dwie oferty.

Oferta firmy Lencomm Trade International Sp. J. ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa zostaje odrzucona.

Podstawa prawna : Art. 89 ust. 1 pkt 2 „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

Podstawa faktyczna : Na wezwanie Zamawiającego o dostanie próbek do Pakietu 3 poz. 1 i 2, Wykonawca nie dostarczył próbek. Jednocześnie nie dotrzymał wymaganych parametrów granicznych.

WYMAGANIA	FIRMA LENCOM
1. Test GDH czułość >96% swoistość >98% czułość analityczna 0,8 ng/ml	czułość 97% swoistość 86% czułość analityczna 1,58 ng/ml
2. Toksyna A i B czułość >99% swoistość >96% osobne prążki dla toksyny A i B	czułość 87,4% swoistość 99,4% brak rozróżnienia toksyny A i B
5. Testy na Rota i Adenowirusy czułość >98% swoistość >99% czułość analityczna dla rotawirusa -8 ng/ml czułość analityczna dla adenowirusa - 4ng/ml	czułość >99% swoistość >99% brak czułości analitycznej

Pakiet 4

bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Cena wybranej oferty wynosi: **125.731,44 zł** , słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 44/100.

Wpłynęła jedna oferta.

Pakiet 5

bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Cena wybranej oferty wynosi: **61.784,37zł** , słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 37/100.

Wpłynęła jedna oferta.

Umowy zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania ogłoszenia o wynikach.

.....