



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
HHealth
Promoting
Hospitals & Health Services



CMJ



AQAP 2120:2009
ISO/IEC 27001:2005
PN-N 18001:2004
ISO 9001:2008, 14001:2004

Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki, dn. 01.12.2015

SPSSZ – V / 281 / 2015

Wg rozdzielnika

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do zabiegów kardiologii interwencyjnej (Nr sprawy SPSSZ/51/D/15).

Pyt. 1. Dotyczy pakietu nr 1 pozycji nr 2.

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 2 i dopuszczenie strzykawki wysokociśnieniowej z ergonomiczną rękojeścią pół-pistoletową, o pojemności 20 ml, generowanym ciśnieniem 30 atm, o długości drenu wysokociśnieniowego 27 cm zakończony kranikiem trójdrożnym w wersji ON lub OFF, umożliwiającą precyzyjne wykonanie inflacji, jak i szybkiej deflacji. Budowa przystosowana do obsługi jednoręcznej. Dokładność inflacji/deflacji +/- 1 ATM udokumentowana przez producenta sprzętu. Strzykawka jest użytkowana w kilkudziesięciu Klinikach na terenie całego kraju i jest odbierana we wszystkich placówkach jako produkt najwyższej jakości.



Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .


Pyt. 2. Dotyczy pakietu nr 2 pozycji nr 1

Zwracam się do zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 2 „Cewniki diagnostyczne do koronarografii i wentrykulografii”. W obecnym brzmieniu SIWZ w pakiecie nr 2 ofertę może złożyć tylko JEDNA firma NA RYNKU POLSKIM, co przeczy zasadom zachowania uczciwej konkurencji.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

Pyt. 3. Dotyczy pakietu nr 2 pozycji nr 1

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy zamawiającego możliwość przystąpienia do postępowania z introduktorem promieniowym w rozmiarach 4Fr, 5 Fr, 6Fr o długości 7cm, 10cm(wymagane 11 cm) do wyboru przez zamawiającego, powlekany warstwą hydrofilną, z miniprowadnikiem 0,018'' zakończony elastyczną końcówką, dł. 50 cm, z igłą angiograficzną 21 G w zestawie. Sprzęt jest najwyższej światowej jakości, produkowany w USA, o bardzo atraumatycznym przejściu. Wszystkie inne parametry zgodne z opisem zamawiającego.



Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

Pyt. 4. Dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 1


Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy zamawiającego o możliwość dopuszczenia Zestawów wprowadzających do tętnicy promieniowej w rozmiarach 5Fr, 6Fr i 7Fr do wyboru przez Zamawiającego, długościach 8cm i 13cm, z prowadnikiem prostym 0.021'' z końcówką typu „Flexi” o dł. 50 cm, z igłą angiograficzną 21G . Dodatkowym atutem naszej oferty jest jednorazowy skalpel w komplecie. Sprzęt jest najwyższej światowej jakości, charakteryzuje się atraumatycznym przejściem. Rysunek poniżej. Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ.



Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

Pyt. 5. Dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 1

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy o dopuszczenie koszulek naczyniowych w rozmiarach od 4 Fr do 12 Fr (skok rozmiaru o 1 FR), o dł. 10 cm i długości dilatatora 15 cm oraz 23 cm długości dilatatora 28 cm, długości prowadnika 50 cm i średnicy 0,035". Sprzęt jest najwyższej światowej jakości, produkowany w USA, o bardzo atraumatycznym przejściu z pokryciem hydrofilnym, z powodzeniem użytkowanym przez Pracownie Hemodynamiki, Chirurgii Naczyniowej na terenie Polski. Chcielibyśmy podkreślić, że tak nieznaczna różnica wymiaru nie wpłynie w żaden sposób na wartość użytkową ani sposób pracy Zespołu operacyjnego. Wszystkie inne parametry zgodne z opisem zamawiającego. Poniżej rysunek produktu.



Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

.....
podpis