



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



PN-EN ISO 9001:2009
AQAP 2120:2006
PN-EN ISO 14001:2005



CMJ



Health
Promoting
Hospitals

Dział Zamówień Publicznych i Umów

Grodzisk Mazowiecki, 16.03.2015 r.

SPSSZ – V / 79 / 2015

Wg rozdzielnika

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów dwujamowych (Nr sprawy SPSSZ/11/D/15) .

Pyt. Nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów dwujamowych o czułości komorowej w zakresie 0,5-7,5 mV?

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuszcza .

Pyt. Nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów dwujamowych o okresie refrakcji przedsionkowej programowanym lub automatycznym w zakresie 225-775 ms w zależności od trybu pracy urządzenia?

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuszcza .

Pyt. Nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów dwujamowych z okresem blankingu komorowego po Ap w zakresie 30 ... (5) ... 70 ms?

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuszcza .

Pyt. Nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów dwujamowych z elektrodami aktywnymi i pasywnymi o długościach 45, 53 i 60 cm?

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuszcza .

Pyt. nr 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z okresem blankingu PAVB w komorze w zakresie 20...44ms oraz z okresem blankingu w przedsionku w zakresie 130...350ms?

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuszcza .

.....
podpis