



Grodzisk Mazowiecki 22.12.2015

SPSSZ – V / 298 / 2015

### Wg rozdzielnika

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do elektroterapii do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim Nr procedury SPSSZ/ 53 /D/15.*

#### **Dotyczy Pakietu Nr 1 Parametry graniczne odcinające:**

1. Prosimy o dopuszczenie stymulatora z częstotnością stymulacji 30 – 170 bpm.  
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .
2. Prosimy o dopuszczenie elektrod o długościach 46, 52, 58, 65, 100 cm.  
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

#### **Dotyczy Pakietu Nr 2 Parametry graniczne odcinające:**

1. Prosimy o dopuszczenie stymulatora z funkcją poszukiwania przewodzenia własnego, promującą rytm własny komór pacjenta umożliwiającą lekarzowi zaprogramowanie wartości, o którą wydłużone zostanie opóźnienie AV/PV, jak również odstępu wyszukiwania i liczby cykli, przez którą utrzymane będzie wydłużone opóźnienie AV/PV? Stymulator będzie okresowo poszukiwał przewodzenia własnego, wydłużając okres AV/PV **Delay** o programowalną wartość (w ms) na zaprogramowaną liczbę cykli wyszukiwania. Funkcja ta może być stosowana, gdy przewodzenie własne jest korzystniejsze dla pacjenta niż stymulacja komorowa.  
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .
2. Prosimy o dopuszczenie stymulatora z funkcją automatycznej zmiany wartości amplitudy w zależności od progu stymulacji przy stałej szerokości impulsu. Funkcja ta weryfikuje skuteczność stymulacji „beat by beat” i w sytuacji braku skutecznej stymulacji urządzenie dostarczy rezerwową impuls bezpieczeństwa o wartości 5,0 V.  
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .
3. Prosimy o dopuszczenie elektrod o długościach 46, 52, 58 cm.  
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

#### **Dotyczy Pakietu Nr 3 Parametry graniczne odcinające:**

1. Prosimy o dopuszczenie elektrod o długościach 46, 52, 58 cm.  
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

#### **Dotyczy Pakietu Nr 4 Parametry graniczne odcinające:**

1. Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wadze 75 g w standardzie DF4 i 76 g w standardzie DF1.  
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

2. Prosimy o dopuszczenie elektrod o długościach 52, 58, 60, 65, 75 cm.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

**Dotyczy Pakietu Nr 6 Parametry graniczne odcinające:**

1. Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wadze 77 g w standardzie DF4/IS1 i 78 g w standardzie DF1/IS1 oraz 81 g w standardzie DF4/IS4 i 83 g w standardzie DF1/IS4.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

.....  
podpis