



PN-EN ISO 9001:2009  
AQAP 2120:2006  
PN-EN ISO 14001:2005



CMJ



Health  
Promoting  
Hospitals

Dział Zamówień Publicznych i Umów

Grodzisk Mazowiecki, 27.03.2015 r.

SPSSZ – V / 96 / 2015

### Wg rozdzielnika

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi (Nr sprawy SPSSZ/14/D/15) .*

1. Prosimy o wydzielenie pozycji 14-17 do oddzielnego zadania/pakietu gdyż pozycje te nie są elementem zamkniętego systemu do pobierania krwi a wydzielenie tych pozycji pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla nowoutworzonego zadania/pakietu.

**Odpowiedź :** Pozostają zapisy SIWZ .

2. Zważywszy na fakt, iż wszystkie oferowane probówko-strzykawki mają 12 miesięczny termin ważności nadany przez producenta (dot. poz. 20), a wynika to ze specyfika zawartego odczynnika, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówko-strzykawki do koagulologii z min. 6 miesięcznym terminem ważności . Jednocześnie prosimy o ponowne rozpatrzenie zasadności użycia terminu ważności jako kryterium oceny oferty. Oferowany przedmiot zamówienia posiada różny termin ważności co jest zależne nie od woli Wykonawcy a od charakterystyki odczynnika zawartego w próbówce . Zatem Wykonawca nie ma wpływu na oferowany termin ważności. Dodatkowo skoro, co zostało już wspomniane, oferowany asortyment posiada różny termin ważności Zamawiający będzie oceniał poszczególne pozycje w pakiecie czy pakiet jako całość ?


**Odpowiedź:** Minimalny termin ważności 12 miesięcy zostaje wykreślony , Zamawiający wymaga minimalny termin ważności 6 miesięcy. Oceniane będą poszczególne pozycje. W związku z tym termin ważności należy wpisać nie w Formularzu oferta ale w formularzu cenowym - wzór w załączeniu .

3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie pozycje były ze sobą kompatybilne i oczekuje przedłożenia oświadczenia producenta dot. kompatybilności poszczególnych elementów ze sobą. Czy w przypadku zaoferowania elementów systemu od różnych producentów Zamawiający również wymaga dołączenia oświadczeń tych producentów o wzajemnej kompatybilności elementów zamkniętego systemu pobierania krwi ?

**Odpowiedź :** Tak.

.....  
podpis

**Załącznik Nr 2**



Pieczętka firmowa Wykonawcy

**FORMULARZ CENOWY**

I.p	Nazwa produktu z SIWZ	Nazwa produktu, która będzie wpisana na fakturze	Ilość	J. m.	Cena jednostk netto zł.	Cena netto zł.	VAT %	VAT zł.	Cena brutto zł.	Nr katalogowy Producenta	Termin ważności
1.											
2.											
3.											
Itđ											
<b>Razem :</b>											

.....  
Podpis i pieczętka upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy