



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
HHealth
Promoting
Hospitals & Health Services



CMJ



AQAP 2120:2009
ISO/IEC 27001:2005
PN-N 18001:2004
ISO 9001:2008, 14001:2004

Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki, dn. 30.06.2015

SPSSZ – V / 180 / 2015

Wg rozdzielnika

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do wyjalawiania sprzętu medycznego (Nr sprawy SPSSZ/28/D/15).

Dot. pakietu 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 1-9) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ .

2. Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 70mm zamiast 80mm?

Odpowiedź : Tak.

3. Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości 400mm zamiast 500mm oraz szerokości 200 mb?

Odpowiedź : Nie.

.....
podpis