



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
HHealth
Promoting
Hospitals & Health Services



CMJ



AQAP 2120:2009
ISO/IEC 27001:2005
PN-N 18001:2004
ISO 9001:2008, 14001:2004

Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki, dn. 26.06.2015

SPSSZ – V / 179 / 2015

Wg rozdzielnika

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do wyjalawiania sprzętu medycznego (Nr sprawy SPSSZ/28/D/15).

1. Dot. pakietu nr 1 poz. 36. Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie wykonawców .
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
2. Dot. pakietu nr 1, poz. 36. Czy zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 szt. ? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona .
Odpowiedź : Nie.
3. Dot. pakietu nr 3 poz. 2. Czy zamawiający dopuści rękawy ze wskaźnikiem zmieniającym przebarwienie po procesie sterylizacji z różowego na żółty zgrzewalne w temperaturze 120 – 150 ° C?
Odpowiedź : Tak.
4. Dot. pakietu nr 3 poz. 2 . Czy zamawiający dopuści rękawy w rolkach po 70 mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona . W przypadku otrzymania niepełnej liczby rolek prosimy o podanie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a od 0,5 w górę) ?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Przy przeliczaniu należy zaokrąglić w górę.
5. Dot. opisu przedmiotu zamówienia, próbki. Opakowanie jest integralną częścią asortymentu, a usunięcie etykiety lub zdekompletowanie opakowania uniemożliwia jego sprzedaż. W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na przedstawienie obrazu etykiety (fotografia lub ksero) potwierdzonego za zgodność z oryginałem.
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę .

.....
podpis