



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II  
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



PN-EN ISO 9001:2009  
AQAP 2120:2006  
PN-EN ISO 14001:2005



CMJ



Health  
Promoting  
Hospitals

Dział Zamówień Publicznych i Umów

Grodzisk Mazowiecki, 20.02.2015 r.

SPSSZ – V / 59 / 2015

### Wg rozdzielnika

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu endoskopowego (Nr sprawy SPSSZ/6/D/15) .*

Zamawiający informuje, że w piśmie nr SPSSZ – V/56/2015 z dn. 20.02.2015 r. pomyłkowo udzielił odpowiedzi w pkt 22:

#### Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 2

1. Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętlę do polipektomii, owalną, typu Erlangen (dwustopniową, wzmocniona część proksymalna, część dystalna z drutu plecionego) o średnicach 20/35mm (obecnie w SIWZ: 15/30mm) i długości roboczej 230cm?

**Odpowiedź :**

**Było: Nie.**

**Powinno być : Tak.**

W związku powyższym zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania :

Termin składania ofert : 27.02.2015 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert : 27.02.2015 godz. 10:30

.....  
podpis