



Dział Zamówień Publicznych
SPSSZ - V/ 93 /2016

Grodzisk Maz., dn. 22.04.2016 r.

Wg rozdzielnika

Dot. postępowania na dostawę aparatury i sprzętu radiologicznego dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim .

(Nr procedury SPSSZ/15/D/2016)

Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia powyższego postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o skrócenie do 30 dni czasu oczekiwania na zapłatę za przedmiot zamówienia.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy załącznika nr 3 punkt 5

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na naprawę nie wymagającą sprowadzania części zamiennych do 5 dni roboczych tj od poniedziałku do piątku; oraz wydzielenie odrębnego czasu na naprawę wymagającą sprowadzenia części zamiennych zza granicy do 7 dni roboczych. Wyjaśniamy, że części zamienne pochodzą od producenta zza granicy i Wykonawca potrzebuje niezbędnego czasu na ich sprowadzenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Dotyczy załącznika nr 3 punkt 6

Według zaleceń producenta zalecany jest jeden przegląd w okresie gwarancji. Wracamy się więc z prośbą o stosowną modyfikację w/w zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na bezpłatny/e przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej ostatni przegląd musi być dokonany nie wcześniej niż miesiąc przed upływem gwarancji.

Pytanie 4

Dotyczy załącznika nr 3 punkt 7

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie do 5 dni roboczych granicznego czasu naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Dotyczy załącznika nr 3 punkt 9

W nawiązaniu do w/w zapisów, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia w czasie 4 dni na czas przedłużającej się naprawy, urządzenia zamiennego, jako niezasadnego w przypadku aparatu rentgenowskiego, który produkowany jest pod konkretną konfigurację wynikającą z zamówienia. Nadmieniamy, że w przypadku opóźnienia w wykonywaniu napraw, Zamawiający przewidział sankcje wobec Wykonawcy – karę umowną w wysokości 0,05% wartości umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby i od odstąpienie w/w zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Dotyczy załącznika nr 3 punkt 10

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w zapisu na: „[...] maksymalnie 3.” Wyjaśniamy, że standardowym zapisem w umowach sprzedaży jest wymóg wymiany podzespołów po trzykrotnej naprawie tego samego elementu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Dotyczy załącznika nr 3 serwis pogwarancyjny punkt 5

Zwracamy się o odstąpienie od w/w zapisu w stosunku do urządzenia jakim jest aparat rtg z ramieniem c. Wyjaśniamy, że kody serwisowe wydawane są imiennie dla pracowników Timko – inżynierów serwisowych Timko, którzy odbywają cykliczne, specjalistyczne szkolenia u producenta aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga aby załącznik nr 3 odnośnie pakietu nr 2 był wypełniony osobno dla stacji lekarskiej oraz osobno dla aparatu rtg z ramieniem c ?

Odpowiedź: Nie wymaga.

Pytanie 16

Dotyczy rozdziału III projektu umowy §7 ust 1

Prosimy o potwierdzenie, że kary Zamawiający będzie naliczał zależnie od wartości poszczególnego sprzętu tj karę w za opóźnienie w dostawie bądź naprawie aparatu rtg z ramieniem c od jego wartości, a karę za opóźnienie w naprawie bądź dostawie stacji lekarskiej od wartości w/w urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

.....