SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

CERTYFIKAT 2012/4
TÜV NORD Polska PN-EN ISO 9001 PN-EN ISO 14001 PN-N-18001
International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki; 04.07.2016 r.

SPSSZ – V / 165 / 2016

Wg rozdzielnika

Dot. postępowania na dostawę materiałów eksploatacyjnych do wyjaławiania sprzętu medycznego .

(Nr sprawy SPSSZ/28/D/16)

1. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 1-9: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji tj. rękawów papierowo-foliowych do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.
   Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.
2. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 7: Czy w miejsce rękawa 300mmx80mmx100mb Zamawiający dopuści rękaw 300mmx70mmx100mb?
   Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.
3. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 9: Czy Zamawiający dopuści rękaw w rolce 200mb?
   Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.
4. Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści włókninę o gramaturze 47g/m², tak nieznaczna różnica w żaden sposób nie wpłynie na jakość czy wytrzymałość wyrobu.
   Odpowiedź : TAK.
5. Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści rękawy ze wskaźnikiem zmieniającym przebarwienie po procesie sterylizacji z różowego na żółty, zgrzewalne w temperaturze 120-150˚C?
   Odpowiedź : TAK.
6. Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści rękawy w rolkach po 70mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona. W przypadku otrzymania niepełnej liczby rolek prosimy o podanie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a od 0,5 w górę)?
   Odpowiedź : TAK.
7. Dotyczy Pakiet nr 3: Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu zawartego w rozdziale 3.1.9 oraz dopuszczenie oświadczenia producenta wyrobów do sterylizacji plazmowej o możliwości ich zastosowania w urządzeniu Zamawiającego. Testy, rękawy oraz włókniny stanowią materiał eksploatacyjny i w żaden sposób nie mogą uszkodzić sterylizatora, a co za tym idzie pozbawić Szpital gwarancji na posiadany sprzęt. Nadawanie producentowi sprzętu tak daleko idących uprawnień pozwala na działania monopolistyczne poprzez wskazywanie testów swojej produkcji jako jedynych kompatybilnych.
   Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

8. Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, Próbki: Opakowanie jest integralną częścią asortymentu, a usunięcie etykiety lub zdekompletowanie opakowania uniemożliwia jego sprzedaż. W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na przedstawienie obrazu etykiety (fotografia lub ksero) potwierdzonego za zgodność z oryginałem.
   Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

.....
podpis