



Grodzisk Mazowiecki 26.04.2016

SPSSZ – V / 95 / 2016

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/18 /D/16).

1. **Pakiet 1.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie materiał szewny z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok. 80% pierwotnej siły, po 21 dniach ok. 50% i po 28 dniach ok. 20%, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

2. **Pakiet 1, poz. 21 – 23.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę o długości 12 mm.

3. **Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .**

4. **Pakiet 2.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie plecionkę wchłaniającą, powlekaną, syntetyczną, wytwarzaną z kwasu glikolowego i mlekowego, powleczoną mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok. 75%, a po 3 tygodniach ok. 50%, o czasie podtrzymywania tkankowego 35 dni oraz o czasie wchłaniania 60 – 70 dni.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

5. **Pakiet 2, poz. 17-18.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Umieszczenie tej pozycji w w/w pakiecie znacznie utrudnia złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

6. **Pakiet 3.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie monofilament wchłaniający, syntetyczny, wytwarzany z kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania tkankowego 28 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego ok. 40% po 14 dniach, ok. 15% po 21 dniach oraz o czasie całkowitego wchłonięcia 90 – 120 dni.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

7. **Pakiet 5.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie plecionkę niewchłaniającą, poliestrową powlekaną silikonem, bez żadnej adnotacji w dokumentach, że każde włókno powlekane jest osobno?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

8. **Pakiet 9.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie plecionkę niewchłaniającą poliestrową powlekaną silikonem?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

9. **Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 18:**

- 25 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłaniających, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości max 1870 μm , gramaturze 48 g/m^2 , wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w

technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji ww. taśm

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

10. Pakiet 8, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm, 37mm lub 39mm?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

11. Pakiet 8, pozycja 11. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

12. Pakiet 8, pozycja 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

13. Pakiet 8, pozycja 13. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16 mm?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

14. Pakiet 8, pozycja 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 o długości 12mm lecz bez opisu „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

15. Pakiet 8, pozycja 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą dwuwkłęsłą?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

16. Pakiet 8, pozycja 14 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

17. Pakiet 8, pozycja 16. Czy Zamawiający wydzieli ww pozycję z Pakietu 8 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

18. Pakiet 8, pozycja 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą?

Odpowiedź : Tak.

19. Pakiet 8 . Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby szwy pochodziły od jednego producenta .

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

20. Pakiet 16, pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów ze zszywkami bez powłoczenia teflonem o średnicy 0,6mm i rozmiarze 7,2 x 4,9mm lub o średnicy 0,5mm i rozmiarze 5,9 x 3,9mm?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

21. Pakiet 16, pozycja 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzeń jednorazowego użytku do zdejmowania zszywek w ilości 600 sztuk? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

22. Pakiet 25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 25 na zaoferowanie monofilamentowej siatki elastycznej, transparentnej, kompozytowej do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pooperacyjnych wewnątrztrzewnowo techniką IPOM składającej się z dwóch komponentów: PVDF (polifluorek winylidenu od strony trzewi + polipropylen od strony otrzewnej), waga: 60

g/m², grubość: 0,7 mm, rozmiar porów: 80 % > 1.0 mm, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru, dwukierunkowa elastyczność, z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, powodująca szybkie i całkowite wgajanie się od strony ściany otrzewnowej z jednoczesnym zapobieganiem adhezji siatki do jelit, w rozmiarach opisanych przez Zamawiającego, wymiary bez zmian, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

23. Dot. pakietu 3. Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 2** nitkę 70 cm w miejsce nitki 45 cm?

Odpowiedź : Tak.

24. Dot. pakietu 6. Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 1-3** nitkę 70 cm w miejsce nitki 75 cm?

Odpowiedź : Tak.

25. Dot. pakietu 8. Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 17** igłę odwrotnie tnącą w miejsce igły konwencjonalnie tnącej?

Odpowiedź : Tak.

26. Dotyczące zapisów umowy i SIWZ – rozdział I punkt 3 podpunkt 2 (opłacona polisa....) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na dowód potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej został załączony inny dokument (świadczenie ubezpieczeniowe) bez kserokopii opłaty z której wynika, że w chwili wystawienia świadectwa nie miały miejsce żadne zaległości w zakresie opłacania składek, w związku z czym ochrona ubezpieczeniowa nie została anulowana ?

Odpowiedź : Tak.

27. Dotyczące zadania 15 oraz zapisów umowy: paragraf 7 ustęp 1 akapit 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary z 10% na 1%?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Dotyczące pakietu nr 15 oraz zapisów SIWZ – rozdział I pkt. 3: Ponieważ przedmiotem zamówienia w zadaniu 15 jest dostawa elektrod (narzędzi), czy Zamawiający w związku z tym wyrazi zgodę, aby na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca przedstawił wykazu wykonanych dostaw akcesoriów endoskopowych lub dostaw narzędzi laparoskopowych?

Odpowiedź : Tak.

29. Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź : Nie.

Dot. projektu umowy:

30. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny."

Odpowiedź : Ze względu na specyfikę pracy szpitala zamawiający nie może określić minimalnej ilości asortymentu umowy, jaka zostanie zrealizowana . Zgodnie z § 1 pkt. 5 umowy zamawiający może przedłużyć termin realizacji umowy.

31. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% ?

Odpowiedź : Nie.

32. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu §7 punkt 1, aby określenie „opóźnienia” zostało zastąpione określeniem „zwłoka” ?

Odpowiedź : Tak.

Przedmiot zamówienia:

33. Pakiet 18, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści taśmę o następujących parametrach:

- szerokości 1,1 cm
- grubość 0,54 mm
- wielkość porów 0,38 mm²

- implantowana narzędziami wielorazowego użytku wykonanymi z kwasoodpornej stali chirurgicznej? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

- 34. Pakiet 25 poz. 1 .** Czy Zamawiający dopuści nieadhezyjną siatkę chirurgiczną do zaopatrywania wszystkich rodzajów przepuklin i wszystkich technik chirurgicznych, do zastosowania dootrzewnowego i zaotrzewnowego, wykonaną z monofilamentowego polipropylenu pokrytego tlenkiem tytanu, o gramaturze 24g/m²? Wielkość porów ≤ 3mm. Pionowe ułożenie siatki jest oznaczone niebieskimi paskami orientacyjnymi. Siatka o wymiarach 20cm x 15 cm

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

- 35. Pakiet 25 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści nieadhezyjną siatkę chirurgiczną do zaopatrywania wszystkich rodzajów przepuklin i wszystkich technik chirurgicznych, do zastosowania dootrzewnowego i zaotrzewnowego, wykonaną z monofilamentowego polipropylenu pokrytego tlenkiem tytanu, o gramaturze 35g/m²? Wielkość porów ≤ 1mm. Rozmiar 20cm x 30 cm

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

- 36. SIWZ:** Czy w przypadku pakietów 10 – 27, w których jakość nie jest parametrem ocenianym, Zamawiający również żąda załączenia wraz z ofertą próbek wyrobów?

Odpowiedź : Nie.

.....
podpis