



Grodzisk Mazowiecki 13.05.2016

SPSSZ – V / 115 / 2016

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do zabiegów kardiologii inwazyjnej dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/16 /D/16).

1. **Dot. pakietu 15 poz. 2** . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do zmian trudnych zwiększającego podparcie o długości użytkowej 150 cm oraz długość przedłużającego segmentu RX maksymalnie 25 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź : Tak.

Pakiet 13 – Pakiet do stentowania trudnych zmian w tętnicach wieńcowych położonych dystalnie i udrożnień.

2. **Poz. 2 Stenty do tętnic wieńcowych powlekanie substancją antyproliferacyjną - z grupy limusów.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów o minimalnie zmienionych parametrach, tj.:

- średnicy proksymalnej równej 2F
- RBP 16 atm. w zakresie średnic: 2,5 do 3,0mm i 14 atm. w zakresie średnic 3,5 – 4,0mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Tak.

3. **Poz. 6 Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej 1000 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do nakłucia tętnicy promieniowej o minimalnie zmienionych parametrach tj.:

Dostępne średnice 4 – 5 – 6 – 7Fr

Dostępne długości 7 i 10 cm

Zestawy z przewodnikiem prostym stalowym typu mini spring 0,018” ; 0,021” ; 0,025”

Długość przewodnika 45cm – dla wszystkich średnic

Odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 22G; 21G; 20G

Koszulka wykonana ze śliskiego materiału ETFE odporna na załamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaszkowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem.

Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo. Pakowane na tacy.

Odpowiedź : Tak.

4. **Poz. 7. Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej pozwalający na zwiększenie średnicy cewnika prowadzącego- 200 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do nakłucia tętnicy promieniowej pozwalających na zwiększenie średnicy cewnika prowadzącego o minimalnie zmienionych parametrach tj.:

- Koszulka przeznaczona do zabiegów typu ad hoc PCI i do drobnych, obkurczających się naczyń promieniowych
- Koszulka pokryta powłoką hydrofilną
- Dostępne koszulki 5F, 6F, 7F cienkościenne
- Dostępne długości 10 i 16 cm
- Zestawy z przewodnikiem prostym stalowym lub nitinolowym 0,021''; 0,025''
- Długość przewodnika 45-80cm
- Odpowiednia igła metalowa lub kaniula plastikowa w zestawie 20-22G
- Dylator dokładnie dopasowany do koszulki, z atraumatycznym przejściem, łączony zatrzaskowo z koszulką, łatwy do odłączenia.

Odpowiedź : Tak.

5. **Dotyczy: projektu umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymagania utworzenia banku dla poz. nr 5, 6 i 7 w pakiecie 13? Pozostałe zapisy bez zmian. **Uzasadnienie:** Wymienione pozycje pakowane są w zbiorcze kartony po 5 sztuk, nie posiadają „wklejek identyfikacyjnych” co utrudnia końcowe rozliczenia asortymentu bankowego. Krótki czas dostawy, regularne zaopatrzenie magazynu MDS, posiadanie pełnego asortymentu, niewielka odległość oraz niezawodność dotychczasowych dostaw do SPS Szpital Zachodni sprawiają, że brak banku nie będzie dla Zamawiającego odczuwalny.

Odpowiedź : Tak.

6. **Pakiet 21 Koszulki wprowadzające – zestawy transradialne**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów transradialnych o minimalnie zmienionych parametrach tj.:

- Dostępne średnice 4 – 5 – 6 – 7Fr
- Dostępne długości 7 i 10 cm
- Zestawy z przewodnikiem prostym stalowym typu mini spring 0,018'' ; 0,021''; 0,025''
- Długość przewodnika 45cm
- Odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 22G; 21G; 20G
- Koszulka wykonana ze śliskiego materiału ETFE odporna na załamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem.

-Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo. Pakowane na tacy

Odpowiedź : Tak.

7. **Pakiet 3 poz. 1 .** Czy Zamawiający dopuści „ Stenty wieńcowe kobaltowo – chromowe pokrywane lekiem – pochodne sirolimusa” o minimalnie zmienionych parametrach: ciśnienie nominalne max 11 atm; profil przejścia stentu osadzonego na balonie 0,042'' przy średnicy 3,0 mm; stenty kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F dla średnicy 4,0 mm x 38 mm oraz spełniające pozostałe wymogi zamawiającego ?

Odpowiedź : Tak.

8. Czy Zamawiający w zadaniu nr 24 wyrazi zgodę za zaoferowanie torquerów przystosowanego do przewodników o średnicy od 0,010 do 0,020.

Odpowiedź : Tak.

9. **Dot. Pakietu 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 6 poz. 1 stenty stalowe montowane na balonie uwalniające substancję antyproliferacyjną do zmian prostych o profilu zewnętrznym 0.045'' dla stentu o średnicy 3.0mm i długości ≤ 28 mm, średnice: 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00mm, długościach: 8, 11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Tak.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 6 poz. 2 stenty stalowe montowane na balonie uwalniające substancję antyproliferacyjną umożliwiające skrócenie DAPT poniżej 3 miesięcy o profilu zewnętrznym 0.045'' (dla długości 8-28mm) i 0,047'' (dla długości 33 i 36mm) dla stentu o średnicy 3.0mm, średnice: 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00mm, długościach: 8, 11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Tak.

11. **Dot. Pakietu 40.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 40 Zestaw do hipotermii terapeutycznej – cewniki ICY o długości 38 cm i cewniki Quattro o długości 45 cm kompatybilne z aparatem Coolgard firmy Zoll? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź : Tak.

12. Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający w Pakiecie 16 w części " Stenty do zmian w naczyniach o zmiennej średnicy uwalniające substancję antyproliferacyjną" dopuści stenty o długościach od 30 do 60 mm, tj. 30, 40, 50 i 60 mm ?

Odpowiedź : Tak.

13. **Pytania dotyczące SIWZ, rozdz. I, pkt. 3.16:** Czy Zamawiający oczekuje złożenia wraz z ofertą po 1 szt. próbek do każdego pakietu?

Odpowiedź : Próbek nie należy składać wraz z ofertą. W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia próbki w trakcie sprawdzania ofert.

14. **Dotyczy pakietu 29.** Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy pod pojęciem „Kopułki do pomiaru ciśnień kompatybilne z system Sensis” Zamawiający oczekuje linii do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, pojedyncza, z przetwornikiem i podwójną płuczką 3ml/h, wykonana z materiału apyrogennego i nietrombogenicznego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika > 200 Hz. Biureta zabezpieczona filtrem. Długość linii ciśnieniowych 122 cm + 30 cm; dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita 152 cm); Linie kodowane kolorami w celu łatwej identyfikacji. Bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym; zatraskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem; Wymienne żółte koreczki i kolorowe naklejki do oznaczenia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo - koperta papier/folia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii?

Odpowiedź : Tak.

Pytania dotyczące wzoru umowy , rozdział III SIWZ:

15. **Dotyczy: par. 1 ust. 3.** Prosimy o zmianę treści ww. zapisu na następujący: *Przewidziane ilości asortymentu są maksymalne, a Zamawiający może zakupić do 20% mniej i Wykonawcy nie służą żadne roszczenia z tego tytułu.*

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody . Ze względu na specyfikę pracy szpitala zamawiający nie może określić minimalnej ilości asortymentu umowy, jaka zostanie zrealizowana . Zgodnie z § 1 pkt. 5 umowy zamawiający może przedłużyć termin realizacji umowy.

16. **Dotyczy: par. 7 ust. 3.** Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na: *„Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”.* Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ_

17. **Dotyczy: wzór umowy, par. 10 ust. 4.** Prosimy o zmianę ww. zapisu poprzez dodanie zastrzeżenia: *Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.*
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.
18. **Pytanie nr 1, dot. Pakiet nr 19, pożycia nr 4.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego i **uzna za równoważne** cewniki diagnostyczne o parametrach nieznacznie różniących się od opisanych w SIWZ:
 cewnik zbudowany z podwójnej warstwy nylonu
 rozmiary 4F, 5F, 6F
 akceptujące przewodniki 0,035" oraz 0,030"
 średnica wewnętrzna 0,053" dla rozmiarów 4F, 5F, 6F
 długości 40, 63, 00. 100, 110,130,150an
 cewnik zbrojony opłotem stalowym w części dystalnej (ok. 20 cm)
 duża różnorodność kształtów - ponad 40 różnych krzywizn. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyjaśnienie, jakie cechy oferowanego produktu nie spełniają cech równoważności, gdyż według wykonawcy produkt jest równoważny w zakresie jego przeznaczenia
Odpowiedź : Nie. Oferowane cewniki nie mają atraumatycznej końcówki, nie ma pełnej gamy rozmiarów .
19. **Dot. Pakiet nr 19, pożycia nr 4.** W przypadku pozytywnych odpowiedzi na zadane pytania prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 4 do osobnego pakietu.
Odpowiedź : Nie.
20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymagania utworzenia banku w **Pakiecie 5 poz. 6** ? Uzasadnienie: brak banku w wymienionej pozycji nie będzie dla Zamawiającego odczuwalny ponieważ nasz magazyn jest regularnie zaopatrywany, posiadamy pełen zakres oferowanych produktów, oferujemy również krótki czas dostawy oraz jej niezawodność.
Odpowiedź : Tak.
21. **Pakiet nr 20** :_Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki prowadzące w rozmiarze 5-8F o dużej średnicy wewnętrznej min.0,082'' przy 7F, i 0,091'' przy 8F, atraumatyczna końcówka, dobrze widoczna w skopii, odporny na załamania i zagięcia, zachowujący światło na całej długości łącznie z końcówką, charakteryzujący się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu, pokryty hydrofilnie od zewnątrz, zbrojony metalowym opłotem, pełna gama kształtów i krzywizn(65 jeżeli patrzeć na dostępność każdej we wszystkich rozmiarach) ?
Odpowiedź : Nie.
22. **Pakiet nr 25** :_Czy zamawiający dopuści do oceny strzykawki wysokociśnieniowe o tradycyjnej budowie rękojeści, pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją przetargową?
Odpowiedź : Tak.
23. **Pakiet nr 26** :_Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej z zestawem wprowadzającym z igłą angiograficzną, rozszerzaczem naczyniowym, rozszerzaczem introduktora, trójdrożnym kranikiem, nasadką luer, przedłużaczem cewnika, drenem ciśnieniowym oraz strzykawką i zastawką jednokierunkową oraz 2 przewodniki (0,025'' oraz 0,035''). Wszystkie balony wyposażone w dodatkową koszulkę rozrywaną typu peel-away. Wszystkie rozmiary balonów współpracujące z koszulkami naczyniowymi w rozmiarze 7F. Koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną. Dostępne 2 pojemności cewników balonowych: 30cc, 40cc. Cewniki posiadają 2 markery cieniujące na końcach balonu, widoczne w skopii. Długość całkowita części roboczej cewnika 70 cm. Cewnik balonowy kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego pompami do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej. W zestawie także instrukcja obsługi w języku polskim. Cewniki te

wykorzystywane są z powodzeniem w pracowniach kardiochirurgii oraz kardiologii interwencyjnej zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Odpowiedź : Nie. Nie ma informacji, że cewnik jest kompatybilny z aparatem datascopie.

24. Dotyczy pakietu nr 25: Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, zgodnych z parametrami opisu SIWZ, prosimy o dopuszczenia strzykawki wysokociśnieniowej z ergonomiczną rękojeścią pół-pistoletową (wymagana pistoletowa), o pojemności 20 ml, generowanym ciśnieniem 30 atm, o długości drenu wysokociśnieniowego 27 cm zakończony kranikiem trójdrożnym w wersji ON lub OFF, umożliwiającą precyzyjne wykonanie inflacji, jak i szybkiej deflacji. Budowa przystosowana do obsługi jednoręcznej. Strzykawka jest użytkowana w kilkudziesięciu Klinikach na terenie całego kraju i jest odbierana we wszystkich placówkach jako produkt najwyższej jakości.

Odpowiedź : Tak.



25. Dotyczy pakietu nr 21. Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy zamawiającego o możliwość dopuszczenia hydrofilnych Zestawów wprowadzających do tętnicy promieniowej w rozmiarach 5Fr, 6Fr i 7Fr do wyboru przez Zamawiającego, długościach 8cm i 13cm, z przewodnikiem prostym 0.021” z końcówką typu „Flexi” o dł. 50 cm, z uchem do szwu chirurgicznego. Dodatkowym atutem naszej oferty jest jednorazowy skalpel w komplecie. Sprzęt jest najwyższej światowej jakości, charakteryzuje się atraumatycznym przejściem. Rysunek poniżej. Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ.

Odpowiedź : Tak.



26. Dotyczy wzoru umowy na pakiet: 1,2 18-21, 24-29, 32, 33, 36-38, 40, 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 3 poprzez zamianę słów „ odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź : Tak.

27. Dotyczy wzoru umowy – komis na pakiet: 3-17, 22, 23, 30, 31, 34, 35, 39, 42

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu?

Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 3 poprzez zamianę słów „ odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź : Tak.

.....
podpis