SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

CERTYFIKAT 2012/4
TÜV NORD Polska PN-EN ISO 9001 PN-EN ISO 14001 PN-N-18001
International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services

Grodzisk Mazowiecki 01.08.2016

SPSSZ – V / 183 / 2016

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/29/D/16).

1. Zamawiający wymaga złożenia próbek po jednej do każdej pozycji. W przypadku gdy asortyment w kilku pozycjach różni się tylko rozmiarem wystarczy jedna próbka .
   Odpowiedź : Tak.
2. **Dot. pakietu 86 poz 1 i 2**. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 86 poz. 1,2 zestawu z drenem o długości 300cm lub 380cm do wyboru przez Zamawiającego.
   Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
3. **Dot. pakietu 86 poz. 1**. Prosimy o podanie minimalnej średnicy wewnętrznej drenu do odsysania np: 7mm
   Odpowiedź : 7 mm.
4. **Dot. pakietu 86 poz. 3**. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 86 poz. 3 drenu o długości 200cm.
   Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
5. **Dot. pakietu 86 poz. 3**. Prosimy o podanie minimalnej średnicy wewnętrznej drenu łączącego np: 6mm lub 7mm
   Odpowiedź : 7 mm.
6. **Pakiet 110**. Prosimy o dopuszczenie worków o pojemności 2000ml.
   Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
7. **Pakiet nr 7**. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie igieł o rozmiarach G 22x130mm, G 22x180mm Pencil Point z prowadnicą do odrębnego pakietu? Obecne układ pakietu nr 7 nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.
   Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
8. **Dotyczy numer katalogowy:** Czy w związku z tym, że nasi producenci nie stosują numerów katalogowych Zamawiający dopuści numery wewnętrzne firmy, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? Numery wewnętrzne będą umieszczone na fakturach. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż opisy na naszych wszystkich opakowaniach w sposób jednoznaczny pozwalają zidentyfikować dany produkt oraz wszelkie informacje nadrukowane na wszystkich opakowaniach naszych produktów są zgodne z przepisami Ustawy o wyrobach medycznych.
   Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
9. **Pakiet nr 21, poz. 1,4:** Czy Zamawiający wymaga, dwóch rozmiarów masek XL i L do wyboru przez Zamawiającego przy zamówieniu?

Odpowiedź : Rozmiary masek powinny być dostosowane do każdego dorosłego.

10. **Pakiet nr 21, poz. 2,5:** Czy Zamawiający wymaga dwóch rozmiarów masek M i S do wyboru przez Zamawiającego przy zamówieniu?
    Odpowiedź : Rozmiary masek powinny być dostosowane do każdego dziecka
11. **Pakiet nr 21, poz. 1-8:** Czy Zamawiający wymaga, aby dren posiadał wtopionych minimum 6 podłużnych pasków wzmacniających powodujących, że nie ma możliwości zamknięcia „światła" przepływu tlenu?
    Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
12. **Pakiet nr 21, poz. 1-2,4-5:** Czy Zamawiający wymaga, aby maska posiadał metalowy klips nosowy oraz regulację obwodu głowy, co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy?
    Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
13. **Pakiet nr 21, poz. 1-3:** Czy Zamawiający wymaga, aby nebulizator rozbijał cząsteczki leku średnio 2,7µm, co stanowi wielkość najbardziej optymalną do wnikania leku do tchawicy i oskrzeli?
    Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
14. **Pakiet nr 21, poz. 1-6,8:** Czy Zamawiający wymaga, aby produkty były sterylne?
    Odpowiedź : Tak.
15. **Pakiet nr 25, poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania i rozpuszczania leków 18G 1,2x40 z otworem bocznym i typem szlifu ołówkowym, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?
    Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
16. **Pakiet nr 108:** Czy Zamawiający mógłby doprecyzować jakie rozmiary igieł do wstrzykiwaczy będzie zamawiać? Czy Zamawiający dopuści wycenę na opakowania a'100 sztuk?
    Odpowiedź : Rozmiary : G 31 0,25 x 6 mm; G30 0,3 x 8 mm , Zamawiający dopuszcza wycenę na opakowania a'100 szt.
17. **Pakiet 17, pozycja 2.** Prosimy o podanie z jakim typem źródła światła mają współpracować rurki z pozycji 2 Pakietu nr 17.
    Odpowiedź: Rurki mają współpracować z halogenowym źródłem światła i muszą pasować do urządzenia PRECOPTIC BB oświetlacz medyczny typ BOB – OM kl I typ BF poziom N
18. **Dot. pakietu 90**. Czy Zamawiający dopuści łyżki pakowane w torebki foliowe ?
    Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .
19. **Pakiet 49, pozycja 1,2.** Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania z portem do pobierania próbek konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Dodatkowo każdy wkład wyprodukowany jest w opatentowanej technologii antybakteryjnej, zapewniającej, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).
    Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

20. **Pakiet 110, pozycja 1**. Czy Zamawiający dopuści worek na wymioty o pojemności 1500, ze skalą pomiarową co 100 ml, posiadający uchwyt umożliwiający higieniczne zamknięcie (bez zastawki antyzwrotnej), z plastikową maską o anatomicznym kształcie twarzy?
    Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
21. **Pakiet 62 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu oraz produktem Dual Cap?
    Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
22. **Pakiet 62 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 szt. papier-folia oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny w opakowaniu zbiorczym (karton) 36 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 250 par?
    Odpowiedź : Nie.
23. **Pakiet 62 poz. 1.**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 62 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi
    Odpowiedź : Nie.
24. **Dot. Pak. 1 poz. 4**(Filtry mechaniczne). Czy w pakiecie 1 poz.1, 2 i 4 Zamawiający chce uzyskać parametry nawilżania dzięki wydzielonemu celulozowemu wymiennikowi ciepła i wilgoci?
25. Odpowiedź : Tak.
26. **Dot. Pak. 1 poz. 1 i 2**(Filtry mechaniczne). Czy w pakiecie 1 poz. 1 i 2 wymienniki ciepła i wilgoci filtrów mają byc wykonane z celulozy w celu zapewnienia najwyższych parametrów nawilżania i njmniejszej utraty wilgoci (nawilżanie min 33mg H2O/L przy Vt500ml i utrata wilgoci max 6 mg H2O/L przy Vt 500ml) ?
    Odpowiedź : Tak.
27. **Dot. Pak. 27 poz. 3** (rurki intubacyjne I). Czy w pakiecie 27 poz. 3 zbrojona rurka intubacyjna ma posiadać maniet uszczelniający typu Hi-Lo, Soft Seal o potwierdzonej badaniami klinicznymi grubości ścianki 50 mikronów(jak obecnie stosowany w Państwa szpitalu)?
    Odpowiedź : Tak.
28. **Dot. Pak. 27 poz. 5**(rurki intubacyjne I). Czy w pak. 27 poz. 5 rurka ustno-gardłowa GUADEL mają być kodowane kolorami?
    Odpowiedź : Tak.
29. **Dot. Pak. 48 poz.1 i 2** (rurka dooskrzelowa). Czy w pak.48 poz.1 i 2 Zamawiający dopuści rurki intubacyjne dooskrzelowe wykonane z medycznego PCV nie silikonowane?
    Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
30. **Pakiet 65 pkt 1 .** Czy zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody bierne, jednorazowe, owalne dwudzielne z pierścieniem okalającym każdą z dwóch części, umożliwiające niekierunkową aplikację , hydrożelowe, bez lateksu, uniwersalne dla dzieci i dorosłych, wymiary 176 x 122 mm, o powierzchni całkowitej 170 cm^2 , o powierzchni aktywnej 110 cm^2 , grubości 1 mm, podłoże z pianki polietylenowej, skrzydełka

zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, pakowane po 5 szt, opakowanie handlowe 50 szt. ?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

31. **Pakiet 65 pkt 2.** Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kabel do neutralnych elektrod jednorazowych, długość 3 lub 5 m z wtykiem współosiowym ?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
32. **Pakiet 49 .** Czy w pakiecie 49 poz. 1 Zamawiający wymaga zaoferowanie wkładów workowych z proszkiem żelującym w saszetkach, czy wkładów workowych z możliwością wsypania proszku żelującego w saszetkach?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.
33. **Pakiet 49** . Czy zamawiający dopuści w pakiecie 49 poz. 2 pojemnik wielorazowy bez zintegrowanego, wymiennego króćca do połączenia ze źródłem ssania, nie wymagającego odłączenia drenu ssącego od kanistra przy wymianie wkładu jednorazowego? Wykonawca chce zaproponować produkt wysokiej jakości, posiadający znacznie tańsze rozwiązanie .
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
34. **Pakiet 65 pkt 1** . Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 100 szt. reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości.
35. **Pakiet 65 pkt 1** . Czy Zamawiający dopuści elektrodę owalną 110 cm, reszta parametrów bez zmian .
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
36. **Pakiet 65 pkt 2 i 3** . Czy zamawiający dopuści długość kabla 4,5 m, reszta parametrów bez zmian .
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
37. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 24 poz. 10** przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do/z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock, osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej ?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
38. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z **pakietu 24 poz. 10**, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty ?
Odpowiedź : Nie.
39. Proszę o wyjaśnienie czy w **poz. nr 2 pakietu 15** Zamawiający ma na myśli wyrób medyczny zdefiniowany w art. 30 ustawy z dn. 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679), który musi spełnić wymóg art. 58 ust 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679).
Odpowiedź : Tak.
40. Czy w ramach pozycji 1 Pakietu nr 16 Zamawiający będzie wymagał złożenia oferty na materiały jednorazowego użytku o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu STELLANT CT D, składające się z dwóch oddzielnie pakowanych zestawów, w tym:
zestaw A. w skład którego wchodzą elementy, jak:
    - 1 x wkład o pojemności 200 ml
    - 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150 cm, z jedną zastawką antyzwrotną, z trójnikiem Y, gdzie długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu +/- 10 cm i dla

odgałęzienia po stronie roztworu NaCI +/- 25 cm
- złącze szybkiego napełniania typu „J"
- zestaw wolny od ftalanów (wszystkie parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego wytwórcę, nie przez oferenta)

zestaw B. w skład którego wchodzą elementy, jak:
- 1 x wkład o pojemności 200 ml
- 1 x ostrze typu „Splke"
- 1 x złącze szybkiego napełniania typu „J"
- zestaw wolny od ftalanów (wszystkie parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego wytwórcę, nie przez oferenta)?

UZASADNIENIE:
Wskazany w Pytaniu nr 1, sposób konfekcjonowania (pakowania) zestawu do systemu STELLANT CT D, w DWIE osobne, sterylnie pakowane formy polistyrenowe, pozwala na oddzielne wykorzystanie każdego z zapakowanych do takiej formy elementów składowych zestawu, z zachowaniem Ich pełnej sterylności (parametr istotny w sytuacji badania tomograficznego, w którym podawany jest wyłącznie kontrast, bez soli fizjologicznej, a więc w przypadku iniekcji z wykorzystaniem wyłącznie jednej głowicy urządzenia, czyli tylko jednego zestawu wkładowego A lub B). RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika „Y", będącego elementem składowym zestawów wkładowych do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Stellant CT D, jest czynnikiem niezmiernie istotnym. Odchodzące bezpośrednio do głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, krótsze odgałęzienie trójnika „Y" (+/- 10 cm), pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego odgałęzienia, po podaniu środka cieniującego (zestawy jednorazowego użytku podlegają utylizacji po Ich jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, że utylizacji podlegać także musi drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika „Y" - im krótsze takie złącze, tym mniejsze są straty finansowe).
Przy zapotrzebowaniu, określonym dla pozycji 1 Pakietu nr 16, na 3000 zestawów wkładowych (każdy zestaw wyposażony w złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem Y) zakup asortymentu, o którym mowa w Pytaniu nr 1 umożliwi Zamawiającemu redukcję kosztów badań prowadzonych z wykorzystaniem nabywanych zestawów wkładowych. Umożliwienie znacznej redukcji ilości środka kontrastowego wykorzystywanego w prowadzonych badaniach, przyniesie Państwu wymierne korzyści finansowe (duże oszczędności w wykorzystaniu drogiego / środka kontrastowego - redukcja kosztów prowadzonych badań diagnostycznych).
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

41. Czy w ramach pozycji 2 Pakietu nr 16 Zamawiający będzie wymagał złożenia oferty na wolne od ftalanow złącza niskiego ciśnienia o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI i długości 150-152 cm, każde złącze z jedną zastawką antyzwrotną i z trójnikiem Y, gdzie długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu +/-10 cm 1 dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCI +/- 25 cm ? (wszystkie parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego wytwórcę, nie przez oferenta).

UZASADNIENIE:
Opisana w Pytaniu nr 2, RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika „Y", będącego elementem składowym nabywanego obecnie złącza niskiego ciśnienia jest czynnikiem niezmiernie istotnym.
Odchodzące bezpośrednio do głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, krótsze odgałęzienie trójnika „Y" (+/- 10 cm), pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego odgałęzienia, po podaniu środka cieniującego (złącza jednorazowego użytku podlegają utylizacji po ich

jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, że utylizacji podlegać także musi drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika „Y" - im krótsze takie złącze, tym mniejsze są straty finansowe). Przy zapotrzebowaniu określonym w pozycji 2 Pakietu nr 16 na 2500 sztuk przedmiotowych złączy, zakup asortymentu, o którym mowa w powyższym pytaniu umożliwi Zamawiającemu redukcję kosztów badań prowadzonych z wykorzystaniem nabywanych złączy niskiego ciśnienia. Umożliwienie znacznej redukcji ilości środka kontrastowego wykorzystywanego w prowadzonych badaniach, przyniesie Państwu wymierne korzyści finansowe (duże oszczędności w wykorzystaniu drogiego środka kontrastowego - redukcja kosztów prowadzonych badań diagnostycznych).
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

42. Czy w ramach pozycji 1 Części nr 79 Zamawiający będzie wymagał złożenia oferty na materiały jednorazowego użytku o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Optistar LE, w skład którego wchodzą takie elementy, jak:
    - 2 x wkład o pojemności 60 ml z gumowym tłokiem
    - 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 230-250 cm, z trójnikiem Y z jedna zastawką antyzwrotną,, gdzie długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu:
      +/- 8 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCI +/- 15 cm
    - 2 x ostrza typu Spike
      * zestaw wolny od ftalanów (wszystkie parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego wytwórcę, nie przez oferenta)

UZASADNIENIE:
Opisana w Pytaniu nr 3 RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika „Y", będącego elementem składowym zestawów wkładowych do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Optistar LE, jest czynnikiem niezmiernie istotnym. Odchodzące bezpośrednio do głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, krótsze odgałęzienie trójnika „Y" (+/- 8 cm), pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego odgałęzienia, po podaniu środka cieniującego (zestawy jednorazowego użytku podlegają utylizacji po ich jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, że utylizacji podlegać także musi drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika „Y" - im krótsze takie złącze, tym mniejsze są straty finansowe).
Przy zapotrzebowaniu, określonym dla pozycji 1 Pakietu nr 79, na 300 zestawów wkładowych (każdy zestaw wyposażony w złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem Y) zakup asortymentu, o którym mowa w Pytaniu nr 3 umożliwi Zamawiającemu redukcję kosztów badań prowadzonych z wykorzystaniem nabywanych zestawów wkładowych. Umożliwienie znacznej redukcji ilości środka kontrastowego.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ

43. Czy w ramach pozycji 2 Pakietu nr 79 Zamawiający będzie wymagał złożenia oferty na wolne od ftalanów złącza niskiego ciśnienia o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI i długości 230-250 cm, każde złącze z jedną zastawką antyzwrotną i z trójnikiem Y, gdzie długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu 8 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCI 15 cm (wszystkie parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego wytwórcę, nie przez oferenta)?
    UZASADNIENIE: Opisana w Pytaniu nr 4, RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika „Y", będącego elementem składowym nabywanego obecnie złącza niskiego ciśnienia jest czynnikiem niezmiernie istotnym. Odchodzące bezpośrednio do głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, krótsze odgałęzienie trójnika „Y" (+/- 8 cm), pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego odgałęzienia, po podaniu środka cieniującego (złącza jednorazowego użytku

podlegają utylizacji po ich jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, że utylizacji podlegać także musi drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika „Y" - im krótsze takie złącze, tym mniejsze są straty finansowe).Przy zapotrzebowaniu określonym w pozycji 2 Pakietu nr 79 na 2500 sztuk przedmiotowych złączy, zakup asortymentu, o którym mowa w powyższym pytaniu umożliwi Zamawiającemu redukcję kosztów badań prowadzonych z wykorzystaniem nabywanych złączy niskiego ciśnienia. Umożliwienie znacznej redukcji ilości środka kontrastowego wykorzystywanego w prowadzonych badaniach, przyniesie Państwu wymierne korzyści finansowe (duże oszczędności w wykorzystaniu drogiego środka kontrastowego - redukcja kosztów prowadzonych badań diagnostycznych).
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

.....
podpis