



Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 19.01.2016 r.

SPSSZ – V / 12 / 2016

**Wg rozdzielnika**

***Dot. postępowania o świadczenie usługi w zakresie przeglądów technicznych aparatury medycznej.***

***(Nr sprawy SPSSZ/1/U/16)***

**1- dotyczy warunków udziału w postępowaniu pkt.3.2 DOTYCZY PAKIETÓW 1,13**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z: „Oświadczenie Wykonawcy, że posiada : zezwolenia, kwalifikacje, licencje, atesty i inne dokumenty niezbędne do wykonywania czynności przeglądowych danego urzędnika oraz przeszkolenie z obsługi urządzeń diagnostycznych stosowanych podczas przeglądu. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży w/w dokumenty potwierdzone „ za zgodność z oryginałem”.

**Na:** Wykonawca przedstawi i dołączy do oferty certyfikaty ze szkoleń u producenta sprzętu , wystawione przez producenta tego sprzętu potwierdzające, że wykonawca jest przez niego uprawniony do dokonywania konserwacji, obsługi serwisowej sprzętu jego produkcji, w/w dokumenty potwierdzone „ za zgodność z oryginałem”.

**Odpowiedź :Pozostają w mocy zapisy SIWZ.**

**2 dotyczy warunków udziału w postępowaniu pkt.3.2 DOTYCZY PAKIETU 32**

Zwracamy się z prośbą , aby w ww. pakiecie Zamawiający wymagał przedstawienia certyfikatu autoryzacji na respiratory w celu wykluczenia nieuczciwej konkurencji

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.**

**3 dotyczy rozdział II pakiet 32**

Czy podczas przeglądu Zamawiający wymaga wymiany części zgodnie z zaleceniami producenta tzn.:

-czujnik tlenu x 1

- filtr gazowy wejściowy x2

- zestaw serwisowy zaworu PEEP x1

**Odpowiedź : TAK, zgodnie z zaleceniami producenta.**

**4 dotyczy rozdział II pakiet 1**

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji czy aparaty Aespire x 2 z pozycji 1 oraz aparaty Avance x2 z pozycji 2 są wyposażone w monitory , jeśli tak proszę o podanie nazw oraz nr seryjnych monitorów oraz czy monitory są wyposażone w moduły gazowe.

**Odpowiedź : Monitory poz. 1 są ujęte w pakiecie 13 ; poz. 2 monitor w pakiecie 13. Jeden moduł gazowy wbudowany w aparat.**

**5 dotyczy rozdział II pakiet 1**

Czy podczas przeglądu Zamawiający wymaga wymiany części zgodnie z zaleceniami producenta tzn.:

Aespire: uszczelki gniazd parownikówx1 oraz uszczelkę filtra 2mx1

Avance: uszczelki gniazd parownikówx1, uszczelka O2 x1, uszczelka N2O x1, filtr brązowy wysokiego ciśnienia x2, filtr 2m x1, filtr zasilania gazowego linii x3

**Odpowiedź : TAK.**

**6 dotyczy rozdział II pakiet 13**

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji, które z podanych monitorów CCCM x9, F-CMC x6, FM x9, CCM s/5 F-CU8 x9 są wyposażone w moduły gazowe i podanie ich typów oraz numerów seryjnych

**Odpowiedź : Moduły F-CMC posiadają moduły gazowe M-CA i O; M-CA i OU; E-CAiO.**

#### **7 dotyczy rozdział II pakiet 13**

Czy podczas przeglądu Zamawiający wymaga wymiany części zgodnie z zaleceniami producenta tzn.:

W zależności czy są to monitory bez modułów gazowych należy wymienić następujące części:

CCCM: filtr okrągłyx1, filtr NIBPx1

FM: filtr NIBPx1

CAM: filtr przeciwkurzowy boczny x1, filtr przeciwkurzowy ekranu x1, filtr powietrza NIBP x1

Jeśli są wyposażone w moduły gazowe należy wymienić dodatkowo:

CAM/CCCM: pułapka wodna d-fend x 1 oraz linia próbkująca x 1 oraz zestawy serwisowe 8001760 x1

FM: uszczelka typu o-ring x2, rurka nafion x 1, pułapka mini d-fend x1 .

**Odpowiedź : TAK.**

#### **8.: Dotyczy wzoru umowy**

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §1 ust.6:

*„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi każdorazowo na zlecenie Zamawiającego przesłane faxem w terminie ..... od dnia przesłania zawiadomienia”*

zapisem:

*„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi każdorazowo na zlecenie Zamawiającego przesłane faxem w terminie **14 dni roboczych** od dnia przesłania zawiadomienia”*

**Odpowiedź : Zgodnie z zapisem SIWZ.**

#### **9.: Dotyczy wzoru umowy**

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §1 ust.6:

*„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi każdorazowo na zlecenie Zamawiającego przesłane faxem w terminie ..... od dnia przesłania zawiadomienia”*

zapisem:

*„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi każdorazowo na zlecenie Zamawiającego przesłane faxem w terminie ..... **dni roboczych** od dnia przesłania zawiadomienia”*

**Odpowiedź : Zgodnie z zapisem SIWZ.**

#### **10.: Dotyczy wzoru umowy**

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §1 ust.8:

*„W przypadku gdy podczas wykonywania usługi zostanie stwierdzone przez Wykonawcę, iż sprzęt wymaga przeprowadzenia naprawy zobligowany jest on do przerwania dalszych czynności przeglądowo-konserwacyjnych i niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o konieczności naprawy urządzenia. . Wykonawca nie może podejmować czynności związanych z naprawą bez wiedzy i zgody Zamawiającego. Pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane przeglądy i naprawy. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do ponownego przeglądu nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po uzyskaniu informacji od Zamawiającego o dokonaniu naprawy urządzenia”*

zapisem:

*„W przypadku gdy podczas wykonywania usługi zostanie stwierdzone przez Wykonawcę, iż sprzęt wymaga przeprowadzenia naprawy zobligowany jest on do przerwania dalszych czynności przeglądowo-konserwacyjnych i niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o konieczności naprawy urządzenia **i przedstawienia stosownej oferty naprawy zawierającej listę uszkodzonych i koniecznych do wymiany części, czas pracy Wykonawcy, dojazd. Naprawa zostanie wykonana po pisemnej akceptacji kosztów ze strony Zamawiającego.** . Wykonawca nie może podejmować czynności związanych z naprawą bez wiedzy i zgody Zamawiającego. Pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane przeglądy i naprawy.*

*Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do ponownego przeglądu nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po uzyskaniu **pisemnej** informacji od Zamawiającego o dokonaniu naprawy urządzenia”*

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.**

#### **11.: Dotyczy wzoru umowy**

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §1 ust.9:

*„Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wymienione części serwisowe, materiały oraz wykonane czynności”*

zapisem:

*„Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wymienione części serwisowe, materiały , a na wykonane czynności udziela 3 miesięcznej gwarancji”*

**Odpowiedź : : Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr. 24.**

#### **12.: Dotyczy wzoru umowy**

Wykonawca wnioskuję o usunięcie zapisu §1 ust.11:

*„Wykonawca lub osoba wyznaczona do przeprowadzenia przeglądu technicznego przed przystąpieniem do wykonania czynności udokumentuje upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego swoje kwalifikacje zawodowe potwierdzone przez producenta sprzętu”*

**Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ.**

#### **13.: Dotyczy wzoru umowy**

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §2 ust.3:

*„Urzędowa zmiana stawek podatku VAT wchodzi z mocy prawa”*

zapisem:

*„Urzędowa zmiana stawek podatku VAT wchodzi z mocy prawa, **cena netto pozostaje bez zmian przez okres trwania umowy**”*

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.**

#### **14.: Dotyczy wzoru umowy**

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §4 ust.3:

*„Jeżeli Wykonawca nie wykona całości usługi z powodu nie wykonania przez Zamawiającego koniecznych napraw o których mowa w § 1 ust 8 – przysługuje mu wynagrodzenia w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, jednak nie wyższe niż 50% ceny jednostkowej podanej w ofercie”*

zapisem:

*„Jeżeli Wykonawca nie wykona całości usługi z powodu nie wykonania przez Zamawiającego koniecznych napraw o których mowa w § 1 ust 8 – przysługuje mu wynagrodzenia w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.”*

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.**

#### **15.: Dotyczy wzoru umowy**

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §6 ust.1:

*„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usługi w stosunku do terminu, o którym mowa w § 1 ust 6”*

zapisem:

*„Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy dzień **roboczy** opóźnienia w wykonaniu usługi w stosunku do terminu, o którym mowa w § 1 ust 6”*

**Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ.**

#### **16.: Dotyczy wzoru umowy**

Wykonawca wnioskuję o usunięcie zapisu §6 ust.2:

*„Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy dopuszczenia do wykonania przeglądu technicznego i odstąpienie od umowy w przypadku braku przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Wykonawcy lub osoby wyznaczonej do przeprowadzenia przeglądu, o których mowa w § 1 ust. 11. Odstąpienie od umowy w takim przypadku następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy”*

**Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ.**

#### **17.: Dotyczy wzoru umowy**

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §7 ust.2:

*„Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 5 dni roboczych od daty*

zgłoszenia reklamacji”

zapisem:

„Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 5 dni roboczych od daty **Pisemnego** zgłoszenia reklamacji”

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.**

**18.: Dotyczy SIWZ, pakiety nr 17, 20, 24, 25, 26, 29, 31, 43**

Wykonawca wnioskuję o podanie numerów seryjnych wymienionego sprzętu w pakietach nr 17,20,24,25,26,29,31,43. Informacja ta jest konieczna do prawidłowej wyceny usług.

**Odpowiedź : Numery seryjne do podanych pakietów :**

**PAKIET 17**

SEP21S

905, 1205, 24504, 25904, 25404, 1105, 25004, 38705, 38905, 38805, 24804, 24604, 27304

Sp-12S PRO

11405, 11605, 11205, 116204, 10505, 10605, 11005, 117304, 154605, 154505, 117204

116404, 116604, 116804, 116804, 117404

**PAKIET20**

PLUM A+

99875486, 99875488, 99947521, 99947535, 99947540, 99947541

**PAKIET 24**

SEP21SPlus

42005, 42505, 41705, 24904, 27204, 26504, 25504, 26104, 26804, 25604, 25304, .00505  
.00805, .00705, 26704, 26404, 25704, 26204, 26304, 25804, 25104, 26904, 24704, 24404  
26604, 27004

SP-12S

11305, 28402, 117104, 117804, 11505, 11105, 116904, 116704, 117004, 10805, 116304  
118004, 1100/177/05

**PAKIET 25**

10806, 10706, 222205, 222205, 222105

41805, 41605

**PAKIET 26**

LC5000

97521092, 97521087, 97521049, 97521055

**PAKIET 29**

RAD 9

A04230, A03622, A04377, A04362, A04368, A04169, A08574, A03518, A03596, A04369

A 04263

**PAKIET 31**

RADICAL

Q02067/180877, Q02066/180381

**PAKIET 43**

100550190, 100301635

**19.:** W SIWZ jednym z kryteriów oceny oferty jest czas reakcji. Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczy wspomniany czas, skoro postępowanie dotyczy tylko usługi przeglądów?

**Odpowiedź : Czas przystąpienia serwisanta na zgłoszenie przez Zamawiającego.**

**20.:** Wykonawca prosi o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni.

**Odpowiedź : Termin został przesunięty.**

**21.Pytanie dot. SIWZ Rozdz. II Opis przedmiotu Zamówienia pkt.5 oraz pkt.7**

Prosimy o dodanie po słowach: „*karta pracy*” słów: „*/raporcie serwisowym*”, jako alternatywny dokument, który stosuje Wykonawca.

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.**

**22.Pytanie dot. SIWZ Rozdz. II Opis przedmiotu Zamówienia pkt.6**

Czy Zamawiający potwierdzi, że załącznikiem do oferty winny być certyfikaty producenta potwierdzające przeszkolenie z zakresu wykonywania przeglądu danego wyrobu medycznego.

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.**

**23.Pytanie dot. SIWZ Rozdz. III Umowa par. 1 ust.3**

Prosimy o dopisanie po słowie: „*części*” słów: „*przewidzianych do wymiany podczas przeglądu*”. Proponowane przez Zamawiającego brzmienie tego zapisu budzi wątpliwość co do zakresu wymiany części: czy chodzi o części przeglądowe, czy o części konieczne do napraw w ciągu całego okresu trwania umowy.

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.**

**24.Pytanie dot. SIWZ Rozdz. III Umowa par. 1 ust.9**

Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający ma tu na myśli gwarancję na przedmiot zamówienia, czyli wykonanie przeglądu. Jeśli natomiast zapis ma dotyczyć również napraw, prosimy o rozważenie propozycji polegającej na zamianie okresu gwarancji 12 miesięcznej na zgodną z warunkami gwarancji oferowanymi przez producenta. Jednocześnie prosimy o usunięcie zapisu o gwarancji na wykonane czynności.

**Odpowiedź : Zamawiający zmienia zapis na :” Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonanie czynności oraz na wymienione części i podzespoły zgodnie z warunkami oferowanymi przez producenta.**

**25.Pytanie dot. SIWZ Rozdz. III Umowa par. 2 ust. 3**

Prosimy celem doprecyzowania zapisów o dopisanie na końcu ustępu sformułowania: „*i skutkuje zmianą ceny brutto przy zachowaniu ceny netto.*”

**Odpowiedź : Patrz odpowiedź w pytaniu nr. 13**

**26.Pytanie dot. SIWZ Rozdz. III Umowa par. 6 ust. 1**

Prosimy o zmianę słowa: „*opóźnienia*” na słowo: „*zwłoki*”. Zgodnie z art.476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę.

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.**

**27.Pytanie dot. SIWZ Rozdz. III Umowa par. 6 ust. 1**

Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,1% wartości umowy.

**Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ.**

**28.Pytanie dot. SIWZ Rozdz. III Umowa par. 6 ust. 1**

Wziąwszy pod uwagę, iż zastrzeżenie kar umownych ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy a nie wzbogacenie Zamawiającego oraz fakt, że zastrzeżenie zbyt wysokich kar umownych negatywnie wpłynie na kalkulacje ryzyk oraz cenę oferowaną przez Wykonawcę zwracamy się z prośbą o miarkowanie kary względem wartości umowy. Proponujemy powszechnie stosowane 10% wartości umowy, przez dodanie sformułowania: „*łącznie nie więcej niż 10% ww. kwoty*” – na końcu ustępu.

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.**

**29.Pytanie dot. SIWZ Rozdz. III Umowa par. 6 ust. 1**

Prosimy o dopisanie ustępu 6 o treści:

*Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności*

*odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom*

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

**Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ.**

30. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust. 1, 2:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości **brutto części** umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usługi w stosunku do terminu, o którym mowa w § 1 ust 6 , **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części umowy, której dotyczy wykonana z opóźnieniem usługa**

**Odpowiedź : Odpowiedź udzielona w pytaniu nr. 28.**

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy dopuszczenia do wykonania przeglądu technicznego i odstąpienie od umowy w przypadku braku przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Wykonawcy lub osoby wyznaczonej do przeprowadzenia przeglądu, o których mowa w § 1 ust. 11. Odstąpienie od umowy w takim przypadku następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości **niezrealizowanej części** umowy.

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.**

31. Dotyczy pakietu 19

Informujemy, że nazwa pompy infuzyjnej podana w pakiecie 19 nie jest prawidłowa.

Jest **Infusomat FSM**, powinno być **Infusomat FMS**. Prosimy o skorygowanie błędu. Prosimy o podanie numerów seryjnych w/w pomp.

Znajomość numerów seryjnych jest niezbędna dla prawidłowej obsługi technicznej pomp infuzyjnych.

**Odpowiedź : Pompy FMS. Seryjne numery : 88608; 88609; 88617.**

**32: Dotyczy: pakiet nr 3**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy centrale monitorujące w pakiecie 3 są stacjami zbiorczymi od kardiomonitorów Philips? Czy jest to model PIIC ?

**Odpowiedź : Są stacjami zbiorczymi.**

**33: Dotyczy: pakiet nr 3**

Czy w skład pakietu 3 wchodzi wyłączenie centrale monitorujące (3 szt.) czy również urządzenia (np. kardiomonitory, nadajniki telemetryczne), które z nimi pracują? Prosimy ew. o podanie ilości i rodzaju dodatkowych urządzeń.

**Odpowiedź : Wyłącznie centrale.**

**34: Dotyczy: pakiet nr 14**

Prosimy Zamawiającego o informację, w ilu turach będzie odbywał się przegląd kardiomonitorów z pakietu 14? Pozwoli to na prawidłowe oszacowanie kosztów dojazdu.

**Odpowiedź : W dwóch turach.**

**35: Dotyczy: dotyczy SIWZ, rozdział I, punkt 3.2**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenia, kwalifikacje, licencje, atesty i inne dokumenty niezbędne do wykonania czynności przeglądowych danego urządzenia. Zgodnie z instrukcją obsługi kardiomonitorów Philips MP20, MP30, MP50, MP60 testy bezpieczeństwa lub możliwości funkcjonalnych powinny być wykonywane przez dostawcę usług serwisowych, który został przeszkolony przez firmę Philips

Czy Zamawiający będzie zatem wymagał przedstawienia dokumentu, potwierdzającego, że pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie serwisu danych urządzeń medycznych przez firmę Philips?

**Odpowiedź : TAK.**

**36.Dotyczy: dotyczy wzór umowy §1, ust. 9**

Czy Zamawiający zgodni się na udzielenie 6 miesięcznej gwarancji na wymienione części, ponieważ takiej gwarancji udziela producent sprzętu medycznego?

**Odpowiedź : Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr. 24.**

**37.Dot. Umowa par.1 ust.11**

Prosimy o potwierdzenie, że formułując wymóg stawiany Wykonawcy lub osobie wyznaczonej do przeprowadzenia przeglądu technicznego udokumentowania swoich kwalifikacji zawodowych potwierdzonych przez producenta sprzętu, Zamawiający wymagać będzie imiennych certyfikatów odbytych szkoleń z zakresu czynności i dla aparatury medycznej objętej Umową.

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.**

**38.Dot. Umowa par.1 ust.8**

Czy w ramach zapisu Umowy par.1 ust.8 Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania zaplecza technicznego, osobowego, uprawnień i kwalifikacji umożliwiających realizację napraw aparatury medycznej objętej Umową oraz udokumentowania tego na każde wezwanie Zamawiającego na każde wezwanie Zamawiającego?

**Odpowiedź : Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr. 10.**

**39.Dot. SIWZ pakiet 6**

Prosimy o potwierdzenie, że wymagając wykonania usługi przy użyciu własnych narzędzi oraz wykonania wszystkich czynności konserwacyjno-przeglądowych określonych przez producenta, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował aparaturą kontrolno-pomiarową, modułami testowymi, oprogramowaniem serwisowym i innymi narzędziami wskazanymi przez producentów jako konieczne do wykonania wszystkich czynności przewidzianych w procedurze serwisowej i będących przedmiotem umowy.

**Odpowiedź : TAK.**

**40.Dot. SIWZ pakiet 6**

Prosimy o informację, czy z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy posiadania aktualnego upoważnienia (autoryzacji) od wytwórcy do świadczenia usług serwisowych? Ingerencja w aparaturę podmiotów i osób nieupoważnionych przez wytwórcę skutkować może ograniczeniem odpowiedzialności producenta za produkt.

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.**

.....  
podpis