



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
Health
Promoting
Hospitals & Health Services

Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 30.11.2017 r.

SPS – V.262.52.2017

Wg rozdzielnika

Dot. postępowania na dostawę implantów ortopedycznych.

(Nr sprawy SPSSZ/49/D/17)

Pakiet 3 pozycja 1C

Traktując wszystkich wykonawców jednakowo proszę o odpowiedź na pytanie:

Czy zamawiający w pakiecie nr 3 pozycja 1C miał na myśli głowy metalowe ze stopu ZrNb (Cyrkonium z Niobem) o powierzchni ceramicznej?

Odpowiedź : TAK.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

1. W pakiecie nr 1 Proteza całkowita bezcementowa przynasadowa stawu biodrowego **pozycja 1A** implanty o parametrach:

- Trzpień krótki mocowany przynasadowo

Trzpień ze stopu tytanu, mocowany przynasadowo, w kształcie podwójnego klina, stożek 12/14, w części bliższej napyłany porowatą okładziną z czystego tytanu. Wyposażony proksymalnie w dodatkowe elementy antyrotacyjne. System oferuje dwa typoszeregi-standardowy oraz o zwiększonym o 6 mm offsecie. Długość trzpieni od 131,4 mm do 185.4 mm w 13-u rozmiarach.

- Panewka typu press-fit ze stopu tytanu, napyłona czystym tytanem o porowatej strukturze, kształt sferyczny, bez otworów lub z otworami(3 i 7) do dodatkowej stabilizacji wkrętami. Rozmiary panewek od 40 do 68mm (ewentualnie opcja panewki wkręcanej)

- Wkład panewkowy polietylenowy 28, 32mm symetryczne, asymetryczne i posterior wall wykonana z wzmocnionego polietylenu odpornego na ścieranie – opcjonalnie możliwość artykulacji ceramicznej

- Wkładka ceramiczna symetryczny, ceramika BIOLOX DELTA, średnica wewnętrzna 28,32mm, 36mm rozmiary od 48 do 68mm co 2mm,

- Głowy metalowe w 5 długościach szyjki w rozmiarze 28 i 32

- Głowy ceramiczne w 4 długościach w rozmiarze 28,32,36

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

2. W pakiecie nr 2 Proteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego implanty o parametrach:

-pozycja 1B

Panewka typu press-fit ze stopu tytanu, napyłona czystym tytanem o porowatej strukturze, kształt sferyczny, bez otworów lub z otworami(3 i 7) do dodatkowej stabilizacji wkrętami. Rozmiary panewek od 40 do 68mm (ewentualnie opcja panewki wkręcanej)

Wkład panewkowy polietylenowy 28, 32mm symetryczne, asymetryczne i posterior wall wykonana z wzmocnionego polietylenu odpornego na ścieranie – opcjonalnie możliwość artykulacji ceramicznej

Wkładka ceramiczna symetryczny, ceramika BIOLOX DELTA, średnica wewnętrzna 28,32mm,36mm rozmiary od 48 do 68mm co 2mm,

-pozycja 1D

TRZPIEŃ uniwersalny bezcementowy (taki sam dla biodra prawego i lewego)

Stożek 12/14. Offset 39- 50mm. Wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 części bliższej napyłony czystym tytanem o porowatej strukturze.Kształt trzpienia płaski o przekroju prostokątnym. Skrzydełko derotacyjne zapobiegające przemieszczaniu się protezy. Otwór w części bliższej umożliwiający ewentualną ekstrakcję trzpienia.

11 rozmiarów trzpienia z kontem CCD 135 lub CCD 128 stopni

-pozycja 1E

Głowy metalowe w 5 długościach szyjki w rozmiarze 28 i 32

Głowy ceramiczne w 4 długościach w rozmiarze 28,32,36

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

3. W pakiecie nr 3 Proteza bezcementowa całkowita stawu biodrowego implanty o parametrach:

-pozycja 1A

TRZPIEŃ uniwersalny bezcementowy (taki sam dla biodra prawego i lewego)

Stożek 12/14. Offset 39- 50mm. Wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 części bliższej napyłony czystym tytanem o porowatej strukturze.Kształt trzpienia płaski o przekroju prostokątnym.

Skrzydełko derotacyjne zapobiegające przemieszczaniu się protezy. Otwór w części bliższej umożliwiający ewentualną ekstrakcję trzpienia.

11 rozmiarów trzpienia z kontem CCD 135 lub CCD 128 stopni

-pozycja 1B

Panewka wkręcana, sferyczna ze stopu tytanu, część zewnętrzna napyłona czystym tytanem o porowatej strukturze. Gwint na całej wysokości, część centralna zaślepiana talerzykiem ze stopu tytanu, napyłanym czystym tytanem o porowatej strukturze

Rozmiary fi 48mm do 60mm co 2mm oraz 64 i 68mm

-pozycja 1C

Głowy metalowe w 5 długościach szyjki w rozmiarze 28 i 32

Głowy ceramiczne w 4 długościach w rozmiarze 28,32,36

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

.....
podpis