



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
Health
Promoting
Hospitals & Health Services

Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 02.01.2018 r.

SPS – V.262.54.2017

Wg rozdzielnika

Dot. postępowania na dostawę implantów do chirurgii kręgosłupa .

(Nr sprawy SPSSZ/50/D/17)

Pytanie Nr 1, dot. Pakiet nr 6, poz. 1

Czy zamawiający w pakiecie 6, pozycji 1 dopuści:

Klatka międzytrzonowa do odcinka szyjnego kręgosłupa z dostępu przedniego, wykonana z tantalu - materiału paramagnetycznego o strukturze zbliżonej do struktury kości. Implant dostępny w wysokościach 4-10 mm, stopniowane co 1 mm i w podstawach 11x11mm, 11x14mm i 14x14mm. Karbowane powierzchnie styczne w celu zapobieżenia wysuwania się implantu. Kształt klatki lordotyczny o kącie 7 stopni.

Odpowiedź : Nie dopuści.

Pytanie Nr 2, dot. Pakiet nr 6, poz. 2

Czy zamawiający w pakiecie 6, pozycji 2 dopuści:

Klatka międzytrzonowa do odcinka lędźwiowego kręgosłupa z dostępu tylnego, wykonana z tantalu - materiału paramagnetycznego o strukturze zbliżonej do struktury kości. Implant dostępny w wysokościach 7-15 mm, stopniowane co 2mm i w długości 32,5 mm i głębokości 13,5 mm. 7 stopni kąta lordozy.

Odpowiedź : Nie dopuści.

.....
podpis