



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
Health
Promoting
Hospitals & Health Services

Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 31.01.2017 r.

SPSSZ – V.262.25.2017

Wg. rozdzielnika

Dot. postępowania na dostawę implantów do zespoleń kości i endoprotez stawów

(Nr sprawy SPSSZ/1 /D /17)

Pakiet 12

Czy zamawiający oczekuje następującego sposobu wyceny kompletu : wycena trzpienia bezcementowego zamiennie wycena trzpienia cementowego z korkiem, głowy bipolarnej zewnętrznej i głowy wewnętrznej metalowej wykonanej ze stopu CoCrMo w co najmniej trzech wysokościach?

Odpowiedź : Osobno wycena trzpienia bezcementowego , osobno cementowego

Pakiet 14, 16, 24

Prosimy o informację jakiego rodzaju piły oscylacyjne (jakiej firmy) Zamawiający posiada.

Odpowiedź : Firmy Stryker.

Pakiet 16

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wkładki polietylenowej z crosslinkowanego polietylenu oraz głowy tytanowej pokrytej okładziną ceramiczną posiadającej takie same właściwości trybologiczne jak głowa ceramiczna?

Odpowiedź : TAK, pozostałe warunki jak w SIWZ.

Prosimy o informację co zamawiający rozumie pod pojęciem : konwersja do systemu długotrzeniowego (w wycenie tańszy) i czy w związku z tym zamawiający oczekuje wyceny trzpienia przynasadowego lub trzpienia poddanego konwersji?

Odpowiedź : Jeden i drugi.

Pakiet 18; 19; 20

W opisie przedmiotu zamówienia zawarto zapis: Na czas trwania umowy wykonawca zobowiązuje się do użyczenia kompletnego instrumentarium do implantacji wszczepów oraz złożenia depozytu implantów w ilościach : po 1 szt w każdym rozmiarze – Czy zamawiający odstąpi od obowiązku użyczenia instrumentarium i depozytu oraz wyrazi zgodę na dostawy sprzętu 48 h przed zabiegiem ?

Odpowiedź : TAK.

Pakiet 24

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wkładki polietylenowej typu rotating platform oraz komponentów udowych i piszczelowych w co najmniej 5 rozmiarach? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

.....
podpis