



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
Health
Promoting
Hospitals & Health Services

SPS - V.262.27.2017

Grodzisk Mazowiecki 17.07.2017

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do wyjalawiania sprzętu medycznego (Nr procedury SPSSZ/28/D/2017).

1. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 35-36: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.
Odpowiedź : Nie.
2. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 35-36: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200szt.? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.
Odpowiedź : Nie.
3. Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści włókninę o gramaturze minimum 43g/m²?
Odpowiedź : Tak.
4. Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści rękawy ze wskaźnikiem zmieniającym przebarwienie po procesie sterylizacji z różowego na żółty, zgrzewalne w temperaturze 120-150°C?
Odpowiedź : Tak.
5. Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści rękawy w rolkach po 70mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona. W przypadku otrzymania niepełnej liczby rolek prosimy o podanie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a od 0,5 w górę)?
Odpowiedź : Tak. Zaokrąglić należy zgodnie z zasadami matematyki .
6. Dotyczy Pakiet nr 3: Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu zawartego w rozdziale VI, punkt 4 oraz dopuszczenie oświadczenia producenta wyrobów do sterylizacji plazmowej o możliwości ich zastosowania w urządzeniu Zamawiającego. Testy, rękawy oraz włókniny stanowią materiał eksploatacyjny i w żaden sposób nie mogą uszkodzić sterylizatora, a co za tym idzie pozbawić Szpital gwarancji na posiadany sprzęt. Nadawanie producentowi sprzętu tak daleko idących uprawnień pozwala na działania monopolistyczne poprzez wskazywanie testów swojej produkcji jako jedynych kompatybilnych.
Odpowiedź : Tak.

.....
Podpis