



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
HHealth
PPromoting
HHospitals & Health Services

Grodzisk Mazowiecki 10.05.2017

SPS - V.262.1.12.164.2017

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/14/D/2017).

Zamawiający informuje, że w piśmie nr SPS - V.262.1.12.161.2017 z dn. 09.05.2017 r. pomyłkowo udzielił odpowiedzi na pytanie 11:

Prawidłowa odpowiedź jest następująca:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17 pozycja nr 10 stapler rotacyjny liniowy, jednorazowy 55 mm z ruchomą głowicą. Kąt zgięcia szczęk instrumentu 120 stopni, kąt obrotu trzonu 320 stopni. Wysokość zszywek 4,8 mm?

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuszcza .

.....
Podpis