



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
Health
Promoting
Hospitals & Health Services

SPS - V.262.31.2017

Grodzisk Mazowiecki 06.02.2017

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do zabiegów hemodializ w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPS.V.262.1.5.D.2017).

1. Pakiet nr VII. Dializatory niskoprzepływowe.

Dotyczy Poz. nr 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory niskoprzepływowe z mikroondulowaną błoną polysulfonową sterylizowane parą wodną podobnie jak w Poz. nr 1., spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

Pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert?

Odpowiedź : Nie.

2. Pakiet nr VII. Dializatory niskoprzepływowe.

Dotyczy Poz. nr 2.

Ze względu na błąd w opisie, prosimy, aby Zamawiający doprecyzował opis przedmiotu zamówienia w Poz. nr 2.,

czy Zamawiający wymaga powierzchni 1,4m² ; 1,6m²; 1,8m² lub powierzchni 2,0m², spełniającej wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

Odpowiedź : W pakiecie nr VII wystąpił błąd – zamiast powierzchnia 1,2 m² powinna być wpisana powierzchnia 2,0 m²

3. Dotyczy Pakiet 7 – Dializatory niskoprzepływowe . Czy Zamawiający dopuści dostarczane Państwu obecnie, konkurencyjne cenowo niskoprzepływowe dializatory, sterylizowane parą wodną, o wysokich walorach klinicznych, do Lp1 dializatory polisulfonowe, o powierzchni 2,2m² (o symbolu F10HPS), do Lp2 dializatory heliksonowe, o powierzchni 1,8m² (o symbolu FX10) , gdyż nie mamy w ofercie dializatorów o powierzchni 2,0m² ?

Odpowiedź : Tak.

4. Pakiet 6: Czy w zadaniu VI Zamawiający dopuści cewnik stały (permanentny) z carbothanu dla dorosłych do zabiegów HD, tunelizowany techniką retrograde, zestaw

dwukanałowy, mułka antybakteryjna, długość 19,23,28, 33, 44 i 55cm., zamawiany wg potrzeb, 15Fr, minimalna recyrkulacja krwi dzięki końcówce symetrycznej (ok. 1 %), wymienne końcówki tętniczo – żyłne w przypadku uszkodzenia.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

- 5. Dotyczy: PAKIET V - CEWNIKI CZASOWE DO HEMODIALIZY, ilość pozycji 2, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 12FR o długości **15 cm** (nr katalogowy: EF- 7613), **20cm** (nr katalogowy: EF- 7713) i **24cm** (nr katalogowy: EF- 7813) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczonego przewodnika J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź : Tak.

- 6. Dotyczy: PAKIET V - CEWNIKI CZASOWE DO HEMODIALIZY, ilość pozycji 2, pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści cewnik trójświatłowy poliuretanowy 12FR o długości **15 cm** (nr katalogowy: EG- 7613), **20cm** (nr katalogowy: EG- 7713) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczonego przewodnika J-Flex Tip 0.035'', dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź : Nie.

- 7. Dotyczy: PAKIET VI - CEWNIKI PERMANENTNE, ilość pozycji 2, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości **24cm** (tip to cuff 19cm), **28cm** (tip to cuff 23cm), **32cm** (tip to cuff 27cm), **36cm** (tip to cuff 31cm), **40cm** (tip to cuff 35cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mułką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

Odpowiedź : Nie.

- 8. Dotyczy: PAKIET VIII - zestawy do ciągłej hemofiltracji, ilość pozycji 9, pozycja 4 .** Czy Zamawiający dopuści cewnik dwukanałowy poliuretanowy 12FR o długości **15 cm** (nr katalogowy: EF- 7613), **20cm** (nr katalogowy: EF- 7713) i **24cm** (nr katalogowy: EF- 7813) i cewnik dwukanałowy poliuretanowy **14 Fr** o długości **15 cm** (nr katalogowy: EF- 8613), **20cm** (nr katalogowy: 8713) i **24cm** (nr katalogowy: EF- 8813) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga

x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnica J-Flex Tip 0.038”, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź : Nie

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu VI oraz pozycji 4 z Pakietu VIII i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź : Nie .

10. Pakiet IV poz. 3. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to Państwu na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

11. Pakiet IV poz. 3. Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji opatrunki typu „Pushban” ze spongostanem w rozmiarze 38 x 72 mm.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

12. Pakiet IV poz. 3. Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji opatrunki typu „Pushban” ze spongostanem w rozmiarze 92 x 38 mm.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

.....

Podpis