



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
Health
Promoting
Hospitals & Health Services

Grodzisk Mazowiecki 11.07.2017

SPS - V.262.24.2017

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i narzędzi endoskopowych do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/25/D/2017).

Pytanie 1

Dotyczy projektu umowy § 1 ust. 3

Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Przewidziana wartość umowy jest maksymalna, a Zamawiający może kupić mniej i Wykonawcy nie służą żadne roszczenia z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości umowy.”

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na specyfikę pracy szpitala . Pozostają zapisy SIWZ .

Pytanie 2

Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 3

Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,1% na 0,05%?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 4

Dotyczy zapisów projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy ustępu o poniższej treści:

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury.” ?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 5

Dotyczy projektu umowy § 9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji Zamawiającego.”

Odpowiedź : Tak.

Pytanie 6

Dotyczy projektu umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do projektu umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu

objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”

Odpowiedź : Tak.

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować igły endoskopowe jednorazowego użytku o długości ostrza igły 4mm lub 5mm i średnicy igły 22G (obecnie w SIWZ: 23G), takie które były do tej pory używane przez Zamawiającego?

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuszcza .

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętlę do polipektomii, owalną, typu Erlangen (dwustopniową, wzmocniona część proksymalna, część dystalna z drutu plecionego) o średnicach 20/35mm (obecnie w SIWZ: 15/30mm) i długości roboczej 230cm, wielorazową, kompletną; takie które były do tej pory używane przez Zamawiającego?

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuszcza .

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętlę do polipektomii, owalną, o średnicy 25mm lub 35mm (obecnie w SIWZ: 30mm) i długości roboczej 230cm, wielorazową, kompletną; takie które były do tej pory używane przez Zamawiającego?

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuszcza .

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 5

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować balon do usuwania złogów, 3-kanalowy, 3-stopniowy, możliwość pompowania jednego balonu do trzech rozmiarów: 9mm-13mm-16mm (w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki), długość narzędzia 2000mm, takie które były do tej pory przez Zamawiającego używane?

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuszcza .

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 10

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować zestaw do wykonania cystogastrostomii wielorazowego użytku. Cystotomy składają się z igły tnącej i zewnętrznego cewnika z końcówką koagulującą. 2 przyłącza HF. Dwa rozmiary do wyboru: Fr. 8.5 na przewodnik .025 cala oraz Fr. 10 na przewodnik .035 cala. Długość całkowita narzędzia 180cm; takie które były do tej pory przez Zamawiającego używane?

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuszcza .

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu nr 4 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować endoprotezy o rozmiarze 7F i odległościach między zaczepami 5cm, 7cm, 9cm, 12cm, 15cm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuszcza .

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu nr 4 – poz. 5

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować endoprotezy o rozmiarze 10F i odległościach między zaczepami 5cm, 7cm, 9cm, 12cm, 15cm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuszcza .

Pytanie 14 - dotyczy - Pakiet 3 poz.11

Czy w związku z tym , że wielorazowe noże igłowe pakowane są w niepodzielne minimalne opak. jednostkowe 2 szt., Czy zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie zamawianej ilości do 1 opak - zawierającego 2 szt. ?

Odpowiedź : Tak.

Pytanie 2 – dotyczy wzoru Umowy Paragraf 9 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin załatwienia reklamacji wynosił 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji ?

Odpowiedź : Tak.

Pytanie 3

Dotyczące pakietu nr 3 poz. 4 oraz zapisów SIWZ rozdział VI pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w zadaniu 3 poz. 4 „Szczoteczka jednorazowa do TJJ”, produktu który nie jest zarejestrowany jako wyrób medyczny - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności złożenia dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów o których mowa SIWZ rozdział VI pkt. 4. – tj. „Oświadczenie Wykonawcy, że zaferowany sprzęt posiada dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz, że przedstawi je na żądanie Zamawiającego”

Odpowiedź : Tak.

.....
Podpis