



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
Health
Promoting
Hospitals & Health Services

Grodzisk Mazowiecki 13.10.2017

SPS - V.262.40.2017

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do elektroterapii do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/40/D/2017).

W opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie 4 i 5 w parametrach podlegających ocenie jakości wystąpiła pomyłka.

W pakiecie 4 powinno być :

Parametr	Ocena (1-4)
Energia defibrylacji – podać	≥ 35 J – 1 pkt ≥ 39 J – 2 pkt ≥ 40 J – 3 pkt Powyżej 40 J – 4 pkt
Algorytm różnicujący arytmie komorowe od Nadkomorowych – podać	Wyszczególnić : 1 kryterium – 1 pkt 2 kryteria – 2 pkt 3 kryteria – 3 pkt 4 kryteria – 4 pkt
Stopień odporności na skan MR	1,5 T z wyłączeniem klatki piersiowej – 1 pkt 1,5 T bez wyłączeń – 2 pkt 3 T z wyłączeniem klatki piersiowej – 3 pkt 3 T bez wyłączeń – 4 pkt

W pakiecie 5 powinno być :

Parametr			
Ilość dostarczonych defibrylacji w trakcie VF	2-4 – 1 pkt 5-6 – 2 pkt 7-8 – 3 pkt , ponad 8 – 4 pkt		
Stopień odporności na skan MR	1,5 T z wyłączeniem klatki piersiowej – 1 pkt 1,5 T bez wyłączeń – 2 pkt 3 T z wyłączeniem klatki piersiowej – 3 pkt 3 T bez wyłączeń – 4 pkt		
Energia defibrylacji	≥ 35 J – 1 pkt ≥ 39 J – 2 pkt ≥ 40 J – 3 pkt Powyżej 40 J – 4 pkt		

.....
Podpis