

Grodzisk Mazowiecki, dn. 05.10.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni

im. Św. Jana Pawła II

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. Daleka 11

tel. 0-22 755-91-15; fax. 0-22 755-91-10

Adres strony internetowej: www.szpitalzachodni.pl

Nr procedury: SPSSZ/40/D/2017

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

DOTYCZY:

DOSTAWA URZĄDZEŃ DO ELEKTROTERAPII

ZATWIERDZAM:

Niniejsza specyfikacja zawiera 36 stron ponumerowanych

I. ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II,
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11,

prowadzi politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań PN – N 18001 : 2004; PN – EN ISO 14001 : 2005, PN – EN ISO 9001 : 2009

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **urządzeń do elektroterapii** .

II. TRYB ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm. zwanej dalej w treści „Ustawą” – w trybie: **przetarg nieograniczony**.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3. Wartości zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

III. INFORMACJE OGÓLNE

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.
2. Do oferty należy dołączyć wypełnione oświadczenia.
3. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.
4. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.
6. Wykonawca oznaczy klauzulą „TAJNE” te elementy oferty, które zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
8. Dokumenty urzędowe sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
9. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich (PLN). Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
10. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.10.2017 r. pod nr 2017/S 194-397689 oraz na stronie internetowej www.szpitalzachodni.pl
11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera 36 stron ponumerowanych .

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa urządzeń do elektroterapii z podziałem na 8 pakietów
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV : **33100000-1**

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 z wykazem wyrobów w podziale na pakiety.
4. Pakiety nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
5. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: **24 miesiące** od daty podpisania umowy: dostawy sukcesywne realizowane w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego .

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

IV.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2. Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów .

Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualny na dzień składania ofert:

a. Jednolity europejski dokument zamówienia.

b. Dowód wniesienia wadium – kopia przelewu, a w przypadku innych form - oryginalny dokument dołączony do oferty.

2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 4.

2.1. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

1). Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

- 1).1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

1).2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

1).3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

1).4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

1).5. Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

1).6. Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

1).7. Oświadczenie wykonawcy o braku prawomocnego wyroku sądu w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.

1).8. Oświadczenie wykonawcy o braku ostatecznej decyzji administracyjnej w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.

1).9. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

2). DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH:

| | |
|---|---|
| 1 | <u>Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument</u> Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie |
|---|---|

| | |
|---|--|
| | wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. |
| 2 | <p><u>Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że nie otwarto jego likwidacji</u></p> <p>Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:</p> <p>a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.</p> <p>b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.</p> |
| 3 | <p><u>Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp</u></p> <p>Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.</p> |

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

3). W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:

3).1. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4). **W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:**

4).1.Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany sprzęt posiada dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz, że przedstawi je na żądanie Zamawiającego .

5). W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć :

5).1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5).2. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy ; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu . Zamawiający uzna wymóg za spełniony , gdy Wykonawca (wykonawcy występujący wspólnie) wykaże co najmniej wykonanie 3 dostaw o charakterze porównywalnym do przedmiotu zamówienia

Wyżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia.

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

8. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

9. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w pkt VII niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także druki Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dotyczące tych podmiotów.
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VIII.
7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
 - a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykáže zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. IX. 1. SIWZ.

X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
2. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia.
Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dla każdego z tych podwykonawców.

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w pkt VIII.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

XII. ZASADY ZWRACANIA SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ I UDZIELANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TYCH WYJAŚNIEŃ.

1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Komisji przetargowej o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Komisja przetargowa udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ.
5. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

1. Magdalena Lonc e-mail: zp.lonc@szpitalzachodni.pl
tel: **0-22 755 91 15** fax: **0-22 755 91 10**

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości **45.600,00 zł**, słownie: czterdzieści pięć tysięcy sześćset złotych, w tym:

| | | |
|----------|--|------------------|
| Pakiet 1 | Stymulator jednojamowy w elektrodą WI | 3.700,00 |
| Pakiet 2 | Stymulator dwujamowy z elektrodami DDD | 11.000,00 |
| Pakiet 3 | Stymulator dwujamowy z funkcjami dodatkowymi DDD - NMR | 5.600,00 |
| Pakiet 4 | Defibrylator jednojamowy z elektrodą ICD VVI | 7.800,00 |
| Pakiet 5 | Defibrylator jednojamowy z funkcjami dodatkowymi ICD VVI | 5.300,00 |
| Pakiet 6 | Defibrylator dwujamowy z kompletem elektrod ICDDDD | 4.200,00 |
| Pakiet 7 | Defibrylator resynchronizujący z kompletem elektrod CRTD | 6.400,00 |
| Pakiet 8 | Stymulator resynchronizujący CRTP | 1.600,00 |
| | Razem : | 45.600,00 |

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:

- a). w pieniądzu na rachunek Zamawiającego

Bank PKO BP S.A.

46 1440 1101 0000 0000 1246 3022

Zamawiający uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeżeli środki pieniężne znajdują się na koncie zamawiającego do dnia wyznaczonego na składanie ofert.

- b). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c). gwarancjach bankowych,
- d). gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania z ofertą.

4. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy PZP

5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA.

1. Okres związania ofertą wynosi 60 dni licząc od terminu wyznaczonego do składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta winna być sporządzona na formularzu OFERTA, stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawcy.
2. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami specyfikacji, stanowiące integralną część oferty.
3. Oferta wraz z załącznikami powinna być napisana na komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Jeżeli kartka oferty jest zapisana dwustronnie to przy numerze kartki dopisać należy słowo „verte” i drugą stronę kartki też podpisać.
Załączniki do oferty powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokumenty wystawione przez podmioty obce /np. zaświadczenia, gwarancje/ złożone w ofercie w oryginale nie wymagają podpisu Wykonawcy.
4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
5. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany / poprawki/ powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
6. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty).
7. Wszystkie kartki oferty powinny być ze sobą połączone w sposób trwały, uniemożliwiający jej naruszenie / z uwzględnieniem sytuacji opisanej w punkcie 6./
8. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w kopercie /opakowaniu/, które: będą zaadresowane na adres Zamawiającego, podany na wstępie oraz będą posiadać oznaczenia:

oferta na: dostawę urządzeń do elektroterapii

Pakiet

nie otwierać przed 23.10.2017 r. godz. 10.30

9. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta /opakowanie/ winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby Wykonawca mógł wycofać ofertę lub ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez otwierania.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem wyznaczonym do składania ofert określonym w pkt 8 niniejszego rozdziału.
11. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt.8 oraz pkt. 9 a koperta będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12. Po upływie terminu składania ofert za wycofanie oferty Zamawiający uzna złożenie pisemnego oświadczenia woli przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wówczas złożona oferta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu, lecz pozostanie w dokumentacji u Zamawiającego.
13. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty w formie elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 – w kancelarii (pok. Nr 50) nie później niż do dnia **23.10.2017 r. do godz. 10.00**.
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu **23.10.2017 r.** o godzinie **10.30** w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim, 05–825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 w budynku warsztatowym, pok. nr 3.
3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone bez otwierania.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:

Na FORMULARZU CENOWYM stanowiącym zał. Nr 2 do Instrukcji dla Wykonawcy:
Wykonawca określi ceny jednostkowe każdej pozycji.
2. Wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez pomnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek oraz doliczy podatek VAT.
3. Wykonawca zsumuje ceny brutto poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę oferty. Zamawiający wymaga, aby obliczona w ten sposób cena obejmowała wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia, t.j.

koszt transportu / dostawy/ i ubezpieczenia do Zamawiającego
koszt pakowania i znakowania
koszt wszelkich załadunków i rozładunków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią
koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
4. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XVIII. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) **Cena brutto z VAT** - **60 %**

$$K_1 = \frac{\text{cena najniższa oferowana}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 60 \text{ pkt}$$

b) **Parametry techniczne** - **40 %**

$$K_2 = \frac{\text{ilość pkt badanej oferty}}{\text{maksymalna ilość punktów}} \times 40 \text{ pkt}$$

2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

XIX. ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt XII niniejszej SIWZ.
2. Komisja przetargowa poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy Pzp niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 ust 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy Pzp.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni na stronie internetowej www.szpitalzachodni.pl i w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŚLUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

XXI. TERMIN ZAWARCIA UMOWY.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .
4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

XVII. POZOSTAŁE INFORMACJE.

1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144.
2. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp.
3. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według zmienionej stawki.

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego (Załącznik 1 do SIWZ)
2. Wzór formularza cenowego (Załącznik 2 do SIWZ)
3. Jednolity Europejski Dokument Zamawiającego
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik 3 do SIWZ)
5. Wykaz zamówień wykonanych lub wykonywanych (załącznik nr 4 do SIWZ)
6. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik 5 do SIWZ)
7. Projekt umowy (Załącznik 6 do SIWZ)



Pieczętka firmowa Wykonawcy

O F E R T A – Pakiet

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.....
.....

Numer telefonu / faxu

Adres e-mail

Numer NIP i Regon

Do: nazwa i siedziba Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II; 05-825 Grodzisk Mazowiecki; ul. Daleka 11

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę **urządzeń do elektroterapii** dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.10.2017 r. pod nr 2017/S 194 - 397689 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

1.

A. Oferuję wykonanie zamówienia

- za cenę (netto)..... zł.

- podatek VAT zł.

- cena brutto zł.

Słownie brutto:

.....złoty

wyliczoną na podstawie wypełnionego FORMULARZA CENOWEGO – zał. Nr

B. w terminie: **24 miesiące** od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywnie realizowane na podstawie zamówień jednostkowych w ciągu (max. 3 dni) dni roboczych od otrzymania zamówienia drogą faksową

C. przy warunkach płatności dni./ ./ wymagany termin płatności minimum : **60 dni**,
pożądany termin płatności **90 dni** /

2. Oświadczam, że uważam się za związanym(a) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczam, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogólne i szczegółowe warunki umowy zostały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w tej umowie i mojej ofercie określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obowiązującymi przepisami.

5. Wadium w kwocie zostało wniesione w dniu w formie

Nr konta, na które należy zwrócić wadium :

6. Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania umowy :

.....

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację zamówień :

.....

7. Wykonawca informuje, że (niepotrzebne skreślić):

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów / usług:

Wartość towaru / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to zł netto*.

* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 i ustawy o podatku od towarów i usług,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

8. Załączniki do oferty:

(1)

(2)

(3)

(4)

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Uwaga; Pola wykropkowane proszę wypełnić czytelnie

Zamawiający wyraża zgodę żeby wszystkie pakiety, na które oferent składa ofertę zostały wyszczególnione na jednym formularzu ofertowym w ten sposób, iż pkt. 1 formularza zostanie powielony dla każdego pakietu z uwzględnieniem wartości w ppkt. A, B, C, i D.



Pieczętka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY – Pakiet

| L.p | Nazwa produktu z SIWZ | Nazwa produktu, która będzie wpisana na fakturze | Ilość | J.m | Cena jedn. netto zł. | Cena netto zł. | VAT % | Kwota VAT | Cena brutto zł. | Nr kat. |
|----------------|-----------------------|--|-------|-----|----------------------|----------------|-------|-----------|-----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| itd | | | | | | | | | | |
| Razem : | | | | | | | | | | |

.....
 Podpis i pieczętka upoważnionego
 przedstawiciela Wykonawcy

UWAGA : Jeżeli jakakolwiek nazwa nie będzie wyszczególniona w formularzu cenowym, a znajdzie się na fakturze nie będzie zapłacona

**Uwaga: Formularz cenowy należy wypełnić dla każdego pakietu oddzielnie.
 Formularz cenowy należy załączyć dodatkowo na nośniku elektronicznym (w programie Word lub Excel) .**

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawa urządzeń do elektroterapii dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim

Niniejszym oświadczam, **że należę/ nie należę** (*niepotrzebne skreślić*) do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty

| l.p. | Wskazanie wykonawcy |
|------|---------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.....
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

UWAGA!

Oświadczenie należy złożyć w **terminie 3 dni** od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie będzie brane pod uwagę.



Pieczętka firmowa Wykonawcy

W Y K A Z
zamówień wykonanych lub wykonywanych

| L.p | Rodzaj zamówienia Nazwa produktów | Nazwa zamawiającego | Wartość zamówienia | Okres realizacji |
|-----|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| itd | | | | |

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Przedmiot przetargu: Stymulator jednojamowy – 100 szt

Producent/Firma:

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

| Asortyment | Ilość | |
|------------------------------------|-------|--|
| Stymulator | 100 | |
| Elektroda komorowa / przedsionkowa | 100 | |
| Introducer | 100 | |

Parametry podlegające ocenie:

| | |
|---|--|
| Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze – podać Tak – 1 pkt, Nie 0 pkt | |
| Automatyczna zmiana wartości prądu stymulacji w zależności od zbadanego prądu stymulacji Tak – 1 pkt, Nie 0 pkt | |
| Możliwość zapamiętywania epizodów arytmii – podać 5 EGM – 1 pkt, 10 EGM – 2 pkt 15 EGM – 3 pkt, 20 EGM – 4 pkt | |

—

—

| Własności fizyczne | | |
|--|-----|--|
| Waga (g) < 26 g | Tak | |
| Ważność sterylizacji (miesiące) min. 12 | Tak | |
| Żywotność > 8 lat | Tak | |
| Rok produkcji 2017 lub później | Tak | |
| Parametry programowania | | |
| Rodzaj stymulacji: VVIR, VVII, AAIR, AAI, AAT, VVT, VOO, AOO | Tak | |
| Częstość stymulacji 40,45,.....180. | Tak | |
| Wartość amplitudy stymulacji – 1,0-7.0 V | Tak | |
| Szerokość impulsu -0.4-1.5 ms | Tak | |
| Czułość przedsionkowa/ komorowa –0,18- 7,5mV | Tak | |

| | | |
|--|-----|--|
| Polarność stymulacji –unipolarny, bipolarny | Tak | |
| Polarność czułości – unipolarny, bipolarny | Tak | |
| Okres refrakcji - 250-500ms. | Tak | |
| Inne funkcje | | |
| Szerokie możliwości histerezy częstości rytmu serca | Tak | |
| Możliwość zaprogramowania nocnej częstości rytmu stymulacji | Tak | |
| Inne składowe pakietu | | |
| Elektrody pasywnej i aktywnej fiksacji do wyboru. Długości od 50 do 85 cm do wyboru | Tak | |
| Introducery peel away – zakres średnicy od 7 do 10 F do wyboru | Tak | |

Ilość urządzeń pozostających stale w magazynie komisowym – 5 kompletów (urządzenie, elektroda, introducer

Pakiet 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Przedmiot przetargu: Stymulator dwujamowy – 200 sztuk

Producent/Firma:

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

| Asortyment | Ilość | |
|----------------------------------|-------|--|
| Stymulator | 200 | |
| Elektroda komorowa/przedsionkowa | 400 | |
| Introducer | 400 | |

Parametry podlegające ocenie:

Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze – **podać**

Tak – 1 pkt, Nie 0 pkt

Możliwość zapamiętywania epizodów arytmii komorowej i przedsionkowej

podać 5 EGM – 1 pkt, 10 EGM – 2 pkt

15 EGM – 3 pkt, 20 EGM – 4 pkt

Parametry graniczne - odcinające

| Własności fizyczne | | |
|--|-----------------------------------|-----|
| Waga (g) | < 30 g | Tak |
| Ważność sterylizacji (miesiące) | min. 12 | Tak |
| Rok produkcji | 2017 lub późniejszy | Tak |
| Żywotność | > 8 lat | Tak |
| Parametry programowania | | |
| Rodzaj stymulacji: | DDDR, DDIR, DDD, VDD, VVIR, AAIR, | Tak |
| Częstość stymulacji | 40,45,.....150. | Tak |
| Wartość amplitudy stymulacji (A/V) | – 1,0-7.0 V | Tak |
| Szerokość impulsu (A/V) | -0.4-1.0 ms | Tak |
| Czułość przedsionkowa/ komorowa | –0.18-4.0mV/2,5-7 mV | Tak |
| Polarność stymulacji (A/V) | –unipolarny, bipolarny | Tak |
| Polarność czułości (A/V) | – unipolarny, bipolarny | Tak |
| Inne funkcje | | |
| Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | | Tak |
| Przedsiorkowy tryb pracy rozrusznika z zabezpieczającą stymulacją komorową w przypadku braku przewodzenia AV | | Tak |
| Automatyczna zmiana wartości amplitudy i szerokości impulsu w zależności od progu stymulacji | | Tak |
| Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo - komorowe | | Tak |
| Zapamiętywanie EGM epizodów arytmii | | Tak |
| Programator z analizatorem dostarczony bezpłatnie | | Tak |
| Papier do analizatora dostarczany bezpłatnie | | Tak |
| Inne składowe pakietu | | |
| Elektrody pasywnej i aktywnej fiksacji do wyboru. Długości od 45 do 60 cm do wyboru | | Tak |
| Introducery peel away – zakres średnicy od 7 do 10 F do wyboru | | Tak |

Ilość urządzeń w magazynie komisowym – 10 stymulatorów, 20 elektrod, 20 introducerów

Pakiet 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Przedmiot przetargu: Stymulator dwujamowy z funkcjami dodatkowymi –
100 sztuk

Producent/Firma:

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE”
podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

| Asortyment | Ilość | |
|----------------------------------|-------|--|
| Stymulator | 100 | |
| Elektroda komorowa/przedsionkowa | 200 | |
| Introducer | 200 | |

Parametry podlegające ocenie:

| | |
|--|--|
| Stopień odporności elektrod i urządzenia na Skan NMR – podać | 1,5 T z wyłączeniem klatki piersiowej – 1 pkt 1,5 T bez wyłączeń – 2 pkt 3 T z wyłączeniem klatki piersiowej – 3 pkt 3 T bez wyłączeń – 4 pkt |
| Pamięć napadów zaburzeń rytmu – podać | 5 EGM – 1 pkt, 10 EGM – 2 pkt 15 EGM – 3 pkt, 20 EGM – 4 pkt |

Parametry wymagane (odcinające)

| Własności fizyczne | | |
|--|-----|--|
| Waga (g) < 30 g | Tak | |
| Ważność sterylizacji (miesiące) min. 12 | Tak | |
| Rok produkcji 2017 lub późniejszy | Tak | |
| Żywotność > 8 lat | Tak | |
| Parametry programowania | | |
| Rodzaj stymulacji: DDDR, DDIR, DDD, VDD, VVIR, AAIR, | Tak | |
| Częstość stymulacji 40,45,.....170. | Tak | |
| Wartość amplitudy stymulacji (A/V) – 1,0-7.0 V | Tak | |
| Szerokość impulsu (A/V) -0.4-1.0 ms | Tak | |
| Czułość przedsionkowa/ komorowa –0.18-4.0mV/2,5-7,5 mV | Tak | |

| | | |
|--|-----|--|
| Polarność stymulacji (A/V) –unipolarny, bipolarny | Tak | |
| Polarność czułości (A/V) – unipolarny, bipolarny | Tak | |
| Inne funkcje | | |
| Sumaryczne liczenie czasu napadów migotania przedsionków (AF burden), VR w trakcie napadów AF | Tak | |
| Rejestracje IEGM z momentu inicjacji napadu przedsionków | Tak | |
| Stabilizacja rytmu komór w trakcie napadu AF + zapobieganie nagłym spadkom częstości rytmu serca | Tak | |
| Parametr pozwalający na promowanie własnego przewodzenia przedsionkowo - komorowego | Tak | |
| Inne składowe pakietu | | |
| Elektrody pasywnej i aktywnej fiksacji do wyboru. Długości od 45 do 60 cm do wyboru | Tak | |
| Introducery peel away – zakres średnicy od 7 do 10 F do wyboru | Tak | |
| Programator dostarczony nieodpłatnie | Tak | |
| Papier do programatora dostarczony nieodpłatnie | Tak | |

Minimalna ilość urządzeń w magazynie komisowym: 5 stymulatorów, 10 elektrod, 10 introducerów

Pakiet 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Przedmiot przetargu ICD VVIR – 40 szt

Producent/Firma:

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości

| Asortyment | Ilość | |
|-------------------------|--------------|--|
| Defibrylator | 40 | |
| Elektroda defibrylująca | 40 | |
| Introducer | 40 | |

Parametry podlegające ocenie:

| Parametr | Ocena (1-4) |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

| | |
|--|--|
| Energia defibrylacji – podać | ≥ 35 J – 1 pkt ≥ 39 J – 2 pkt ≥ 40 J – 3 pkt Powyżej 40 J – 4 pkt |
| Algorytm różnicujący arytmie komorowe od Nadkomorowych – podać | Wyszczególnić : 1 kryterium – 1 pkt 2 kryteria – 2 pkt 3 kryteria – 3 pkt 4 kryteria – 4 pkt |
| Stopień odporności na skan MR | podać 5 EGM – 1 pkt, 10 EGM – 2 pkt 15 EGM – 3 pkt, 20 EGM – 4 pkt |

Parametry wymagane - odcinające

| | |
|--|-----|
| Własności fizyczne | |
| Waga (g) < 70g | Tak |
| Ważność sterylizacji (miesiące) min. 12 | Tak |
| Rok produkcji 2017 lub późniejszy | Tak |
| Terapia: | |
| Energia - ≥ 35 J | Tak |
| Impuls dwufazowy, regulowany napięciem lub energią, możliwość odwrócenia polaryzacji impulsu | Tak |
| Minimum dwie strefy: VT i VF | Tak |
| Możliwość programowania potwierdzenie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów | Tak |
| Możliwość stymulacji antyarytmicznej przed i w czasie ładowania kondensatorów | Tak |
| Inne funkcje | |
| Komunikacja bezprzewodowa z programatorem | Tak |
| Gniazdo w standardzie DF4 i DF1 do wyboru | Tak |
| Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału | Tak |
| IEGM w czasie rzeczywistym | Tak |
| Algorytm różnicujący arytmie komorowe od nadkomorowych | Tak |
| Szerokie możliwości programowania i wyboru typów stymulacji antyarytmicznej | tak |
| Inne składowe pakietu | |

| | |
|--|-----|
| Elektrody pasywnej i aktywnej fiksacji do wyboru. Długości od 50 do 85 cm do wyboru. Standard DF4 i DF 1 do wyboru | Tak |
| Introducery peel away – zakres średnicy od 7 do 10 F do wyboru | Tak |
| Programator dostarczony bezpłatnie | Tak |
| Papier do programatora dostarczony bezpłatnie | Tak |
| Dostarczenie 10 procent urządzeń o podobnych parametrach odpornych na skan MR | Tak |

Stała dostępność w magazynie komisowym:
4 urządzenia z gniazdem w standardzie DF 4
1 urządzenie z gniazdem DF 1
4 elektrody defibrylujące
4 introducery

Pakiet 5

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

1. Przedmiot przetargu ICD VVIR z funkcjami dodatkowymi- 20 szt

Producent/Firma:

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

| Asortyment | Ilość | |
|-------------------------|-------|--|
| Defibrylator | 20 | |
| Elektroda defibrylująca | 20 | |
| Introducer | 20 | |

Parametry podlegające ocenie:

| Parametr | | | |
|---|---|--|--|
| Ilość dostarczonych defibrylacji w trakcie VF | 2-4 – 1 pkt 5-6 – 2 pkt 7-8 – 3 pkt , ponad 8 – 4 pkt | | |
| Stopień odporności na skan MR | podać 5 EGM – 1 pkt, 10 EGM – 2 pkt 15 EGM – 3 pkt, 20 EGM – 4 pkt | | |
| Energia defibrylacji | ≥ 35 J – 1 pkt ≥ 39 J – 2 pkt ≥ 40 J – 3 pkt Powyżej 40 J – 4 pkt | | |

Parametry wymagane - odcinające

| |
|---------------------------|
| Własności fizyczne |
|---------------------------|

| | | |
|--|-------|-----|
| Waga (g) | < 72g | Tak |
| Grubość urządzenia do 12 mm | | Tak |
| Rok produkcji 2017 lub późniejszy | | Tak |
| Terapia: | | |
| Dostarczona energia - ≥ 35 J | | Tak |
| Impuls dwufazowy, regulowany napięciem lub energią, możliwość odwrócenia polaryzacji impulsu | | Tak |
| Minimum dwie strefy: VT i VF | | Tak |
| Możliwość programowania potwierdzenie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów | | Tak |
| Możliwość stymulacji antyarytmicznej przed i w czasie ładowania kondensatorów | | Tak |
| Inne funkcje | | |
| Komunikacja bezprzewodowa z programatorem | | Tak |
| Urządzenia z gniazdami DF4 i DF 1 do wyboru | | Tak |
| Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału | | Tak |
| IEGM w czasie rzeczywistym | | Tak |
| Algorytm różnicujący arytmie komorowe od nadkomorowych | | Tak |
| Szerokie możliwości programowania i wyboru typów stymulacji antyarytmicznej | | Tak |
| Dostarczenie 10 procent urządzeń odpornych na skan MR | | Tak |
| Inne składowe pakietu | | |
| Elektrody defibrylujące aktywnej fiksacji w standardzie DF 4 i DF 1 do wyboru | | Tak |
| Introducery peel away – zakres średnicy odpowiedni do elektrody | | Tak |
| Programator dostarczony nieodpłatnie | | Tak |
| Papier do programatora dostarczony nieodpłatnie | | Tak |

Ilość w magazynie komisowym:

2 urządzenia z gniazdami w standardzie DF 4 i

1 urządzenie z gniazdem w standardzie DF 1

2 elektrody defibrylujące

Pakiet 6

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW Przedmiot przetargu ICD DDDR – 20 szt.

Producent/Firma:

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

| Asortyment | Ilość | |
|-------------------------|-------|--|
| Defibrylator | 20 | |
| Elektroda defibrylująca | 20 | |
| Elektroda przedsionkowa | 20 | |
| Introducer | 40 | |

Parametry podlegające ocenie:

| | |
|--|--|
| Energia defibrylacji – podać | ≥ 35 J – 1 pkt ≥ 39 J – 2 pkt ≥ 40 J – 3 pkt Powyżej 40 J – 4 pkt |
| Algorytm różnicujący arytmie komorowe od nadkomorowych | Wyszczególnić : 1 kryterium – 1 pkt 2 kryteria – 2 pkt 3 kryteria – 3 pkt 4 kryteria – 4 pkt |

Parametry graniczne (odcinające)

| Własności fizyczne | | |
|--|---------------------|-----|
| Waga (g) | < 80 g | Tak |
| Ważność sterylizacji (miesiące) | min. 12 | Tak |
| Żywotność | > 6 lat | Tak |
| Rok produkcji | 2017 lub późniejszy | Tak |
| Terapia: | | |
| Energia | - ≥ 35 J | Tak |
| Współpraca z elektrodą standardu DF4 lub DF1 do wyboru | | Tak |

| | | |
|--|-----|--|
| Optimalizacja ATP | Tak | |
| Możliwość stymulacji antyarytmicznej w czasie ładowania kondensatorów | Tak | |
| Inne funkcje | | |
| Komunikacja bezprzewodowa z programatorem | Tak | |
| Szerokie możliwości programowania czułości w kanale komorowym | Tak | |
| Obecny algorytm zapobiegający nadwyczuwaniu załamka T | Tak | |
| IEGM w czasie rzeczywistym | Tak | |
| Algorytm różnicujący arytmie komorowe od nadkomorowych | Tak | |
| Możliwość stymulacji antyarytmicznej w czasie ładowania kondensatorów | Tak | |
| Przechowywanie epizodów IEGM arytmii | Tak | |
| Inne składowe pakietu | | |
| Elektroda defibrylująca pasywnej i aktywnej fiksacji do wyboru. Jedno- i dwukilowa do wyboru w standardzie DF 4 lub DF 1 do wyboru | Tak | |
| Elektroda przedsionkowa pasywnej i aktywnej fiksacji do wyboru. | Tak | |
| Introducery peel away – zakres średnicy od 7 do 10 F do wyboru | Tak | |
| Programator dostarczony nieodpłatnie | Tak | |
| Papier do programatora dostarczony nieodpłatnie | Tak | |
| Dostarczenie 10 procent urządzeń odpornych na skan MR | Tak | |

Ilość w magazynie komisowym: 2 urządzenia z gniazdami w standardzie DF 4 i 1 urządzenie z gniazdem w standardzie DF 1

Pakiet 7

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Przedmiot przetargu CRT-D – 20 szt.

Producent/Firma:

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE”

podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

| Asortyment | Ilość | |
|----------------------------|--------------|--|
| Urządzenie CRTD | 20 | |
| Elektroda defibrylująca | 20 | |
| Elektroda przedsionkowa | 20 | |
| Elektroda lewokomorowa | 20 | |
| Zestaw do zatoki wieńcowej | 20 | |
| Introducer | 60 | |

Parametry podlegające ocenie:

| | |
|--|--|
| Ilość biegunów stymulacji lewokomorowej- podać | 1 biegun – 1 pkt, 2 bieguny – 2 pkt 3 bieguny – 3 pkt 4 bieguny – 4 pkt |
| Algorytm różnicujący arytmie komorowe od nadkomorowych | Wyszczególnić : 1 kryterium – 1 pkt 2 kryteria – 2 pkt 3 kryteria – 3 pkt 4 kryteria – 4 pkt |

Parametry wymagane (odcinające)

| Własności fizyczne | | |
|--|---------------------|-----|
| Waga (g) | < 70g | Tak |
| Ważność sterylizacji (miesiące) | min. 12 | Tak |
| Rok produkcji | 2017 lub późniejszy | Tak |
| Terapia wysokonapięciowa: Kardiowersja i defibrylacja | | |
| Energia | - ≥ 35 J | Tak |
| Współpraca z elektrodą standardu DF4 i DF1 do wyboru | | Tak |
| Minimum dwie strefy: VT, VF | | Tak |
| Możliwość programowania potwierdzenie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów | | Tak |
| IEGM w czasie rzeczywistym | | Tak |
| Inne funkcje | | |
| Niezależne kanały LV i RV | | Tak |
| Możliwość programowania VV delay | | Tak |

| | | |
|---|-----|--|
| Możliwość rozpoznawania arytmii przedsionkowych od komorowych na podstawie kryteriów: stabilność rytmu, nagły początek, kształt lub szerokość QRS | Tak | |
| Możliwość dostarczenia terapii ATP podczas ładowania kondensatorów | Tak | |
| Przechowywanie epizodów IEGM arytmii | Tak | |
| Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem (możliwość programowania, odczytywania danych, analizy IEGM) | Tak | |
| Dostarczenie 10 procent urządzeń odpornych na skan MR | Tak | |

| Składowe zestawu do zatoki wieńcowej | | |
|---|-----|--|
| Koszulka do intubacji zatoki wieńcowej. Minimum dwie krzywizny do wyboru | Tak | |
| Lider do koszulki | Tak | |
| Urządzenie do rozcinania koszulki (w przypadku koszulek innych niż peel - away) | | |
| Balon do wenografii zatoki wieńcowej | Tak | |
| Lider wieńcowy | Tak | |

Ilość urządzeń w magazynie komisowym 2 urządzenia w standardzie DF 4 i jedno w standardzie DF 1

Dwa komplety elektrod i zestawów do zatoki wieńcowej

Pakiet 8

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Przedmiot przetargu: Stymulator resynchronizujący CRT-P - 10 szt.

| Asortyment | Ilość | |
|----------------------------------|--------------|--|
| Stymulator | 10 | |
| Elektroda przedsionkowa/komorowa | 20 | |
| Elektroda lewokomorowa | 10 | |
| Zestaw do zatoki wieńcowej | 10 | |
| Introducer | 30 | |

Producent/Firma:

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry podlegające ocenie:

| | | |
|---|----------------|--|
| Możliwość zdalnej (bezprzewodowej) kontroli | Tak -1 Nie - 0 | |
|---|----------------|--|

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Ilość biegunów stymulacji lewokomorowej | 1 biegun – 1 pkt 2 bieguny – 2 pkt 3 bieguny – 3 pkt 4 bieguny – 4 pkt | | | |
|---|---|--|--|--|

Parametry odcinające - wymagane

| Własności fizyczne | | | |
|--|---------------------|-----|--|
| Waga (g) | < 30 g | Tak | |
| Ważność sterylizacji (miesiące) | min. 12 | Tak | |
| Rok produkcji | 2016 lub późniejszy | Tak | |
| Żywotność | > 7,5 lat | Tak | |
| Opcje terapeutyczne | | | |
| Algorytm „wymuszający” stymulacje komór | | Tak | |
| Algorytm automatycznej optymalizacji odstępów A-V –i V_V | | Tak | |
| Obecność alarmów przy występowaniu AF/AT | | Tak | |
| Algorytmy zapobiegające napadom migotania przedsionków | | Tak | |
| Automatyczne dopasowywanie progów stymulacji w kanałach LV i RV | | Tak | |
| Automatyczne rozpoznawanie polarności elektrod | | Tak | |
| Inne funkcje | | | |
| Sumaryczne liczenie czasu napadów migotania przedsionków (AF burden), VR w trakcie napadów AF | | Tak | |
| Rejestracje IEGM z momentu inicjacji napadu przedsionków | | Tak | |
| Dostarczenie 10 procent urządzeń odpornych na skan MR | | Tak | |
| Składowe zestawu do zatoki wieńcowej | | | |
| Koszulka do intubacji zatoki wieńcowej. Minimum dwie krzywizny do wyboru | | Tak | |
| Lider do koszulki | | Tak | |
| Urządzenie do rozcinania koszulki | | Tak | |
| Balon do wenografii zatoki wieńcowej | | Tak | |
| Lider wieńcowy | | Tak | |

Ilość w magazynie komisowym – 2 komplety (stymulator, elektrody, zestawy, introducery)

Ogólne i szczegółowe warunki umowy

Zamawiający załącza projekt umowy określającej warunki, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy

UMOWA NR

zawarta w dniu roku w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Dalekiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS 0000055047, oznaczony numerami NIP 529-10-04-702, REGON 000311639, zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

1. Dyrektora Szpitala Zachodniego - p.

a

Firmą zarejestrowaną w pod Nr KRS, Nr NIP Nr Regon, zwaną w dalszej części Umowy **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:

.....

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest dostawa produktów medycznych na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu produktów medycznych częściami, w ciągu miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy, zgodnie z asortymentem określonym w załączniku Nr 1, który stanowi integralną część umowy z zastrzeżeniem postanowień ust.7 .
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy do depozytu „banku produktów medycznych/magazynu” zgodnie z otrzymaną listą określającą nazwę przedmiotu dostaw, nr katalogowy, ilość, cenę netto i brutto w terminie 48 godzin od daty otrzymania listy. „Bank produktów medycznych” powinien posiadać pełną rozmiarówkę. Zapasy „banku produktów medycznych/magazynu” są własnością Wykonawcy przez cały czas trwania umowy. Dokumentem przyjęcia do „banku produktów medycznych/magazynu” jest protokół przekazania.
4. Pracownia Elektrofizjologii sporządza na podstawie dokumentacji medycznej zestawienie wydanych do zużycia produktów medycznych dla pacjentów. Zestawienie zużytych produktów medycznych potwierdzonych przez upoważnionego pracownika zostaje przekazane Wykonawcy, tak aby mógł on wystawić fakturę do 7 dni od daty zabiegu, oraz na tej podstawie uzupełnić „bank produktów medycznych”.
5. Po zakończeniu umowy niez użyte produkty medyczne z „banku produktów medycznych/magazynu” Wykonawca odbierze protokołem zdawczo-odbiorczym.
Na koniec każdego kwartału zapas obcy „banku produktów medycznych/magazynu” będzie zinwentaryzowany przez Wykonawcę. Inwentaryzacja będzie przeprowadzana wspólnie z upoważnionym pracownikiem Pracowni Elektrofizjologii. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do inwentaryzacji w terminie do dnia 15 następnego miesiąca, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego przeprowadzenia inwentaryzacji, której wynik będzie wiążący dla Stron umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji umowy w przypadku gdy wartość brutto nie zostanie wykorzystana w trakcie obowiązywania umowy, co wymaga potwierdzenia stosownym aneksem .

7. Ilości określone w załączniku nr 1 mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiana ilości nie wymaga aneksowania umowy ze względu na wartościowe rozliczenie umowy .
8. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia kwoty z jednego pakietu do wykorzystania w innym pakiecie w ramach wartości umowy bez konieczności aneksowania umowy.

§ 2.

1. Wartość brutto przedmiotu umowy obliczona na podstawie cen jednostkowych dla poszczególnego asortymentu, podanych w załączniku nr. 1, o którym mowa w § 1, wynosi zł (słownie :).
2. Podana wartość brutto zawiera : wartość towaru, podatek VAT, koszty transportu i ubezpieczenia do Zamawiającego.
3. Wykonawcy należy się tylko wynagrodzenie za dostawy zrealizowane i zużyte do zabiegów.
4. W przypadku zapłacenia przez Zamawiającego podatku VAT wynikłego z faktu, iż Wykonawca nie poinformował Zamawiającego, iż obowiązek podatkowy go nie dotyczy, Wykonawca zwróci równowartość zapłaconej kwoty podatku Zamawiającemu.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawianą część dostawy wraz z protokołem przekazania do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia jednostkowego . Dostawa musi być dokonana jednorazowo zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie może być dzielona.
2. Niedostarczenie protokołu przekazania wraz z towarem lub podzielenie zamówionej części dostawy spowoduje zwrot towaru na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji uważa się, że dostawa tej części nie została zrealizowana.
3. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku do umowy.
4. Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT.
5. W okresie obowiązywania umowy cena netto nie ulegnie zmianie z zastrzeżeniem pkt 6. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych przez Wykonawcę (ceny niższe niż określone w niniejszej umowie).
7. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

§ 4.

1. Zamawiający upoważnia.....do odbioru przedmiotu umowy i podpisywania dokumentów dostawy.
2. Wykonawca ustanawia.....jako osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy.

§ 5.

1. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim (dowód wydania, faktura) i sygnowane numerami umowy. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia, potwierdzone przez tłumacza .
2. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia potwierdzonego przez tłumacza , będą zwracane Wykonawcy w dniu ich otrzymania przez Zamawiającego łącznie z dostawą, której dotyczą. W takiej sytuacji uważa się, że zamówiona część dostawy nie została zrealizowana.
3. Wykonawca będzie poinformowany o zwrocie dokumentów pisemnie lub faksem.

§ 6.

1. Płatność dokonywana będzie w zł w terminie ... dni od daty otrzymania faktury za zużyte produkty medyczne i dostarczone do magazynu, na konto bankowe Wykonawcy.
2. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

§ 7.

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad i o maksymalnym terminie ważności (nie krótszym niż ... miesięcy od daty dostawy).
1. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy Zamawiający sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za reklamowany towar.

§ 8.

Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego towaru co do :

- a) nazwy, numeru katalogowego, nazwy i adresu producenta,
- b) wielkości (sposobu konfekcjonowania) towaru.

§ 9.

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania w formie kar umownych z następujących tytułów :
 - a) w razie opóźnienia w dostawie lub w jej części lub dostarczenia niezgodnie z zamówieniem w wysokości 0,1 % wartości brutto opóźnionej/niezgodnej części dostawy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, z tym że kara nie może przekroczyć 10 % wartości brutto opóźnionej/niezgodnej części dostawy,
 - b) w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub jej części (tj. złożonego zamówienia) 10 % umownej wartości brutto niezrealizowanej części umowy,
 - c) w razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy 10% umownej wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

§ 10.

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.
2. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar lub odsetek ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy. Rezygnacja przez Zamawiającego z dochodzenia kar umownych w przypadku, gdy Wykonawcy należą się odsetki w związku z nieterminową zapłatą może nastąpić tylko wtedy, gdy Wykonawca zrezygnuje z dochodzenia odsetek za zwłokę.

§ 11.

1. Umowa została zawarta do dnia na okres miesięcy.
2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo odstąpienia od umowy z powodu trudności finansowych, w terminie 14 dni od daty ostatniego zrealizowanego zamówienia.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

cywilnego o ile przepisy ustawy - Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej oraz zapisy SIWZ i oferty przetargowej.

§ 13.

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zapisów niniejszej umowy.

§ 16.

Wykonawca nie może bez pisemnego poinformowania Zamawiającego z wyprzedzeniem 3-miesięcznym zbywać żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę.

§ 17.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA :

