



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
Health
Promoting
Hospitals & Health Services

Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 24.10.2017 r.

SPS – V.262.44.2017

Wg rozdzielnika

Dot. postępowania na świadczenie usługi w zakresie przeglądów technicznych aparatury medycznej.

(Nr sprawy SPSSZ/44/U/17)

Dotyczy pakietu nr 9

Pytanie 1: dotyczy wzoru umowy §1 ust. 11

W paragrafie 1 ust. 11 Zamawiający powołuje się na ten sam ustęp, w którym nie opisano kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub osoby wyznaczonej do przeprowadzenia przeglądu. Prosimy o wskazanie lub dopisanie właściwej części umowy, potwierdzającego wymogi opisane w części VI pkt. 4 SIWZ.

Odpowiedź : Do przeglądu zostanie dopuszczona osoba z ważnym aktualnie zezwoleniem lub certyfikatem szkoleń wystawione przez producenta na daną aparaturę.

Pytanie 2: dotyczy wzoru umowy §6 ust. 1

W paragrafie 6 ust. 1 Zamawiający powołuje się na paragraf 1 ust. 6, w którym nie wyznaczono terminu wykonania usługi. Prosimy o deklarację, że Zamawiający w zleceniu nie wskaże terminu przystąpienia do wykonania usługi krótszego niż 10 dni roboczych.

Odpowiedź : TAK.

Pytanie 3: dotyczy załącznika nr 7

Prosimy o uzupełnienie danych centrali z pozycji nr 1 i 2 (producent i/lub model).

Odpowiedź : Oddział wewnętrzny – Philips; urologia – Philips PHC.

Pytanie 4: dotyczy załącznika nr 7

Jeżeli centrala z pakietu 9 poz. 1 lub 2 pochodzi od innego producenta niż Philips, prosimy o wydzielenie jej z pakietu. Dodatkowo, prosimy o wydzielenie z pakietu nr 9 pozycji nr 7, 17-19, 25-27, 47, 48, 68-70, ponieważ urządzenia te pochodzą one od innego producenta niż pozostała część pakietu. Wydzielenie pozwoli nam na złożenie oferty przetargowej.

Odpowiedź : NIE.

Pytanie 5: dotyczy załącznika nr 7

Prosimy Zamawiającego o korektę modelu kardiomonitatorów w pakiecie 9 pozycje 53-55. Prawidłowy model to „MP60”

Odpowiedź : TAK.

Pytanie 6: dotyczy załącznika nr 7

Prosimy o informację w ilu turach będzie się odbywał przegląd techniczny central i kardiomonitorów Philips (MP). Pozwoli to uwzględnienie w ofercie rzeczywistych kosztów dojazdu.

Odpowiedź : Jedna tura.

Pytanie 7: dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku Wykonawcy, który nie przynależy do jakiegokolwiek grupy kapitałowej?

Odpowiedź : TAK.

Dotyczy pakietu nr 13, 14:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów wymienionych w SIWZ obejmuje również wymianę akumulatorów oraz pakietów serwisowych ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź : Zgodnie z zaleceniem producenta.

Dotyczy pakietu nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych ? Jeśli tak prosimy o wskazanie nazwy ich producenta, typ/model oraz rok produkcji. Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź : DATEX OHMEDA 2006 r.

Dotyczy pakietu nr 1, 12, 14:

- 1) zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 56-62 i 32-40 do odrębnych pakietów. Dokonanie takiej zmiany pozwoli na pozyskanie większej ofert wykonawców, co pozytywnie może wpłynąć na konkurencyjność postępowania oraz uzyskane ceny.

Odpowiedź : NIE.

- 2) zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 12 pozycji nr 10-17 do odrębnych pakietów. Dokonanie takiej zmiany pozwoli na pozyskanie większej ofert wykonawców, co pozytywnie może wpłynąć na konkurencyjność postępowania oraz uzyskane ceny.

Odpowiedź : NIE.

- 3) zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 14 pozycji nr 5-7 do odrębnych pakietów. Dokonanie takiej zmiany pozwoli na pozyskanie większej ofert wykonawców, co pozytywnie może wpłynąć na konkurencyjność postępowania oraz uzyskane ceny.

Odpowiedź : NIE.

Dotyczy pakietu nr 3:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd defibrylatorów wymienionych ww. pakietach uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów ? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług.

Odpowiedź : NIE.

Dotyczy pakietu nr 1, 3, 6, 9, 12, 13, 14:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy w wycenie usług w zakresie ww. pakietów należy uwzględnić wymianę elementów eksploatacyjnych / zużywalnych / części

zamiennych (np. filtry, czujniki) / zestawów serwisowych/ akumulatorów ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej jak również dla ewentualnego badania i wyjaśniania tzw. **rażąco niskiej ceny.**

Odpowiedź : Wymiana elementów zgodnie z instrukcją przeglądów producenta.

Dotyczy pakietu nr 1, 3, 6, 9, 12, 13, 14:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jaka jest dokładnie (dzień/miesiąc/rok) data ostatniego przeglądu urządzeń wymienionych ww. pakietach? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź : 2016 rok, maj – październik.

Dotyczy pakietu nr 1, 3, 6, 9, 12, 13, 14:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jaki jest rok produkcji urządzeń wymienionych ww. pakietach? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź : 2004 ÷ 2010

Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projekt umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wdrożonego w swych strukturach systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012 ? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji, systemu i standardów jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projekt umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia listy urządzeń kontrolno-pomiarowych wraz z ważnymi certyfikatami legalizacji ? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFE-PAK (pozycja nr 2, 3, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25 wg załącznika nr 7 do SIWZ)? Pozwoli to na złożenie oferty przez autoryzowany serwis urządzeń produkcji Physio-Control.

Odpowiedź : NIE.

Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK zaleca w instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego wymaganiami.

Odpowiedź : TAK, zgodnie z zapisami SIWZ.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych urządzeń LIFEPAK w jednym terminie? Jeżeli nie to jakich terminach (miesiąc) przewidziane są przeglądy defibrylatorów LIFEPAK? Informacja ta pozwoli oszacować ilość dojazdów, które mają istotny wpływ na cenę usług.

Odpowiedź : Przegląd w jednym terminie.

Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania przeglądów zgodnie z wymogiem oraz ściśle według procedur wyznaczonych przez producenta urządzeń

Wraz z wymianą wszystkich części serwisowych wskazanych przez producenta koniecznych do wymiany podczas przeglądu ?

Odpowiedź : TAK.

Prosimy o podanie daty instalacji urządzeń z pakietu nr 1 w celu określenia kosztów przeglądu odpowiednio do właściwego roku przeglądowego.

Odpowiedź : 2004 ÷ 2010

Czy kardiomonitor posiada moduły gazowe ?

Odpowiedź : TAK.

Prosimy o określenie typu monitora z pozycji:

- 52 Intensywna Kardiomonitor do aparatu do znieczuleń 5173269
- 53 Intensywna Kardiomonitor do aparatu do znieczuleń 5190494
- 54 Intensywna Kardiomonitor do aparatu do znieczuleń 6080778
- 55 Intensywna Kardiomonitor do aparatu do znieczuleń 517326

Odpowiedź : DATEX OHMEDA.

Czy posiadają moduły gazowe ?

Odpowiedź : TAK.

Dotyczy pakiet nr 1 poz. 56-62

Prosimy o wydzielenie z pakietu aparatów w poz. 56-62 ponieważ obecny kształt pakietu znacząco ogranicza konkurencyjność ofert i uniemożliwia naszej firmie złożenie oferty.

Odpowiedź : NIE.

Czy podczas przeglądu Zamawiający będzie wymagał od każdego Wykonawcy wymiany poniższych części w respiratorach CENTIVA zgodnie z wymaganiami producenta tzn. :

MA-640000 Zestaw serwisowy zaworu PEEP – 1 szt

00M102 Czujnik O2 – 1 szt

CM-525764 Filtr gazowy wejściowy – 2 szt

DO-626000 Zawór oddechu spontanicznego – 1 szt

BE-120104/BE-120093 Akumulator – 1 szt

Odpowiedź : TAK.

.....
podpis