



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II  
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of  
Health  
Promoting  
Hospitals & Health Services

Dział Zamówień Publicznych  
SPS – V.262.51.2017

Grodzisk Maz., dn. 04.12. 2017 r.

### Wg rozdzielnika

Dot. postępowania na wykonanie prac budowlanych przystosowanie pomieszczeń dla instalacji tomografu komputerowego w trybie zaprojektuj – wybuduj,  
(Nr procedury SPSSZ/48/RB/2017)

Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia powyższego postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ.

1. Czy zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania o terminy urzędowe potrzebne na uzyskanie pozwolenia na budowę lub odstępstwa?

**Odpowiedź:** Tak

2. Czy zamawiający udostępni wytyczne aparatu TK które są niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej, jeżeli nie to na jakiej podstawie wykonawca ma przygotować dokumentację projektową. (projekt osłon, projekt konstrukcji, itd.)?

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępni wytyczne aparatu TK na koniec stycznia 2018 r.

3. Czy zamawiający przewiduje wykonanie nowej wentylacji czy dostosowanie istniejącej?

**Odpowiedź:** Zamawiający przewiduje dostosowanie istniejącej wentylacji mechanicznej.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy:

- termin składania ofert – 07.12.2017 r. godz. 10.00,

- termin otwarcia ofert – 07.12.2017 r. godz.. 10.30

.....