



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
HHealth
Promoting
Hospitals & Health Services

Dział Zamówień Publicznych
SPS – V.262.68.2018

Grodzisk Maz., dn. 24.10.2018 r.

Wg rozdzielnika

Dot. postępowania na dostawę angiografu (Nr procedury SPSSZ/47/D/2018)

Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia powyższego postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przesłał treść wyjaśnień wszystkim zainteresowanym wykonawcom.

1. Dotyczy SIWZ

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Tak

2. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5, pkt 45

Czy Zamawiający zechce usunąć oczywistą pomyłkę i zmieni wymóg graniczny w pkt. 45 Załącznika nr 5 do SIWZ? Aktualny zapis uniemożliwia nam (a według naszej opinii: również innym wykonawcom) złożenie ważnej oferty. Zasady punktacji nakazują domniemywać, że intencją Zamawiającego było, aby wymóg graniczny brzmiał „ $\leq 1,0$ ”.

Odpowiedź: Tak

3. Dotyczy SIWZ, V. Termin realizacji zamówienia

Prosimy o zmianę wyznaczającą datę realizacji nie w postaci daty dziennej, ale ilości dni/tygodni od daty podpisania umowy; takie rozwiązanie zabezpiecza zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę przed trwającymi długo procedurami wyboru oferty lub też procedurami przewidzianymi PZP i daje możliwość przewidzenia terminu wykonania umowy bez konieczności jej późniejszego aneksowania z powodów niezależnych od Wykonawcy.

Taka treść brzmienia wynika również z par. 3 ust. 1 przedstawionego wzoru umowy.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ

4. Dotyczy zał. nr 3, Wykaz oferowanych okresów gwarancji , warunki gwarancji oraz szkolenie personelu obsługującego oferowane urządzenia, pkt 1, pkt 2

Prosimy o usunięcie słowa „pełna”. Zapis taki może sugerować rozszerzenie odpowiedzialności także na sytuacje, gdy brak właściwej realizacji przedmiotu umowy jest wynikiem okoliczności za które odpowiada Zamawiający lub osoba trzecia, a w których to przypadkach Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że kodeks cywilny nie zna pojęcia „pełnej” gwarancji lub „niepełnej” gwarancji, ale jedynie mówi o „gwarancji jakości”.

Odpowiedź: Tak

5. Dotyczy zał. nr 3, Wykaz oferowanych okresów gwarancji , warunki gwarancji oraz szkolenie personelu obsługującego oferowane urządzenia, pkt 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach roboczych od pon. do pt.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

6. Dotyczy zał. nr 3, Wykaz oferowanych okresów gwarancji , warunki gwarancji oraz szkolenie personelu obsługującego oferowane urządzenia, pkt 5

Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą? Dni robocze to dni pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Tak

7. Dotyczy zał. nr 3, Wykaz oferowanych okresów gwarancji , warunki gwarancji oraz szkolenie personelu obsługującego oferowane urządzenia, pkt 9

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów, jak również względy formalne (m. in. pozwolenia wydawane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

8. Dotyczy zał. nr 3, serwis pogwarancyjny, pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży — nie mniej niż przez 8 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

9. Dotyczy zał. nr 3, serwis pogwarancyjny, pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach roboczych od pon. do pt.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

10. Dotyczy zał. nr 3, serwis pogwarancyjny, pkt 2

Prosimy o potwierdzenie, że serwis pogwarancyjny jest świadczony na warunkach odrębnej umowy.

Odpowiedź: Tak

11. Dotyczy zał. nr 3, serwis pogwarancyjny, pkt 6

Czy Zamawiający akceptuje dostarczenie kodów dostępu do oprogramowania serwisowego po zakończeniu gwarancji podstawowej na urządzenie na każde życzenie Zamawiającego, ponieważ dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia medycznego są one generowane

na czas wykonywania naprawy i nie mogą być generowane „na przyszłość”? W okresie gwarancji jedynym dysponentem kodów dostępu do oprogramowania serwisowego jest podmiot świadczący gwarancję, ponieważ niewłaściwe wykorzystanie oprogramowania serwisowego stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów oraz stanu urządzenia medycznego. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest uzyskanie kodów/hasła/kluczy serwisowych lub innych zabezpieczeń sprzętowych (m.in. dongli), których uzyskanie, po podpisaniu stosownej umowy i protokołu przekazania, umożliwi Zamawiającemu dostęp wyłącznie do oprogramowania serwisowego niezbędnego z technicznego punktu widzenia w celu wykonywania montażu, instalacji, regulacji, testowania oraz serwisu/ utrzymania przedmiotowego urządzenia. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od potencjalnych podmiotów świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe podpisania z Wykonawcą stosownej umowy licencji, która przeniesie wszelkie ryzyka i odpowiedzialności wynikające ze stosowania oprogramowania serwisowego na podmiot świadczący usługi serwisowe.

Odpowiedź: Tak

12. Dotyczy zał. nr 3, serwis pogwarancyjny, pkt 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od potencjalnych podmiotów świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe podpisania z Wykonawcą stosownej umowy licencji, która przeniesie wszelkie ryzyka i odpowiedzialności wynikające ze stosowania oprogramowania serwisowego na podmiot świadczący usługi serwisowe.

Odpowiedź: Tak

13. Dotyczy zał. nr 5, wzór umowy, par 6, ust 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca gwarantuje oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny a także wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji”

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odpowiedź: Tak

14. Dotyczy zał. nr 5, wzór umowy, par 6

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania warunków gwarancji, wyrazi zgodę na dodanie ustępu 3 do w/w paragrafu w brzmieniu:

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne”.

Odpowiedź: Tak

15. Dotyczy zał. nr 5, wzór umowy, par 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu 4 do w/w paragrafu w brzmieniu: „Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju przedmiotu umowy”.

Odpowiedź: Tak

16. Dotyczy zał. nr 5, wzór umowy, par 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu 5 do w/w paragrafu w brzmieniu: „Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji”

Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści umowy o wskazany zapis.

Odpowiedź: Tak

17. Dotyczy zał. nr 5, wzór umowy, par 8, ust 3a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości i z istotnymi wadami uniemożliwiającymi prawidłową eksploatację przedmiotu umowy” Protokół odbioru winien potwierdzać wykonanie wszystkich czynności objętych przedmiotem umowy. Zamawiający może odmówić podpisania protokołów jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru będą istotne, tj. uniemożliwiające należyte korzystanie z przedmiotu umowy. W innym przypadku zamawiający podpisze protokoły, natomiast Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek wskazanych w tym protokole.

Odpowiedź: Tak

.....