



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
HHealth
Promoting
Hospitals & Health Services



Grodzisk Mazowiecki; 05.02.2018

Dział Zamówień Publicznych

SPS – V.262.7.2018

Dot. postępowania na dostawę sprzętu jednorazowego do zabiegów hemodializ oraz do zabiegów nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu .

(Nr sprawy SPSSZ/ 3 /D/18)

Pakiet 5 ilość pozycji 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone prowadnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź : Zgodnie z opisem SIWZ.

Pakiet 5 CEWNIKI CZASOWE DO HEMODIALIZY, ilość pozycji 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik trójświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika

podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź : Zgodnie z opisem SIWZ.

Pakiet 6 CEWNIKI PERMANENTNE, ilość pozycji 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 24cm (długość od mufy- 19cm), 28cm (długość od mufy- 23cm), 32cm (długość od mufy- 27cm), 40cm (długość od mufy- 35cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętnicznymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcijnymi, usztywniaczem.

Odpowiedź : Zgodnie z opisem SIWZ.

Pakiet 8 zestawy do ciągłej hemofiltracji, ilość pozycji 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętnicznymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 6 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź : NIE.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z Pakietu nr 8 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź : NIE.

Pytanie 1: dotyczy pakietu nr VI

Czy zamawiający wydzieli z pakietu nr VI pozycję nr 2 do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności niniejszego postępowania przetargowego?

Odpowiedź : NIE.

Pytanie 2: dotyczy pakietu nr VI pozycja 1

Czy zamawiający dopuści cewnik zakładany metodą Seldingera?

Odpowiedź : Zgodnie z opisem SIWZ.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycji Lp2 wymaga oferowania dializatorów niskoprzepływowych, sterylizowanych parą wodną, o powierzchni 1,8m² i objętości wypełnienia 95ml (czyli o takiej samej powierzchni i objętości wypełnienia jak obecnie używane w Państwa stacji dializacji dializatory niskoprzepływowe o symbolu FX10), tak mała objętość wypełnienia 95ml znacznie zmniejsza ryzyko spadków ciśnienia krwi pacjenta podczas dializy, zmniejsza ryzyko wykrzepiania w dializatorze , zmniejsza stratę krwi pacjenta i zmniejsza zapotrzebowanie pacjenta na leki krwiotwórcze ?

Odpowiedź : TAK.

Jednocześnie informujemy, że w udzielonych odpowiedziach z dnia 02.02.2018 r. dotyczących pakietu 7 poz. 2 zaistniał błąd.

Pakiet nr VII. Poz. 2 Dializatory niskoprzepływowe.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory niskoprzepływowe z mikroondulowaną błoną polysulfonową sterylizowane parą wodną podobnie jak Zamawiający wymaga w Poz. nr 1. mikroondulowanej błony polysulfonowej o powierzchni 1,8m², spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

Odpowiedź prawidłowa : Zgodnie z opisem SIWZ.

.....