SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

CERTYFIKAT 2015/52

TÜV NORD Polska
PN-EN ISO 9001
PN-EN ISO 14001
PN-N-18001

International Network of
Health
Promoting
Hospitals & Health Services

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki; 15.10.2018 r.

SPS – V. 262.63.2018

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stentgraftów aortalnych brzusznych oraz do aorty piersiowej do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/42/D/18).

Zamawiający informuje, że zostają dopuszczone stentgrafty aortalne brzuszne oraz do aorty piersiowej z następującym opisem :

Stentgraft do aorty brzusznej i piersiowej z systemem koszulowym i z kompletnym zestawem do implantacji: Stentgraft aorty brzusznej uniwersalny (wieloczęściowy) posiadający pokrycie z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany na bazie Z-stentu stalowego i nitynolowego (do wyboru przez operatora) dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężenia przy dużej wytrzymałości radialnej. Stentgraft segmentalny składający się z trzech części: body – główna część graftu, nogawek: kontralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralną – przedłużającej dłuższą nogawkę; posiadający fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka. Dostarczony w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 16/18-22F (body) i 12/16F (nogawki). Introducer wyposażony w cięgna pozwalający na bezpieczne i precyzyjne lądowanie w zaplanowanych miejscach, w dilatator i koszulkę naczyniową będącą integralną częścią zestawu. Zakresy średnic: body – 22-36mm / 22-36mm, nogawki 9 do 24mm, przy długościach: 42 do 125mm / 39 do 122 mm. Nogawki dostępne w wersji spiralnej. Na specjalne zamowienie (produkowane na zamówienie dla danego pacjenta) nogawki o sr. 28mm w dł. 56, 74, 90cm. System może być dostarczany w wersji trzyczęściowej i dwuczęściowej, lub jednoczęściowej z okluderem (wersja uni-iliac). Ze stentgraftem dostarczany zestaw startowy ESSK-3, prowadnik hydrofilny
MOZLIWOŚĆ ZAMIANY NA STENTGRAFT PIERSIOWY
Stentgraft do aorty piersiowej jedno lub wieloczęściowy z systemem koszulowym i z kompletnym zestawem do implantacji: Stentgraft aorty piersiowej jedno lub wieloczęściowy posiadający pokrycie z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany na bazie stalowego/nitynolowego(do wyboru przez operatora) Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężenia przy dużej wytrzymałości radialnej, posiadający kolce na proksymalnej części uszczelnienia oraz freeflow z kolcami na części dystalnej. Część proksymalna dostępna w opcji bez kolców. Dostępne wymiary: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mm średnicy, i długościach: 115-216mm dla części proksymalnej i 136-198mm dla części dystalnej. Możliwość zastosowania części temperowanych i podwójnie temperowanych oraz możliwość dostarczenia dystalnej części w postaci segmentowego stentu stalowego bez pokrycia. Wersja nitynolowa z freeflow w części proksymalnej i dystalnej. Dostępne wymiary średnicy 18-46mm; długości 105-233mm części

proksymalnych, możliwość zastosowania części temperowanych; Ze stentgraftem dostarczany zestaw startowy ESSK-T

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postepowania :
Termin składania ofert : 24.10.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : 24.10.2018 godz. 10:30

……..
Podpis