

Grodzisk Mazowiecki, dn. 05.11.2019 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni

im. Św. Jana Pawła II

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. Daleka 11

tel. 0-22 755-91-15; fax. 0-22 755-91-10

Adres strony internetowej: www.szpitalzachodni.pl

Nr procedury: SPSSZ/53/D/2019

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

DOTYCZY:

**DOSTAWA APARATU DO DIAGNOSTYKI
ULTRASONOGRAFICZNEJ NACZYŃ DOMÓZGOWYCH TYPU
DUPLEX**

ZATWIERDZAM:

Niniejsza specyfikacja zawiera 37 stron ponumerowanych.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na dostawę aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń domózgowych typu Duplex dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

Nr procedury SPSSZ/53/D/2019

INFORMACJE OGÓLNE

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Do oferty należy dołączyć wypełnione oświadczenia.
4. Wszystkie kartki oferty muszą być ponumerowane i zaparafowana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.
6. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii.
8. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.
9. Wykonawca oznaczy klauzulą „TAJNE” te elementy oferty, które zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
11. Dokumenty urzędowe sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
12. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich (PLN). Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
13. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego, podany na wstępie oraz z oznaczeniem :

**oferta na dostawę aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń domózgowych typu Duplex
nie otwierać przed 13.11.2019 r. godz. 10.30**

14. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w pkt. 13, z dopiskiem „Zmiana oferty”.
15. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
16. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **05.11.2019** r. pod nr 618843-N-2019 oraz na stronie internetowej www.szpitalzachodni.pl
17. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera 37 stron ponumerowanych .
18. **Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Daleka 11.

1. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Kosuń, kontakt: iod@szpitalzachodni.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 zwanej dalej w treści „Ustawą”).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 1. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 2. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 3. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

CZEŚĆ OGÓLNA

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm. zwanej dalej w treści „Ustawą”

I. ZAMAWIAJACY:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, prowadzi politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań PN – N 18001 : 2004; PN – EN ISO 14001 : 2005, PN – EN ISO 9001 : 2009 zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego z zastosowaniem art. 24aa**, na dostawę aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń domózgowych typu Duplex

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest **dostawa aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń domózgowych typu Duplex** w ramach realizacji zadania Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 pn. *Wyposażenie/ doposażenie w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń domózgowych typu Duplex oddziałów udarowych/ neurologicznych.*

Uwaga! W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek produkt poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych produktów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w siwz. Wszelkie normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycje Zamawiającego, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w siwz i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”

2. Przedmiot zamówienia określony jest w Wspólnym Słowniku Zamówień CPV kodem: **33.00.00.00**
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia – do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) **nie podlegają wykluczeniu**
- 2) **Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:**
 - a) **Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;**
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 - b) **Sytuacji ekonomicznej i finansowej.**
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 - c) **Zdolności technicznej i zawodowej**
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w ust. 3 rozdział V.
4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
 - 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V. Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do złożenia ofert lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
- 2) wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz 176),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 - c) skarbowe,

- d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
- 3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt.13;
 - 4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 - 6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 - 9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 - 10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
 - 11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
 - 12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

Wykonawcy wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane w rozdziale V SIWZ warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z podmiotów występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy PZP, należy złożyć:

- a. Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ.

2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:

- a. Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ;

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także Oświadczenie wg załącznika nr 4 i 5 do SIWZ w pkt 2,

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie wg załącznika nr 4 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 6.

Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia:

3. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty, w celu potwierdzenia:

3.1 okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy:

- a) Nie dotyczy

3.2. okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy:

- a) Wypełniony załącznik Nr 7 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia)
- b) Certyfikat CE oraz wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych dla artykułów medycznych klasy IIb i III; certyfikat CE dla artykułu medycznego klasy IIa ; deklaracja zgodności producenta dla artykułu medycznego klasy I – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

c) Dokumenty wyszczególnione w warunkach gwarancji.

3.3. okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy:

- a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załącznikach nr 4 oraz 5 do SIWZ dotyczące tych podmiotów.
 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.
 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzorów na załączniku nr 4 oraz nr 5 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
 8. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
 10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3:
 - 1) lit. a - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 11. Dokument, o których mowa w pkt. 10 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 12. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
 13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). **W takiej sytuacji wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.**

VII. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dot. Specyfikacji, kierując je na piśmie.
2. Zamawiający dopuszcza składanie zapytań dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia faksem pod nr tel. 0-22 755-91-10 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: zp.sokolowska@szpitalzachodni.pl - z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
3. **Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:**

1. Hanna Sokółowska

tel: 0-22 755 91 15 fax: 0-22 755 91 10

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY - nie dotyczy

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA.

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu wyznaczonego do składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 – w kancelarii (pok. Nr 50) nie później niż do dnia **13.11.2019 r. do godz. 10.00**.
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu **13.11.2019 r.** o godzinie **10.30** w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 w budynku warsztatowym, pok. nr 3.
3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone bez otwierania.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:
Na FORMULARZU CENOWYM stanowiącym zał. Nr 2 do Instrukcji dla Wykonawcy:
Wykonawca określi ceny jednostkowe każdej pozycji.
2. Wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez pomnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek oraz doliczy podatek VAT.
3. Wykonawca zsumuje ceny brutto poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę oferty. Zamawiający wymaga, aby obliczona w ten sposób cena obejmowała wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia, t.j.
koszt transportu / dostawy/ i ubezpieczenia do Zamawiającego
koszt wszelkich załadunków i rozładunków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią
4. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy.
5. **Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.**

XII. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) **Cena brutto z VAT** - 40 %

$$K_1 = \frac{\text{cena najniższa oferowana}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 40 \text{ pkt}$$

b) **Parametry techniczne (Jakość)** - 60 %

$$K_2 = \frac{\text{ilość pkt badanej oferty}}{\text{maksymalna ilość punktów}} \times 60 \text{ pkt}$$

Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru:
Najniższa cena brutto z VAT + największa ilość punktów w kryterium parametry techniczne.
3. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
 - 3.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego

na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

3.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Nie dopuszcza się podawania ceny w walutach obcych.

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

XIV. ZASADY ZWRACANIA SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ I UDZIELANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TYCH WYJAŚNIEŃ.

- a) Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Komisji przetargowej o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Komisja przetargowa udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.
- b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

XV. ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt XII niniejszej SIWZ.
2. Komisja przetargowa poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy PZP niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 ust 1 ustawy PZP
4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy PZP.

XVI. TERMIN ZAWARCIA UMOWY.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem faksu, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a oraz pkt. 3) lit a ustawy PZP.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XVII. POZOSTAŁE INFORMACJE.


1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144.
2. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP.
3. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według zmienionej stawki.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców
 - 1.1. podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną oferentom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację,
 - 1.2. o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 1.3. o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o których mowa w pkt. 1.1. na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego (Załącznik 1 do SIWZ)
2. Wzór formularza cenowego (Załącznik 2 do SIWZ)
3. Warunki gwarancji (Załącznik Nr 3 do SIWZ)
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 4 do SIWZ)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 5 do SIWZ)
6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik 6 do SIWZ)
7. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik 7 do SIWZ)
8. Projekt umowy (Załącznik 8 do SIWZ)
9. Protokół dostawy



Pieczętka firmowa Wykonawcy

O F E R T A

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.....
.....

Numer telefonu / faxu

Adres e-mail

Numer NIP i Regon

Do: nazwa i siedziba Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, 05-800 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na **dostawę aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń domózgowych typu Duplex** dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, z dnia 05.11.2019 r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 618843-N-2019 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

1.

A. Oferuję wykonanie zamówienia

- za cenę (netto)..... zł.

- podatek VAT zł.

- cena brutto zł.

Słownie brutto:

.....złoty

wyliczoną na podstawie wypełnionego FORMULARZA CENOWEGO – zał. Nr

B. w terminie: **do 2 tygodni** od daty podpisania umowy.

C. przy warunkach płatności dni./ wymagany termin płatności minimum : **60** dni,
pożądany termin płatności **90** dni /

E. okres gwarancji - miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru (minimalny
okres gwarancji - 24 miesiące)

2. Oświadczam, że uważam się za związanym(a) niniejszą ofertą przez czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczam, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogólne i szczegółowe
warunki umowy zostały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do
zawarcia umowy na warunkach w tej umowie i mojej ofercie określonych, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczam, że oferowana dostawa jest zgodna z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz obowiązującymi przepisami.

5. Oświadczam, że dostawa będzie wykonywana zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i
zasadami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

6. Wykonawca jest **małym** */ **średnim** */ **dużym*** **przedsiębiorstwem**
**niepotrzebne wykreślić*

Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania umowy :

.....

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację zamówień :

.....

4. Wykonawca informuje, że (niepotrzebne skreślić):

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów / usług:

Wartość towaru / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to zł
netto*.

* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku
VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 i ustawy o podatku
od towarów i usług,


- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

5. Załączniki do oferty:

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)

.....
Podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

.....
Miejscowość, data



Pieczątką firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

l.p	Nazwa	Ilość	J. m.	Cena jednostk netto zł.	Cena netto zł.	VAT %	VAT zł.	Cena brutto zł.
1.	Aparat do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń domózgowych typu Duplex	1	kpl					
2.	Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie nowej aparatury oraz szkolenie pracowników	X	X	X				
Razem :								

.....
 Podpis i pieczęć upoważnionego
 Przedstawiciela Wykonawcy

Pieczęć firmowa Wykonawcy

**Wykaz oferowanych
okresów gwarancji, warunki gwarancji oraz szkolenie personelu
obsługującego oferowane urządzenia**

W zależności od rodzaju oferowanego sprzętu Wykonawca podaje odpowiednio warunki gwarancji oraz okres gwarancji dla każdego z nich według poniższego wzoru :

Nazwa urządzenia:

Producent (nazwa, kraj):

Rok produkcji:

Lp.	Czynności	Warunki graniczne	Potwierdzenie przyjęcia warunków
1.	Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji (bezpłatna wymiana uszkodzonych części zamiennych, dojazdu/przejazdy inż. serwisowych, robocizna, przeglądy itp.)	Od momentu uruchomienia – podpisania protokołu odbioru	
2.	Okres pełnej gwarancji i rękojmi	≥ 24 miesięcy	
3.	Czas reakcji „przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” (w dni robocze)	≤ 48 godziny	
4.	Możliwość przyjmowania zgłoszeń 24h na dobę, 365 dni w roku.	Tak	
5.	Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia	≤ 2 dni robocze	
6.	Liczba bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji	Podać	
7.	Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji	5 dni	
8.	Naprawy i konserwacja sprzętu w okresie gwarancji będą odbywać się w miejscu jego eksploatacji. Jeżeli zaistnieje konieczność naprawy poza siedzibą zamawiającego, Wykonawca odbierze uszkodzony element i dostarczy go do Zamawiającego po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko.	Tak	
9.	Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczającej 5 dni kalendarzowe	Tak	
10.	Warunki wymiany podzespołów – liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany podzespołu na nowe (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)	Maksymalnie 3	
11.	Paszport techniczny	Tak	
12.	Przyczyny utraty prawa do gwarancji	Podać	
13.	Instrukcja obsługi w języku polskim, oraz pełna dokumentacja techniczna dostarczona wraz ze sprzętem .	Tak	
14.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – lokalizacja (załączyć dokument potwierdzający autoryzację)	Podać	
15.	Szkolenie obsługi w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez obie strony	Tak	

SERWIS POGWARANCYJNY			
1.	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży – nie mniej niż przez 8 lat.	≥ 8 lat	
2.	Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach	Podać	
3.	Koszty obsługi serwisowej przez 8 godz. z dojazdem serwisu do Szpitala Zachodniego	Podać wartość brutto w PLN jednorazowej wizyty serwisowej	
	Jedna roboczogodzina x 8		
	Dojazd do Szpitala Zachodniego. powrót (całkowity koszt)		
	Inne koszty (hotele, diety, itp.)		
4.	Koszt przeglądu pogwarancyjnego (całkowity koszt)	Podać wartość brutto w PLN jednorazowej wizyty	
5.	Dostarczone urządzenie będzie mieć bezterminową tzw. otwartą platformę serwisową, która nie wymaga kodów i licencji serwisowych	Tak	
6.	Zamawiający ma prawo do swobodnego wyboru firmy serwisującej i dostarczającej części wymienne i eksploatacyjne	Tak	

.....
 podpis i pieczęć upoważnionego
 przedstawiciela Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawę aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń domózgowych typu Duplex** oświadczam, co następuje:

1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

a) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

b) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

3.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Numer telefonu / faxu
Adres e-mail
Numer NIP i Regon

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nr SPSSZ/25/D/2019

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: dostawę **aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń domózgowych typu Duplex** oświadczam, co następuje:

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ w Rozdziale IV .

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ w Rozdziale V polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
w następującym zakresie:

.....
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

.....
Pieczęćka firmy

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Na dostawę aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń domózgowych typu Duplex

Niniejszym oświadczam, **że należę/ nie należę** (*niepotrzebne skreślić*) do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty

l.p.	Wskazanie wykonawcy

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.....

.....

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

UWAGA!

Oświadczenie należy złożyć w **terminie 3 dni** od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**APARAT DO DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ NACZYŃ DOMÓZGOWYCH TYPU DUPLEX – 1 szt.**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Minimalne wartości wymagane	Punktacja	Parametr oferowany
1.	Aparat klasy PREMIUM przeznaczony do badań neurologicznych, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 roku, stacjonarny o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy.	TAK Podać	Bez punktacji	
2.	Waga systemu max. 100 kg	TAK Podać	Bez punktacji	
3.	Zakres częstotliwości pracy głowic min. 1 - 22 MHz	TAK Podać	Bez punktacji	
4.	Ilość rzeczywistych kanałów nadawczych TX – min 192	TAK Podać	Bez punktacji	
5.	Dynamika systemu min. 340 dB	TAK Podać	≤ 340 – 0 pkt >340 – 10 pkt	
6.	Dynamiczne ogniskowanie nadawania min. 8 stref	TAK Podać	Bez punktacji	
7.	Maksymalna głębokość obrazowania - min. 43cm	TAK Podać	≤ 43 – 0 pkt >43 - 10 pkt	
8.	Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D - min. 1800 obrazów/s	TAK Podać	Bez punktacji	
9.	Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości na obrazach zamrożonych jak i na zatrzymanych – min. 30 razy	TAK Podać	> 30 razy – 15 pkt	
10.	Funkcja HD Zoom – zoom wysokiej rozdzielczości	TAK	Bez punktacji	
11.	Min.4 aktywne gniazda do podłączania głowic obrazowych	TAK Podać	Bez punktacji	
12.	Gniazda postojowe dla głowic obrazowych – min. 2 gniazda	TAK Podać	Bez punktacji	
13.	Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D+CD min. 240 obr/sek	TAK Podać	Bez punktacji	
14.	Monitor LCD z matrycą IPS, przekątna ekranu – min. 21" rozdzielczość - min. 1920 x 1080 pikseli	TAK Podać	Bez punktacji	
15.	Możliwość obracania i pochylania monitora	TAK Podać	Bez punktacji	
16.	Regulacja podnoszenia i obniżania konsoli wraz z monitorem min. 20 cm	TAK Podać	Bez punktacji	
17.	Regulacja obrotu konsoli na boki (pravo-lewo). Obracanie panelu sterowania o 180°	TAK	Bez punktacji	
18.	Aparat wyposażony w uchwyty na głowice po obu stronach konsoli/panelu. Możliwość regulacji położenia uchwytów.	TAK	Bez punktacji	
19.	Wbudowana klawiatura alfanumeryczna umieszczona na konsoli operatora.	TAK	Bez punktacji	
20.	Ekran dotykowy min 8,5 cala z przyciskami funkcyjnymi.	TAK Podać	Bez punktacji	
21.	Możliwość złożenia i rozłożenia ekranu dotykowego na czas transportu	TAK/NIE	TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt	
Tryby obrazowania:				
22.	B-mode	TAK	Bez punktacji	
23.	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie)	TAK	Bez punktacji	

24.	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaferowanych głowicach	TAK	Bez punktacji	
25.	Dynamiczne obrazowanie harmoniczne wysokiej rozdzielczości (inne niż wyszczególnione wyżej) służące do poprawy rozdzielczości i kontrastu.	TAK	Bez punktacji	
26.	Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D) z HPRF: 1) automatyczna optymalizacja spektrum – ustawienie wzmocnienia, przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali jednym przyciskiem 2) szybkie wybieranie kąta: +60°,0°,-60° jednym przyciskiem 3) zakres regulacji korekcji kąta bramki Dopplerowskiej w zakresie ±89° 4) wielkość bramki Dopplerowskiej min. 0,5 - 24 mm 5) regulacja uchyłności bramki Dopplerowskiej min. ±30° 6) wybieralne częstotliwości pracy PW-D min 2-16 MHz 7) pakiet obliczeń automatycznych dla PW-D (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym oraz zamrożonym)	TAK Podać	Bez punktacji	
27.	Doppler kolorowy: 1) regulacja uchyłności pola Dopplera Kolorowego min. ±30° 2) wybierane częstotliwości Dopplera Kolorowego min. 2-16 MHz 3) regulacja ilości map kolorów, min. 16 4) możliwość odbicia lustrzanego ugięcia bramki Dopplerowskiej na obrazie w czasie rzeczywistym za pomocą jednego przycisku 5) możliwość równoczesnego (symultanicznego) wyświetlania obrazu 2D i 2D z kolorem w trybie „Live”	TAK Podać	Bez punktacji	
28.	Możliwość zmiany trybu Dopplera Kolorowego na B-mode na zatrzymanym obrazie za pomocą jednego przycisku	TAK	Bez punktacji	
29.	Funkcja wysokiej rozdzielczości (HD) w trybie Dopplera Kolorowego	TAK	Bez punktacji	
30.	Power Doppler	TAK	Bez punktacji	
31.	Tryb angiologiczny kierunkowy (Power Doppler Kierunkowy) z możliwością zmian map kolorów	TAK	Bez punktacji	
32.	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów w trybie 2D oraz w trybie kolorowego Dopplera	TAK Podać	Bez punktacji	
33.	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Doppler Kolorowy o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji przepływów w małych naczyniach	TAK Podać	Bez punktacji	
34.	Obrazowanie naczyń narządów mięszszowych (tarczyca, nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikro naczyniach pozwalające na obrazowanie bez artefaktów ruchowych. Możliwość zmian map kolorów min. 4.	TAK Podać	Bez punktacji	
35.	Tryb Duplex (2D + PWD)	TAK Podać	Bez punktacji	
36.	Tryb Triplex (2D + PWD+CD)	TAK Podać	Bez punktacji	
	Głowice			

37.	Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów Częstotliwość pracy min. 5 - 15 MHz Ilość elementów min. 192 Szerokość pola obrazowania: min. 45 mm (przy wyłączonej opcji obrazowania trapezowego) Wybieralne częstotliwości pracy w trybie: <ul style="list-style-type: none"> • B-mode - min. 4 częstotliwości • Obrazowanie harmoniczne – min. 4 częstotliwości • Doppler kolorowy – min. 4 częstotliwości 	TAK Podać	Bez punktacji	
38.	Głowica typu „phase array” do badań kardiologicznych wykonaną w technologii Single Cristal Częstotliwość pracy: 1 - 6 MHz ± 1 MHz Kąt skanowania: min. 85° Wybieralne częstotliwości pracy w trybie: <ul style="list-style-type: none"> • B-mode - min. 3 częstotliwości • Obrazowanie harmoniczne – min.3 częstotliwości • Doppler kolorowy – min. 3 częstotliwości 	TAK Podać	Bez punktacji	
Oprogramowanie i archiwizacja				
39.	Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań : <ul style="list-style-type: none"> • przezklatkowych pediatrycznych, • małych narządów, • jamy brzusznej, • tarczycy, • układu mięśniowo szkieletowego, • badań naczyniowych, 	TAK Podać	Bez punktacji	
40.	Obrazowanie trapezowe na wszystkich głowicach liniowych	TAK Podać	Bez punktacji	
41.	Obrazowanie rombowe na głowicy liniowej	TAK Podać	Bez punktacji	
42.	Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szумы i cienie obrazu	TAK Podać	Bez punktacji	
43.	Obrazowanie metodą skrzyżowanych ultradźwięków (np. typu SonoCT, CrossBeam, Compound Imaging)	TAK Podać	Bez punktacji	
44.	Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 5 000 obrazów	TAK Podać	Bez punktacji	
45.	Archiwizacji sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania)	TAK Podać	Bez punktacji	
46.	Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów	TAK Podać	Bez punktacji	
47.	System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min: JPEG, TIFF, BMP	TAK Podać	Bez punktacji	
48.	System archiwizacji z możliwością zapisu w formacie PNG	TAK/ NIE	TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt	
49.	Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (min. worklist, send, print, raporty strukturalne.)	TAK Podać	Bez punktacji	
50.	Możliwość eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD	TAK Podać	Bez punktacji	
51.	Napęd DVD wbudowany w aparat	TAK Podać	Bez punktacji	
52.	Porty USB 2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) –min. 4 porty USB	TAK Podać	4 porty USB – 0 pkt > 4 porty USB - 5 pkt	

53.	Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB	TAK Podać	Bez punktacji	
54.	Możliwość załączenia obrazów do raportu	TAK Podać	Bez punktacji	
55.	Możliwość wydrukowania raportu z badań bezpośrednio z aparatu	TAK Podać	Bez punktacji	
56.	Możliwość eksportu badania na zewnętrzną stację roboczą pracującą na danych przetransformowanych z układu surowych danych RAW DATA.	TAK Podać	Bez punktacji	
57.	Oprogramowanie na zewnętrzny komputer umożliwiające obróbkę analizę (pomiar, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie USG i wyeksportowanych w formacie RAW DATA	TAK Podać	Bez punktacji	
58.	Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic min. 400 presetów	TAK Podać	Bez punktacji	
INNE				
59.	Videoprinter czarno-biały	TAK Podać	Bez punktacji	
Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert				
60.	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową Częstotliwość pracy min. 10 - 22 MHz Szerokość pola obrazowego: min. 12 mm Wybieralne częstotliwości pracy w trybie: <ul style="list-style-type: none"> • B-mode - min. 4 częstotliwości • Obrazowanie harmoniczne – min. 4 częstotliwości • Doppler kolorowy – min. 4 częstotliwości 	TAK Podać	Bez punktacji	
61.	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową typu „Hokeyj” Zakres pracy głowicy - min. 6-18 MHz Szerokość pola obrazowego: min. 28 mm Wybieralne częstotliwości pracy w trybie: <ul style="list-style-type: none"> • B-mode - min. 4 częstotliwości • Obrazowanie harmoniczne – min. 4 częstotliwości • Doppler kolorowy – min. 4 częstotliwości 	TAK Podać	Bez punktacji	
62.	Możliwość rozbudowy o głowicę convex z centralnym kanałem biopsyjnym do badań brzusznych, ogólnodiagnostycznych Częstotliwość pracy min. 1 - 8 MHz Wybieralne częstotliwości pracy w trybie: <ul style="list-style-type: none"> • B-mode - min. 5 częstotliwości • Obrazowanie harmoniczne – min. 5 częstotliwości • Doppler kolorowy – min. 5 częstotliwości Możliwość wykonywania biopsji pod kątami min.: 0°, 5°, 15°	TAK Podać	Bez punktacji	
63.	Głowica convex do badań ogólnodiagnostycznych, wykonana w technologii Single Cristal Częstotliwość pracy min. 1 - 7 MHz Ilość elementów min. 192 Kąt skanowania: min. 100° Wybieralne częstotliwości pracy w trybie: <ul style="list-style-type: none"> • B-mode - min. 5 częstotliwości • Obrazowanie harmoniczne – min. 5 częstotliwości • Doppler kolorowy – min. 5 	TAK Podać	Bez punktacji	

	częstotliwości			
64.	Możliwość rozbudowy o moduł automatycznego obliczania objętość lewej komory (w skurczu i rozkurczu) oraz ocenę czynności skurczowej LV frakcją wyrzutową. Automatyczna segmentacja LV.	TAK Podać	Bez punktacji	
65.	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzną stację roboczą, które wykorzystując obrazy 2D (wykonane w trzech projekcjach) uzyskane na aparacie pozwoli na stworzenie objętościowego modelu lewej komory (LV). Bez użycia głowicy wolumetrycznej. - globalna i regionalne krzywe objętości - automatyczne wyliczenie parametrów: EDV, ESV, SV, i EF - wyświetlenie parametrów Strain Rate	TAK Podać	Bez punktacji	
66.	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do elastografii obejmujące: 1) Obliczanie i wyświetlanie sztywności względnej tkanki w czasie rzeczywistym. 2) Jednoczesne obrazowanie elastogramu i prezentacji B-mode w czasie rzeczywistym 3) Mapowanie elastogramu w skali szarości i kolorze 4) Możliwość wykonania obliczeń odległości i powierzchni 5) Możliwość obliczenia i wyświetlenia sztywności względnej tkanki w postaci liczbowej 6) Pakiet obliczeniowy umożliwiający pomiar stosunku sztywności zróżnicowanych struktur tkanki 7) Histogramy	TAK Podać	Bez punktacji	
67.	Funkcja elastografii (Shear Wave) do oceny stopnia zwłóknienia wątroby dostępna na głowicy convex oraz liniowej. Możliwość uzyskania w raporcie do 10 wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s	TAK Podać	Bez punktacji	
68.	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do fuzji obrazów, umożliwiające łączenie i porównywanie zdjęć USG danego pacjenta z badaniami MR/TK/PET Oprogramowanie dostępne na głowicach: liniowych, convex, „phase array”	TAK Podać	Bez punktacji	
69.	Możliwość rozbudowy o fuzję obrazu z wykorzystaniem wirtualnej biopsji z funkcją tracking oraz o fuzję obrazu z wykorzystaniem panoramicznego 3D	TAK Podać	Bez punktacji	
70.	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań kontrastowych przy użyciu niskiego i wysokiego indeksu mechanicznego. Możliwość wizualizacji w trybie B + B z kontrastem. Możliwość włączenia czasomierza podczas wykonywania badania.	TAK Podać	Bez punktacji	
71.	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do oceny stanu sztywności tętnic (pomiar, raport). Analiza właściwości ścian naczyń krwionośnych. Pomiar miejscowej podatności (sztywności) tętnic z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF).	TAK Podać	Bez punktacji	
72.	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru Intima Media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru. Prezentacja uzyskanych wyników w formie graficznej z odniesieniem do linii trendu obecnie obowiązujących norm.	TAK Podać	Bez punktacji	

73.	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie panoramiczne w trybie B-Mode oraz Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym z możliwością wykonania pomiarów min. odległości, pola powierzchni oraz objętości (z trzech pomiarów), dostępne na głowicach liniowych i convex .	TAK Podać	Bez punktacji	
Szkolenia				
74.	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji	TAK	Bez punktacji	
Gwarancja				
75.	Okres gwarancji na całość systemu – min. 24 miesiące	TAK Podać	Bez punktacji	
76.	Oferent musi załączyć kserokopie dokumentu potwierdzającego autoryzację producenta na prowadzenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski	TAK	Bez punktacji	

.....
podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 8

Ogólne i szczegółowe warunki umowy

Zamawiający załącza projekt umowy określającej warunki, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

UMOWA

zawarta w dniu2019 roku w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Dalekiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS 0000055047, oznaczony numerami NIP 529-10-04-702, REGON 000311639, zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

1. Dyrektora Szpitala Zachodniego - p.
a
Firmą zarejestrowaną
w pod Nr KRS, Nr NIP Nr Regon, zwaną w
dalszej części Umowy **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:
1.

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia medycznego odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (j.t. Dz.U. 2017 poz. 211 z późn.zm.) w ramach postępowania na

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z:
 - a) warunkami określonymi w niniejszej umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 - b) wymogami wynikającymi z przepisów prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia przedmiotu dostawy we wskazanym przez Zamawiającego miejscu;
 - b) dostarczenia Zamawiającemu wraz z przedmiotem dostawy szczegółowej instrukcji obsługi przedmiotu dostawy sporządzonej w języku polskim w formie pisemnej;
 - c) dostarczenia wraz ze sprzętem deklaracji zgodności oraz wpisu do rejestru wyrobów medycznych sporządzonych w języku polskim w formie pisemnej.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie **do** **dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu dostawy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
4. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 w dniu dostawy, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w języku polskim:
 - a) wskazanych przez Zamawiającego pracowników personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia,
 - b) pracowników technicznych w zakresie oceny stanu technicznego, przeprowadzenia testów funkcjonalnych i bezpieczeństwa, przeglądów, kalibracji urządzenia i jego konserwacji realizowanych po upływie okresu gwarancji.
5. Do dostarczonego przedmiotu dostawy Wykonawca dołączy specyfikację dostawy/wykaz.
6. Dostawa nastąpi bezpośrednio do Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 – 14:00 do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia.
7. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem o dostawie na numer telefonu
8. Należyte wykonanie dostawy urządzenia wraz z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 2b, instalacja i uruchomienie urządzenia oraz przeprowadzenie szkolenia zgodnie z § 2 ust. 4 potwierdzone będzie w protokole odbioru podpisanym przez Strony.

§ 3

1. Za należyte zrealizowanie całej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazane w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera cenę za dostarczony towar oraz wszystkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego, a w szczególności koszty transportu, cło, podatek VAT i ubezpieczenie.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie całej umowy nie może przekroczyć kwoty:
brutto zł
(słownie:)
w tym:
netto zł
(słownie:)
VAT % co wynosi zł
(słownie:)

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej i wystawionej zgodnie z umową faktury VAT. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru, potwierdzający należyte wykonanie całego zakresu będącego przedmiotem umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać na fakturze numer niniejszej umowy.
6. Zamawiający upoważnia do odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru.

§ 4

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenie jest wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Wykonawca **udziela gwarancji jakości** na urządzenie na okres **miesiące**. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania Strony protokołu odbioru.
3. Warunki gwarancji w zakresie nieuregulowanym w umowie, określone są w dokumencie gwarancji wydanym Zamawiającemu w dniu odbioru. Warunki gwarancji określone w dokumencie gwarancyjnym nie mogą być sprzeczne z warunkami określonymi w umowie.
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania ujawnionych wad i awarii w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zgłoszeniu wady. W razie nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej, mającej autoryzację producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca w ramach gwarancji na własny koszt będzie naprawiał urządzenie lub wymieniał jego elementy, podzespoły i zespoły, które uległy uszkodzeniu. Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego z tego tytułu żadnymi kosztami. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wyłącznie z winy Zamawiającego.
6. Przesłanie zgłoszenia o wadzie lub awarii faksem na numer..... lub mailem na adres będzie jednoznaczne ze złożeniem zgłoszenia przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu, numeru faksu lub maila. Jeżeli Wykonawca zmieni nr faksu, adres lub mail i nie powiadomi o tym zdarzeniu Zamawiającego, to uważa się, że zgłoszenie jest skutecznie złożone pod ostatnio znanym Zamawiającemu adresem, numerem faksu lub mailem.
8. Serwis, naprawy, konserwacje i przeglądy w okresie gwarancji będą wykonywane zawsze przy użyciu narzędzi i aparatury Wykonawcy i na koszt Wykonawcy.
9. Wykonawca wykonuje czynności, o których mowa w ust. 8 w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności wykonania tych czynności poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego zobowiązany jest na własny koszt odebrać urządzenie od Zamawiającego a po wykonaniu koniecznych czynności dostarczyć urządzenie do siedziby Zamawiającego. Koszt i ryzyko transportu urządzenia w tym utrata i uszkodzenie urządzenia obciąża Wykonawcę od chwili odbioru urządzenia od Zamawiającego do podpisania przez Stronę protokołu odbioru w chwili zwrotu urządzenia Zamawiającemu.
10. W przypadku gdy naprawa gwarancyjna będzie trwała dłużej niż 5 dni kalendarzowych, od momentu złożenia zgłoszenia, Wykonawca na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze lub jego element, zespół, podzespół zastępczy objęty zgłoszeniem o parametrach zgodnych z parametrami określonymi w załączniku nr 7 do SIWZ.
11. Wszystkie naprawy przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas przestoju, liczony od dnia zgłoszenia usterki lub awarii, do dnia przekazania sprawnego urządzenia lub elementu, zespołu, podzespołu urządzenia Zamawiającemu.
12. W przypadku 3- krotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu w okresie objętym gwarancją Zamawiający ma prawo zażądać wymiany elementu/podzespołu na fabrycznie nowy lub wymiany całego urządzenia na nowe. Nowy element / podzespół lub urządzenie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i zainstaluje na warunkach określonych w niniejszej umowie, nie później niż w ciągu 15 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania żądania wymiany z zastrzeżeniem wykonania obowiązku określonego w ust.10.

13. Nowy element / podzespół dostarczony Zamawiającemu musi odpowiadać warunkom i parametrom opisanym w SIWZ. Dla nowego elementu / podzespołu gwarancja, o której mowa w ust. 2, biegnie od daty jego odbioru.
14. Gwarancją nie są objęte:
 - a) uszkodzenia i wady dostarczanego urządzenia wynikłe na skutek:
 - eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
 - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
 - b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)
15. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu odpłatny serwis pogwarancyjny urządzenia w okresie jego użytkowania przez Zamawiającego, jednak nie krócej niż przez okres 3 lat, licząc od upływu terminu gwarancji (nazwa i adres serwisu:)
16. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych i podzespołów, w tym zapewnić możliwość zakupu części zamiennych i podzespołów przez Zamawiającego w okresie min. 8 lat od dnia upływu okresu gwarancji.

§ 5

1. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
2. Jeżeli dostarczone rzeczy stanowiące przedmiot dostawy mają wady Zamawiający może – według swego wyboru – odstąpić od umowy w całości lub części albo żądać obniżenia ceny, albo żądać wymiany rzeczy na wolne od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z tym, że nie może wykonać prawa odstąpienia, jeśli Wykonawca w terminie 3 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad, z zastrzeżeniem ust.6.
3. Strony ustalają, iż w wypadku ujawnienia wad fizycznych w przedmiocie dostawy Zamawiający w terminie do 7 dni od ujawnienia wad pisemnie zgłosi Wykonawcy istnienie wad z wyszczególnieniem ilości wadliwych rzeczy i opisu wad.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wad dostarczonych rzeczy, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia co do części umowy od której odstąpiono.
5. Obniżenie ceny, o którym mowa w ust.2, następuje w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnych od wad pozostaje do ich wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
6. Jeżeli dostarczone rzeczy mają wady tego rodzaju, że ich użycie może narazić na niebezpieczeństwo życia lub zdrowie ludzi Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.
7. Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia okoliczności uzasadniających odstąpienie.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 umowy w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 2 lub ust. 6, albo z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym.
2. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia w dostawie lub zainstalowaniu lub uruchomieniu urządzenia, a także za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 4, § 4 ust. 10, § 4 ust 12.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z § 2 ust. 4.

4. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia w przypadku nie dostarczenia w terminie wskazanym, zgodnie z § 5 ust.2 rzeczy wolnych od wad. Kara umowna naliczana będzie do dnia odstąpienia Zamawiającego od umowy lub do dnia dostarczenia rzeczy wolnych od wad.
5. Zamawiający ma prawo potrącić naliczoną karę umowną z jakimikolwiek należnościami przypadającymi Wykonawcy.
6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych.

§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy.

§ 8

1. Strony ustalają, że wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad wynikających z niniejszej umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są dopuszczalne jedynie gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
 - 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 - c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 - 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
- 4) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
 - a) na podstawie postanowień umownych przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o których mowa w pkt 1),
 - b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 6;

6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie..

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2) i 3) oraz pkt 4) lit. b), nie można wprowadzać kolejnych zmian umowy jeśli miałyby to prowadzić lub prowadziłyby to do uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1), 3) i 6), zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.

6. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 3 pkt 4).

7. W związku z faktem, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono możliwość istotnych zmian umowy dopuszcza się, z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 – 6., następujące zmiany postanowień umowy:

1) zmiana wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy możliwa jest w przypadku gdy zaistnieje przynajmniej jedna z poniższych okoliczności:

I. Nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa powodująca zmianę stawki podatku lub zmian wysokości innych należności administracyjno–prawnych (np.: podatek VAT, cło, akcyza) i zmiana taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w takim przypadku Strony podejmą negocjacje dotyczące nowej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tym jednak zastrzeżeniem, że jeśli nic innego nie będzie wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa to zmiana powodująca wzrost kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego punktu możliwa będzie jedynie do wysokości 2% wartości całkowitej brutto umowy,

II. Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąca stratą, czego nie dało się przewidzieć przy zawarciu umowy (np. znaczącej (tj. powyżej 10% od kursu z chwili zawarcia umowy) zmiany kursu waluty mającej wpływ na koszty realizacji zamówienia), – w takim przypadku Strony podejmą negocjacje dotyczące nowej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tym jednak zastrzeżeniem, że jeśli nic innego nie będzie wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa to zmiana powodująca wzrost kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego punktu możliwa będzie jedynie do wysokości 2% wartości całkowitej brutto umowy;

- 2) zmiana sposobu i/lub terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku, gdy konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy lub gdy wprowadzenie takiej zmiany jest korzystne dla Zamawiającego. Przez zmianę korzystną dla Zamawiającego rozumie się zmianę polegającą na określeniu sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, który będzie pociągał za sobą mniejsze koszty dla Zamawiającego i/lub wydłużeniu terminu płatności – w takim przypadku Zamawiający zwróci się z pisemnym wnioskiem do Wykonawcy o wprowadzenie konkretnej zmiany do umowy przedstawiając jednocześnie propozycję aneksu do umowy, a Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania wniosku zaakceptuje zmianę lub pisemnie przedstawi powody odmowy zaakceptowania proponowanej zmiany;
- 3) Zmiana przedmiotu dostawy jest dopuszczalna w przypadku gdy zmiana taka nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
 - a) Zakończenie produkcji lub wycofanie z rynku przedmiotu dostawy - w takim przypadku dopuszcza się zmianę na nowy przedmiot dostawy pod następującymi warunkami:
 - nowy przedmiot dostawy będzie miał takie same lub lepsze parametry w porównaniu z określonymi w SIWZ oraz
 - cena nowego przedmiotu dostawy nie będzie wyższa od podanej w ofercie Wykonawcy.Aby wprowadzić taką zmianę umowy Wykonawca musi stosownymi dokumentami udowodnić Zamawiającemu zaistnienie wszystkich powyżej określonych warunków oraz zakończenia produkcji lub wycofania z rynku przedmiotu dostawy.
 - b) Braku na rynku przedmiotu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - w takim przypadku dopuszcza się zmianę na inny, nowy przedmiot dostawy o innej nazwie handlowej pod warunkiem, że nowy przedmiot dostawy posiada identyczne lub lepsze parametry.

Aby wprowadzić taką zmianę umowy Wykonawca musi stosownymi dokumentami udowodnić Zamawiającemu zaistnienie wszystkich powyżej określonych warunków oraz brak na rynku przedmiotu dostawy.
 - c) Zmiany ceny z korzyścią dla Zamawiającego (cena niższa).

§ 9

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie jakichkolwiek obowiązków lub praw (w tym wierzytelności) wynikających z niniejszej umowy.
2. Jakakolwiek czynność prawna powodująca zmianę wierzyciela z Wykonawcy na inny podmiot wymaga również uprzedniej pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wzmiankę o zakazie cesji na każdej fakturze lub rachunku wystawionych na podstawie niniejszej umowy.

§ 10

Wszelkie spory jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 11

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferty przetargowej.

§ 12

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- a) administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę wskazanych w niniejszej umowie oraz osób wskazanych w niniejszej umowie do realizacji/kontaktu jest ...,
 - b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora -
 - c) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 - d) odbiorcami danych osobowych będą Podmioty, którymi Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - e) dane osobowe przechowywane będą nie krócej niż 6 lat od daty zawarcia umowy do czasu wydania zgody na brakowanie dokumentacji postępowania przez Archiwum Państwowe.
 - f) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 - g) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 - h) podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 - i) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - j) osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do:
 - żądania usunięcia jej danych osobowych;
 - przenoszenia danych osobowych,
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

§ 13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Załączniki do Umowy :

1. Formularz cenowy
2. Warunki gwarancji
3. Opis Przedmiotu Zamówienia
4. Wzór protokołu odbioru

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :

.....

.....

.....

.....

• **PROTOKÓŁ ODBIORU**

do umowy z dnia

Przedmiot umowy:
.....

- Ilość:
- Typ:
- Numer fabryczny urządzenia:.....

Zamawiający:

Wykonawca:

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Użytkownik.....

Umowny termin wykonania przedmiotu umowy:

Faktyczny termin wykonania przedmiotu umowy:

Całkowita wartość pakietu wynosi brutto: PLN

Gwarancja: od dnia odbioru urządzenia tj. do

Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zgodnie z umową zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny nie krócej niż przez okres 3 lat licząc od upływu terminu gwarancji.

Przekazane przez Wykonawcę dokumenty:

.....

W/w dokumenty pozostają w posiadaniu:

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkolił:

- W zakresie eksploatacji i obsługi przedmiotu dostawy personel Zamawiającego:

.....
.....

Niniejszy protokół potwierdza, że dostarczony przedmiot umowy:

- jest/ nie jest* kompletny,
- sprawny technicznie / niesprawny technicznie *,

Do w/w przedmiotu umowy Zamawiający/ użytkownik* nie wnosi zastrzeżeń/ wnosi zastrzeżenia.

Potwierdza/ nie potwierdza należyte wykonanie przedmiotu umowy.

Protokół odbioru z dnia:

Uwagi:

.....
.....
.....

Załączniki:

.....
.....
.....

*) niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: