



Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 02.04.2019 r.

SPS – V. 262.20.2019

Wg rozdzielnika

*Dotyczy postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala Zachodniego .*

*Nr sprawy : SPSSZ/18/D/2019*

**Pakiet nr 1 – Paski do zamykania ran.**

**Pozycja 1.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania hypoalergicznym przylepnych pasków do zamykania ran w rozmiarze 6 mm x 76 mm.

**Odpowiedź : TAK.**

**Pozycja 2.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania hypoalergicznym przylepnych pasków do zamykania ran w rozmiarze 6 mm x 101 mm.

**Odpowiedź : TAK.**

**Pozycja 3.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania hypoalergicznym przylepnych pasków do zamykania ran w rozmiarze 12 mm x 101 mm.

**Odpowiedź : TAK.**

**Pakiet nr 4 – kompresy gazowe, gaza, jałowe.**

**Pozycja 1.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów gazowych jałowych 5cm x 5cm pakowanych a ‘ 3 sztuki wykonanych z gazy 17 nitkowej 8 warstwowych, minimalna waga pojedynczego kompresu – 0,52g.

**Odpowiedź : Jak w SIWZ.**

**Pozycja 2.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów gazowych jałowych 7,5cm x 7,5cm pakowanych a ‘ 3 sztuki wykonanych z gazy 17 nitkowej 8 warstwowych, minimalna waga pojedynczego kompresu – 1,12g.

**Odpowiedź : Jak w SIWZ.**

**Pozycja 3.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów gazowych jałowych 10cm x 10cm pakowanych a ‘ 3 sztuki wykonanych z gazy 17 nitkowej 8 warstwowych, minimalna waga pojedynczego kompresu – 1,95g.

**Odpowiedź : Jak w SIWZ.**

**Pozycja 4, 5.** – czy Zamawiający oczekuje zaferowania gazy bawełnianej kopertowanej jałowej 17 nitkowej czy 13 nitkowej.

**Odpowiedź : 17 nitkowej.**

**Pozycje 1 - 5** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów jałowych, gazy w opakowaniach spełniających normę PN-EN 868, jednakże nie posiadających piktogramu wskazującego kierunek otwierania? Kierunek otwierania opakowań jest oznaczony za pomocą jasnego i intuicyjnego w interpretacji dla Użytkownika sposobu zgrzewania. Sposób zgrzewania i jego specyficzne umiejscowienie określa właściwą do otwierania stronę (miejsce) opakowania.

**Odpowiedź : Jak w SIWZ.**

**Pakiet nr 5 – kompresy gazowe, gaza, niejałowe.**

**Pozycja 1-4.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów gazowych niejałowych pakowanych w opakowania typu papier – papier zgodnych z wymogami normy EN 14079.

**Odpowiedź : Dopuszcza opakowanie papier – papier.**

**Pozycja 5.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania gazy niejałowej w składkach po 100 mb. zapakowanej podwójnie (w biały papier pakowy, a następnie czarny papier pakowy) zgodność z wymogami normy EN 14079.

**Odpowiedź : TAK.**

**Wymagania** – czy Zamawiający odstąpi od wymogu opakowania typu papier-folia posiadającego piktogram wskazujący kierunek otwierania, zgodnie z normą PN-EN868, powyższe wymagania nie mają zastosowania dla wyrobów niejałowych.

**Odpowiedź : TAK.**

**Pakiet nr 6 – materiały opatrunkowe, gazowe z nitką kontrastującą w promieniach RTG.**

**Pozycja 1, 2.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów gazowych jałowych 10cm x 10cm pakowanych a ‘ 10 sztuk wykonanych z gazy 17 nitkowej 12 warstwowych z nitką kontrastującą w RTG, minimalna waga pojedynczego kompresu – 2,82g. Opakowanie typu torebka papierowo foliowa zawierająca jedną etykietę samoprzylepną.

**Odpowiedź : NIE.**

**Pozycja 3.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania tupferów jałowych z nitką RTG wykonanych z gazy 24 nitkowej o wymiarach 12 x 12 cm pakowanych a ‘ 10 szt.

**Odpowiedź : TAK.**

**Pozycja 3.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania tupferów jałowych wielkości orzecha włoskiego z nitką RTG wykonanych z gazy 20 nitkowej o wymiarach 13 x 13 cm pakowanych a ‘ 10 szt.

**Odpowiedź : NIE.**

**Lub**

**Pozycja 3.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania tupferów jałowych wielkości śliwki z nitką RTG wykonanych z gazy 20 nitkowej o wymiarach 20 x 20 cm pakowanych a ‘ 10 szt.

**Odpowiedź : NIE.**

**Wymagania** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów, serwet, tupferów w opakowaniach spełniających normę PN-EN 868, jednakże nie posiadających piktogramu wskazującego kierunek otwierania? Kierunek otwierania opakowań jest oznaczony za pomocą jasnego i intuicyjnego w interpretacji dla Użytkownika sposobu zgrzewania. Sposób zgrzewania i jego specyficzne umiejscowienie określa właściwą do otwierania stronę (miejsce) opakowania. Serwety dopuszczalne odchylenie w rozmiarze +/- 10% ze względu na pranie wstępne.

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

**Pozycja 4, 5.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwet sterylizowanych tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź : NIE.**

**Pakiet nr 8 – plastry 1**

**Pozycje 1 - 9.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania przyłepców o długości 9,2 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Odpowiedź : TAK, bez przeliczenia.**

**Pozycje 10-11.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania włókninowych plastrów z opatrunkiem na kleju hypoalergicznym z syntetycznego kauczuku w zwojach.

**Odpowiedź : TAK.**

**Pakiet nr 9 – plastry 2.**

**Pozycja 1,2.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania plastrów włókninowych z opatrunkiem zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia pokrytych hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku.

**Odpowiedź : TAK.**

**Pakiet nr 28**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku składającego się z wosku pszczelego 70%, parafiny 18% oraz palmitynianu izopropylu 12%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczejącą.

**Odpowiedź : Dopuszcza.**

**Pakiet 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 13x100mm?

**Odpowiedź : TAK.**

**Pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnej wadze 0,49g?

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

**Pakiet 4, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnej wadze 1,04g?

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

**Pakiet 4, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnej wadze 1,83g?

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

**Pakiet 5, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź : TAK.**

**Pakiet 6, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe o minimalnej wadze 3,66g?

**Odpowiedź : NIE.**

**Pakiet 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź : NIE.**

**Pakiet 6, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'3sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź : NIE.**

**Pakiet 6, pozycja 1-2**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby opakowanie zawierało dwie samoprzylepne etykiety.

**Odpowiedź : NIE.**

**Pakiet 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź : TAK.**

**Pakiet 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 28x50cm?

**Odpowiedź : Jak w SIWZ.**

**Pakiet 11, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 55x55cm?

**Odpowiedź : Jak w SIWZ.**

**Pakiet 11, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56x84cm?

**Odpowiedź : Jak w SIWZ.**

**Pakiet 14, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź : TAK.**

**Pakiet 15, pozycja 1-4**

Czy Zamawiający dopuści opaski o czasie wiązania 5-6minut?

**Odpowiedź : TAK.**

**Pakiet 16, pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź : NIE.**

**Pakiet 16, pozycja 2-4**

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o długości 10m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź : NIE.**

**Pakiet 16, pozycja 2-4**

Czy Zamawiający ma na myśli siatkowy rękaw opatrunkowy o długości 25m w stanie rozciągniętym?

**Odpowiedź : W opisie : długość podano w stanie rozciągniętym.**

**Pakiet 25**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 72x38mm z wkładem chłonnym 19x18mm?

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

**Pakiet 28**

Czy Zamawiający dopuści воск o składzie: 80% mieszanina wosków pszczelich i 20% palmitynianu izopropylowego?

**Odpowiedź : NIE.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 3 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, i 6, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

**Odpowiedź : NIE.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji 1, 2 i 3 kompresy o gramaturze zgodnej z wymaganiami normy EN14079:2003, tj. 23 g/m<sup>2</sup>, co w przeliczeniu na wagę 1 sztuki kompresu wynosi: dla pozycji nr 1 min. 0,46g, dla pozycji nr 2 min. 1,035g oraz dla pozycji nr 3 min. 1,840 g?

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 19 w pozycji 1 opatrunek o wymiarach 7cm x 5cm, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

**Odpowiedź : TAK.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 19 w pozycji 2 opatrunek o wymiarach 8cm x 10cm, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

**Odpowiedź : NIE.**

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej w Pakiecie 29 prosimy o wykreślenie z projektu umowy pkt. 6 ujętego w § 1.

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pakiet 3, poz. 7-8**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 7-8 z pakietu 3. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konku-

rencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

**Pakiet 4, poz. 1—5**

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

**Pakiet 4, poz. 1—5**

Czy Zamawiający dopuści dokument potwierdzający powtarzalność procesu sterylizacji w formie certyfikatu z zakresu sterylizacji wyrobów medycznych zgodnej z normą 11135-1 dla tlenku etylenu? Raport z walidacji procesu sterylizacji dotyczy konkretnej partii produktu, natomiast certyfikat potwierdza proces sterylizacji wyrobów medycznych sterylnych wdrożony u wytwórcy. Ponadto dowodzi to, iż proces walidacji jest procesem powtarzalnym kontrolowanym przez zewnętrzne instytucje certyfikujące.

**Odpowiedź : Sterylizacja parą wodną, a więc nie dopuszcza.**

**Pakiet 4, poz. 1—5**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu.

**Odpowiedź : NIE.**

**Pakiet 1, poz. 1-3**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź : TAK.**

**Pakiet 5, poz. 1-4**

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

**Odpowiedź : NIE.**

**Pakiet 5, poz. 4**

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź : TAK.**

**Pakiet 14, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź : Dopuszczamy opakowanie 50 szt.**

**Pakiet 14, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniuli, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany klej akrylowy nie powodował uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet 16, poz. 2-4**

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

**Pakiet 16, poz. 2-4**

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

**Pakiet 5, poz. 4:**

Czy podczas tworzenia opisu przedmiotu zamówienia nie doszło do omyłki pisarskiej? Czy Zamawiający wymaga zaferowania gazy 13 nitkowej, spełniającej wymóg gramatury min. 17 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe zapisu zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź : Jak w opisie poz. 4, opis we wstępie dotyczy kompresów.**

**Pakiet 7, poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu (co zostanie potwierdzone próbką produktu wysłaną na wezwanie Zamawiającego)?

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

**Pakiet 7, poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny)?

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

**Pakiet 7, poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga, aby lignina posiadała chłonność wody 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych)?

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

**Pakiet 8, poz. 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie plastra w rozmiarze 2,5cmx5m?

**Odpowiedź : TAK, z przeliczeniem ilości.**

**Pakiet 12, poz. 1-3:**

Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci posiadające elastyczne uszy w tylnej części pieluszki w miejsce ściągacza taliowego oraz elastycznych przylepcorzepów? Elastyczne uszy zapewniają dobre dopasowanie pieluszki do ciała dziecka oraz ułatwiają zakładanie pieluszki.

**Odpowiedź : TAK.**

**Pakiet 12, poz. 1-3:**

Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

**Odpowiedź : TAK.**

**Pakiet 12, poz. 1-3:**

Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

**Odpowiedź : NIE.**

**Pakiet 13, poz. 1-2:**

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części kroczka, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz?

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

**Pakiet 13, poz. 1-2:**

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała? Ściągacze taliowe ułatwiają pacjentowi przemieszczanie się w łóżku, pieluchomajtką przylega do ciała pacjenta nie tworząc lejków, przez które może wycieknąć mocz lub kał.

**Odpowiedź : TAK, jak w SIWZ.**

**Pakiet 13, poz.1-2:**

Czy pisząc o chłonności badanej wg metody ISO Rothwell Zamawiający miał na myśli badania chłonności wg normy ISO 11948-1?

**Odpowiedź : TAK.**

**Pakiet 15, poz. 1-4:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku.

**Odpowiedź : TAK.**

**Pakiet 16, poz. 2-4:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawów opatrunkowych wykonanych z poliuretanu i poliamidu? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia jego zdolność powracania do stanu pierwotnego, zwłaszcza po procesie sterylizacji, a także eliminuje ryzyko rozwijania się bakterii, w porównaniu do naturalnych włókien bawełnianych w większym stopniu wchłaniających płyny ustrojowe, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii.

**Odpowiedź : TAK.**

**Pytania dot. projektu umowy:**

§ 7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy do 5% niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź : TAK, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy.**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 13): pieluchomajtki posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci „co najmniej jednego ściągacza taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości. Zakup tego typu produktów z pewnością spełni oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów, a długofalowo przyczyni się do oszczędności w wydatkach na produkty chłonne. Ustanowienie takiego wymogu zapewni Zamawiającemu otrzymanie produktów, które odpowiadają jego wymaganiom oraz nie dopuszcza do postępowania produktami chłonnymi, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach. Ustanowienie powyższego wymogu oraz niedopuszczenie produktów niespełniających powyższych oczekiwań jest zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku polskim (Essity - TENA, TZMO - Seni) posiada takie rozwiązania technologiczne.

**Odpowiedź :Pozostają zapisy SIWZ.**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 13): pieluchomajtek posiadających wkład absorbcyjny w kształcie anatomicznym, który posiada system szybkiego wchłaniania oraz redukcjonowania powstawania nieprzyjemnego zapachu (Feel Dry lub EDS), który umożliwi maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli. Ustanowienie powyższych wymogów oraz niedopuszczenie produktów niespełniających Państwa oczekiwań jest zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku polskim (Essity - TENA, TZMO - Seni) posiada takie rozwiązania technologiczne.

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 13, pozycja 2): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o rekomendowanym minimalnym obwodzie w pasie/biodrach 120cm i maksymalnym obwodzie 170cm?

**Odpowiedź : Jak w SIWZ, obwód pasa : 130 – 170 cm.**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 13, pozycja 1): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o rekomendowanym minimalnym obwodzie w pasie/biodrach 92cm i maksymalnym obwodzie 160cm?

**Odpowiedź : Jak w SIWZ, obwód pasa : 100 – 150 cm.**

Prosimy Zamawiającego, aby ze względu na wycofanie folii w tym rozmiarze dopuścił folię sterylną, rozciągliwą o niskiej pamięci rozciągania, oddychającą, antystyczną, matową, antyrefleksyjną, elastyczną, z folii poliestrowej o grubości 0,05 mm, klej akrylowy, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający ze znacznikiem uwalniania linera stosowane podczas aplikacji, opakowanie indywidualne papier-folia, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, na opakowaniu podwójna samoprzylepna metka do dokumentacji medycznej z kodem kreskowym, zawierająca nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy, wyrób medyczny klasy IIa. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Rozmiar 38x41 cm (część przylepna 28x41 cm) – **dotyczy pakietu nr 11 poz. nr 1**

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszczają jedynie zmianę rozmiaru.**

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź : apteka@szpitalzachodni.pl**

**Pakiet 8, poz. 1-3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca hypoalergicznego z włókniny o długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.

**Odpowiedź : Zgoda ale bez przeliczenia ilości.**

**Pakiet 8, poz. 4-6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca ze sztucznego jedwabiu o długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.

**Odpowiedź : Zgoda ale bez przeliczenia ilości.**

**Pakiet 8, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca tkaninowego o długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.

**Odpowiedź : Zgoda ale bez przeliczenia ilości.**

**Pakiet 8, poz. 8-9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca przezroczystego o długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.

**Odpowiedź : Przezroczysty z perforowanej folii bez przeliczenia.**

**Pakiet 11, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej przylepnej poliuretanowej folii o rozmiarze 30x28 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**



**Pakiet 11, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej przylepnej poliuretanowej folii o rozmiarze 60x30 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

**Pakiet 11, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej przylepnej poliuretanowej folii o rozmiarze 80x50 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

**Pakiet 15, poz. 1-4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej, której początkowy czas wiązania wynosi 100-200 s., opaska wykonana z 92% naturalnego gipsu oraz spoiwa łączącego masę gipsową.

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

**Pakiet 15, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej o rozmiarze 10 cm x 2m.

**Odpowiedź : NIE.**

**Pakiet 16, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatkowego rękawa o szerokości 1,5-2,5, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź : NIE.**

**Pakiet 16, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatkowego rękawa o szerokości 5,0-6,5, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź : NIE.**

**Pakiet 16, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatkowego rękawa o szerokości 7,0-9,5 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź : NIE.**

**Pakiet 21, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku chirurgicznego ze srebrem o rozmiarze 15x15 cm

**Odpowiedź : NIE.**

**Pakiet 25**

Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek włókninowym 2,5x8,5cm z wkładem chłonnym hemostatycznym 1,5x1,6cm, z klejem hypoalergicznym akrylowym?

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

**PAKIET 17 poz. 2, 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Hemostatyk powierzchniowy wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej. Okres wchłaniania 3-4 tygodni. czas hemostazy od 5 do 10 minut od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową. Z możliwością użycia w polu operacyjnym : brak kruszenia się, rozpadania przy aplikacji, zachowujący wymiary, kształty, właściwości w kontakcie z krwią, szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką.

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

**Pakiet 10 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a` 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 106 op. tj. 5300 sztuk opatrunków.

**Odpowiedź : TAK.**

**Pozycja 2**

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a` 25 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 8 op. tj. 200 sztuk opatrunków.

**Odpowiedź : TAK.**

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10cmx12cm

**Odpowiedź : TAK.**

3.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10cmx15,5cm

**Odpowiedź : TAK.**

**Pozycja 3**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a` 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 4 op. tj. 400 sztuk opatrunków.

**Odpowiedź : NIE.**

lub

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a` 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 5op. tj. 500 sztuk opatrunków.

**Odpowiedź : TAK.**

**Pakiet 11 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a` 10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 39 op. tj. 390 sztuk opatrunków.

**Odpowiedź : TAK.**

**Pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a` 10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 32 op. tj. 320 sztuk opatrunków.

**Odpowiedź : TAK.**

**Pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a` 10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 20 op. tj. 200 sztuk opatrunków.

**Odpowiedź : TAK.**

**Pakiet 18 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a` 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 42 op. tj. 2100 sztuk opatrunków.

**Odpowiedź : TAK.**

**Pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a` 10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 160 op. tj. 1600 sztuk opatrunków.

**Odpowiedź : TAK.**

**Pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a` 10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 100 op. tj. 1000 sztuk opatrunków.

**Odpowiedź : TAK.**

**Pakiet 19**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunki wykonane z oddychającej włókniny poliestrowej o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych przez Zamawiającego tj. w poz. 2: 5x9 cm; poz. 3: 9x10 cm; poz. 4: 9x15 cm; poz. 5: 9x20cm ?

**Odpowiedź : Poz. 2: 5x9 cm – NIE ; poz. 3: 9x10 cm – TAK ; poz. 4: 9x15 cm – TAK ; poz. 5: 9x20cm – NIE.**

.....