



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II  
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of  
**H**Health  
**P**romoting  
**H**ospitals & Health Services

Grodzisk Mazowiecki; 01.07.2019.

SPS – - V.262.39.2019

### Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę myjni dezynfekatora 2 edycja do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/36/D/2019).

#### Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający ustali termin wizji lokalnej w celu oceny możliwości zainstalowania urządzenia oraz wyznaczenia dróg transportowych koniecznych do wprowadzenia myjni na miejsce zainstalowania?

#### Odpowiedź nr 1.

Termin odbycia wizji do ustalenia pod tel. +48 507 121 378.

#### Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor o wysokości całkowitej max. 2480 mm? Wymiar ten niewiele odbiega od wymagań Zamawiającego.

#### Odpowiedź nr 2.

Pozostaje jak zapisy w SIWZ.

.....