



Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki 22.08.2019 r.

SPS – V. 262.50.2019

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę myjni dezynfektora 3 edycja do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim Nr procedury SPSSZ/42/D/19).

Niniejszym Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ.

1. Czy zamawiający dopuści myjnię z drzwiami automatycznie podnoszonymi siłownikami pneumatycznymi w górę?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
2. Czy zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne myjni 900x1000x1942mm (szer. x głęb. X wys.)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. Czy zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne myjni 1200x1070x2000mm (szer. x głęb. X wys.)?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
4. Czy zamawiający dopuści wysokość załadunku wózka 860mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
5. Czy zamawiający dopuści moc maksymalną urządzenia 39KW lub zapewni parę technologiczną do ogrzania wody?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza oraz nie zapewnia pary technologicznej.
6. Czy zamawiający planuje odzyskane ciepło z kondensatora wykorzystać do jakichś celów czy odzysk ciepła ma służyć tylko podgrzaniu wody w zbiornikach w myjni lub powietrza?
Odpowiedź: Zamawiający będzie wykorzystywał ciepło z kondensatora w celu ogrzewania wody procesowej w celu minimalizacji zużycia energii elektrycznej.
7. Czy zamawiający dopuści myjnię z szafką na 4 baniaki detergentów po 5 l każdy lub zewnętrzne połączenie do zbiorników o dowolnej pojemności – np. 20 litrów?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

8. Czy zamawiający dopuści myjnię z wyświetlaczem dotykowym po obu stronach o przekątnej 4,3 cala?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
9. Czy zamawiający wymaga w standardowym pełnym cyklu zwalidowanym zgodnie z normą PN-EN ISO 15883 w czasie 45 minut lub krótszym deklarowanym również pełnego wysuszenia wsadu?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga pełnego cyklu, uwzględniającego również fazę suszenia.
10. Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób zamawiający będzie weryfikował czas procesu mycia, jego skuteczność i prawidłowość suszenia?
Odpowiedź: Zamawiający będzie weryfikował prawidłowość procesu mycia i dezynfekcji na podstawie wydruku parametrów z myjni, testów mycia oraz dezynfekcji jak również okresowo poprzez badanie z użyciem data loggerów.
11. Czy zamawiający dopuści urządzenie o wadze 400kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści.
12. Czy zamawiający dopuści urządzenia o maksymalnym hałasie 66dB?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.