



Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki 23.08.2019 r.

SPS – V. 262.50.2019

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę myjni dezynfektora 3 edycja do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim Nr procedury SPSSZ/42/D/19).

Niniejszym Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 1110 mm oraz głębokości 990mm, jeśli Wykonawca wykona przeróbkę ściany i okienka podawczego na swój koszt w celu dostosowania miejsca instalacji do urządzenia o szerokości 1110 mm ?

Odpowiedź: Ze względu na ograniczenia architektoniczne nie dopuszcza się myjni o zaproponowanych wymiarach.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ergonomiczną wysokością załadowczą nieznacznie wyższą od wymaganej i wynoszącą 800mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające umieszczenie wewnątrz, na wysuwanej szufladzie 4 pojemników 5-litrowych ze środkami chemicznymi, co jest rozwiązaniem znacznie korzystniejszym z uwagi na mniejsze obciążenie pracowników podczas transportu oraz zmiany pojemników?

Odpowiedź: Dopuszcza się.

Pytanie 4:

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyłączników zasilania głównego zlokalizowanych po obu stronach urządzenia: załadowczej oraz rozładowczej w miejscu dostępnym dla personelu, pełniących wymaganą przez Zamawiającego funkcję wyłączników bezpieczeństwa?

Odpowiedź: Dopuszcza się.

Pytanie 5:

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego zużycie wody wynosi maksymalnie 37 litrów fazę?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.