



Grodzisk Mazowiecki; 04.12.2019

Dział Zamówień Publicznych
SPS – V. 262.77.2019

Wg. rozdzielnika

Dot. postępowania na dostawę myjni do endoskopów wraz z szafą .

(Nr sprawy SPSSZ/61/D /19)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od pkt. 14 „Wykazu oferowanych okresów gwarancji, warunków gwarancji oraz szkolenie personelu obsługującego oferowane urządzenie” (załącznik nr 3)?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

Prosimy o doprecyzowanie ilości podanych wideoendoskopów, jest to informacja niezbędna do zapewnienia odpowiedniej ilości złączy?

Odpowiedź :

- wideogastroskop serii GIF-Q165 - 2
- wideokolonoskop serii CF-Q165L - 3
- wideoduodenoskop serii TJF-160VR - 3
- wideogastroskop serii GIF-H185 - 1
- wideokolonoskop serii CF-H185L - 1
- wideobronchoskop BF-1T180 - 1

.....