



Dział Zamówień Publicznych
SPS – V. 262.51.2019

Grodzisk Mazowiecki; 30.08.2019 r.

Wg. rozdzielnika

Dotyczy : przetargu na dostawę odczynników i testów diagnostycznych (Nr procedury SPSSZ/43/D/19)

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2, pkt.1, poz. 1,2 i 3 testów ilościowych – EUROLINE - do oznaczania profili alergicznych z zakresem pomiarów wyrażonym w systemie EAST w klasach od 0 do 6, z limitem detekcji 0,15 kU/l?

Odpowiedź : TAK.

Dotyczy Pakietu nr 1

1.Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora oznaczającego stężenie jonów chlorkowych w zakresie 20 - 250 mmol/l?

Odpowiedź : TAK.

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikrosampleroz niestetylnych o wielkości opakowania 200 sztuk ?

Odpowiedź : TAK – 10 op. po 200 szt na 3 lata (36 m-cy).

3.Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez zapis w kolumnie „roczna ilość ozn”, tabeli Opis przedmiotu zamówienia, poz. 3 Kontrole: poziom I – „14”, poziom II – „14”, poziom III – „12” ?

Odpowiedź : poziom I – 14 op. po 36 szt na 3 lata; poziom II – 14 op. po 36 szt na 3 lata; poziom III – 12 op. po 36 szt na 3 lata.

Dot. Załącznik nr 7 - projekt umowy - pakiet 1

1.Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odpowiedź : TAK.

2.Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Odpowiedź : TAK.

3.Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

4.Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słowa "bezpłatnych"?

Odpowiedź : NIE.

5.Par. 11 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź : TAK.

6.Par. 11 ust. 1 tiret 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "gdy Wykonawca odstąpi od umowy" na " gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn przez niego zawinionych"?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Zapis " gdy Wykonawca odstąpi od umowy" obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada. Ponadto zaproponowany zapis nieproporcjonalnie rozszerza odpowiedzialność Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca z uzasadnionych względów chciałby odstąpić od umowy.

Odpowiedź : TAK.

7.Par. 11 ust. 1 tiret 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź : TAK.

8.Par. 13 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

9.Czy Zamawiający może doprecyzować czy w Formularzu asortymentowo – cenowym – Pakiet 2 w kolumnie „Ilość testów” należy podać ilość testów na rok czy ilość testów na 3 lata (ilości podane w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6)?

Odpowiedź : Należy podać ilość testów na rok i rozszerzyć formularz dodając kolumnę ilość testów na 36 m-cy.

10.Czy Zamawiający popełnił błąd w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6, wpisując w kolumnie „Ilość testów na 3 lata” – 64, zamiast 63?

Odpowiedź : TAK, winno być 63.

.....