



SAMODZIELNY PUBLICZNY|SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
HHealth
Promoting
Hospitals & Health Services

Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 06.02.2019 r.

SPS – V. 262.8.2019

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 3 do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/7/D/19).

1. Pakiet 5 cewniki do urodynamiki – poz. 1 i 4. Czy w przypadku zaoferowania w poz. 1 cewnika spełniającego wymagania Zamawiającego natomiast posiadającego zintegrowany dren ciśnieniowy o długości 180 cm. Zamawiający w pozycji 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie 100 zamiast 200 drenów ciśnieniowych potrzebnych wyłącznie dla cewnika doodbytniczego.

Odpowiedź : Tak.

2. Pakiet 5 cewniki do urodynamiki – poz. 2. Czy zamawiający dopuści Cewnik dwukanałowy doodbytniczy z balonem **bezlątkowym** o rozmiarze : śr. 10 mm dł. 30 mm, sterylny, wykonany z materiału **PEBAX**, rozmiar cewnika Fr 9 dł. 200 mm .

Odpowiedź : Tak.

3. Pakiet 5 cewniki do urodynamiki – poz. 2. Czy zamawiający dopuści Cewnik dwukanałowy doodbytniczy z balonem **bezlątkowym** o rozmiarze : śr. 7 mm dł. 20 mm, sterylny, wykonany z materiału **PEBAX**, rozmiar cewnika Fr 9 dł. 150 mm

Odpowiedź : Nie.

.....
Podpis